
Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03.36.01.1004
Bezeichnung: Qufore-Irrigatorsystem mit Rektalkatheter und Handpumpe
Art.-Nr.: REF 53001, REF 53101, REF 53201
Hersteller: Qufora A/S

Produktmerkmale

Mechanisches, pumpabhängiges Spülsystem bestehend aus einem 2500 ml Kunststoffbeutel mit Abdeckung, einer Bedieneinheit mit Pumpball und Ventil, zwei Schläuchen von 500 mm und ca. 200 mm Länge sowie fünf Rektalkathetern und einem 3000 ml Auffangbeutel.

Pumpball(LxD): 112 mm x 58 mm
Schlauchlänge(LxD): 700 mm x 9,5 mm
Gewicht: 210 g
Füllvolumen: 2500 ml Wasserbehälter 3000 ml Auffangbeutel
Saugvolumen: 70 ml
Rektalkatheter (D): 21 mm, 30 mm und 12 mm
Anwendungszeit: Rektalkatheter und Auffangbeutel sollen nach einmaliger Anwendung gewechselt werden. Irrigatorsystem QIS mit Wasser- behälter, Schlauch und Handpumpe sollte alle 14 Tage gewechselt werden.
Lieferumfang: 1 x Qufora -Irrigatorsystem QIS 1 x Wasserbehälter inklusive Schlauch 5 x Auffangbeutel 1 x Handpumpe 5 x Rektalkathetern 1 x Mandrin (Einführhilfe)

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03.36.01.1007

Bezeichnung: Qufora IrriSedo Ballonkatheter Irrigationssystem, Ballonkatheter STANDARD

Art.-Nr.: 59101-015

Hersteller: Qufora A/S

Produktmerkmale

Mechanisches, pumpabhängiges Spülsystem bestehend aus einem 1500 ml Kunststoffbeutel mit Schraubverschluss und Anschluss Schlauch mit Ventil, einer Reglereinheit mit Pumpball, ein Klickschlauch zum Anschluss eines Rektalballonkatheters.

Wasserbehälter: Füllvolumen 1500 ml Abmessungen(LxB) 340 mm x 190 mm
Graduierung in 100 ml – Schritten Schlauch(LxD) 1250 mm x 9,5 mm

Pumpball: Füllvolumen 90ml

Klickschlauch(LxD): 1000 mm x 14 mm

Gewicht: 380 g

Rektalkatheter (LxD): 120 mm x 11 mm

Anwendungszeit: Rektalkatheter zur einmaligen Anwendung Wasserbehälter und
Klickschlauch: max. 1 Monat Reglereinheit mit Pumpball: max. 6
Monate

Lieferumfang: 1 x Regler mit Pumpe und Klettband 1 x Wasserbehälter inklusive
Schlauch und Ventil 15 x Rektalballonkatheter 1 x Klickschlauch 1 x
Saugnapf 1 X Toilettentasche 1 x Gebrauchsanweisung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03.36.01.1008

Bezeichnung: Qufora Irrigationssystem mit rektalem Ballonkatheter, SMALL, REF 54210

Art.-Nr.: -

Hersteller: Qufora A/S

Produktmerkmale

Mechanisches, pumpabhängiges Spülsystem bestehend aus einem 2500 ml Kunststoffbeutel mit Abdeckung, einer Reglereinheit mit Pumpball und Ventil, zwei Schläuchen von 500 mm und ca. 200 mm Länge sowie fünf Rektalballonkathetern (small).

Pumpball(LxD): 112 mm x 58 mm

Schlauchlänge(LxD): 700 mm x 9,5 mm

Gewicht: 380 g

Füllvolumen: 2500 ml Wasserbehälter

Saugvolumen: 70 ml

Rektalkatheter (DxL): 11 mm x 120 mm, Ballondurchmesser 50 mm

Anwendungszeit: Rektalkatheter sollen nach dreimaliger Anwendung gewechselt werden. Irrigator- system mit Wasserbehälter, Schlauch und Handpumpe sollten alle 30 Tage gewechselt werden

Lieferumfang: 1 x Qufora-Irrigatorsystem 1 x Wasserbehälter inklusive Schlauch 1 x Handpumpe 1 x Reglereinheit 5 x Rektalballonkatheter 1 x Gebrauchsanweisung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021

Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03.36.01.1009

Bezeichnung: Qufora Irrigationssystem mit rektalem Ballonkatheter, Introset

Art.-Nr.: 54015

Hersteller: Qufora A/S

Produktmerkmale

Mechanisches, pumpabhängiges Spülsystem bestehend aus einem 2500 ml Kunststoffbeutel mit Abdeckung, einer Reglereinheit mit Pumpball und Ventil, zwei Schläuchen von 500 mm und ca. 200 mm Länge sowie einem Rektalballonkatheter (small) und einem Rektalballonkatheter (regular).

Pumpball(LxD): 112 mm x 58 mm

Schlauchlänge(LxD): 700 mm x 9,5 mm

Gewicht: 380 g

Füllvolumen: 2500 ml Wasserbehälter

Saugvolumen: 90 ml

Rektalkatheter (DxL): 11 mm x 120 mm, Ballondurchmesser 50 mm 11 mm x 140 mm, Ballondurchmesser 70 mm

Anwendungszeit: Rektalkatheter sollen nach dreimaliger Anwendung gewechselt werden. Irrigator- system mit Wasserbehälter, Schlauch und Handpumpe sollten alle 30 Tage gewechselt werden

Lieferumfang: 1 x Qufora-Irrigatorsystem 1 x Wasserbehälter inklusive Schlauch
1 x Handpumpe 1 x Reglereinheit 2 x Rektalballonkatheter (small, regular) 1 x Gebrauchsanweisung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03.36.01.1010
Bezeichnung: Qufora IrriSedo Mini, Mini 15
Art.-Nr.: 53601-015
Hersteller: Qufora A/S

Produktmerkmale

Qufora® IrriSedo Mini ist ein mechanisches, pumpabhängiges Spülsystem bestehend aus einem Rektalkonus sowie einer Bedieneinheit mit Pumpball und zwei Rückflusssperren. Es ist für Anwender geeignet, die beim Irrigieren nur eine geringe Wassermenge benötigen. Das System wird sitzend auf der Toilette verwendet und ist mit nur einer Hand zu bedienen. Die zwei Rückflusssperren in der Handpumpe bewirken, dass Wasser nur in einer Richtung fließen kann und erlaubt dabei eine hygienische Anwendung des Irrigationssystems. Der Rektalkonus ermöglicht eine Anwendung auf der Toilette zu Hause oder unterwegs.

Pumpball(LxD):	112 mm x 58 mm
Schlauchlänge(LxD):	-
Gewicht:	100 g
Füllvolumen:	90 ml
Saugvolumen:	70 ml
Kanülenlänge (LxD):	75 mm x 60 mm konisch
Anwendungszeit:	Rektalkonus soll nach jeder Anwendung gewechselt werden. Irrigationssystem Qufora IrriSedo Mini mit Handpumpe kann bis zu 30 Tage genutzt werden bei Verfärbungen ist ein Wechsel angezeigt.
Lieferumfang:	1 x Qufora IrriSedo Mini Irrigationssystem, Mini 15; Art.Nr.: 53601-015 15 x Rektalkonus mit hydrophiler Beschichtung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03.36.01.1011
Bezeichnung: Qufora IrriSedo Konus, Cone 15
Art.-Nr.: 53503-015
Hersteller: Qufora A/S

Produktmerkmale

IrriSedo Konus, mechanisches, pumpabhängiges Spülsystem bestehend aus einem 1500 ml Kunststoffbeutel mit Abdeckung, einem Schlauchsegment mit Absperrhahn und Pumpball sowie Rektalkonus.

Pumpball(LxD): 112 mm x 58 mm

Schlauchlänge(LxD): 1000 mm x 10 mm

Gewicht: 640 g

Füllvolumen: 1500 ml Wasserbehälter

Saugvolumen: 90 ml

Rektalkonus(DxL): 11 mm x 120 mm,

Anwendungszeit: Rektalkatheter sollen nach jeder Anwendung gewechselt werden. Irrigator-system mit Wasserbehälter, Schlauch und Handpumpe sollten alle 30 Tage gewechselt werden

Lieferumfang: Qufora- IrriSedo Konus-Irrigatorsystem bestehend aus: 1 x Wasserbehälter inklusive Schlauch 1,5 L 1 x Handpumpe 1 x Absperrhahn 1 x 15 Rektalkonus 1 x Gebrauchsanweisung 1 x Aufbewahrungstasche

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021

Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03.36.01.1017
Bezeichnung: Qufora® IrriSedo MiniGo
Art.-Nr.: REF 57003-015, REF 57005-030
Hersteller: Qufora A/S

Produktmerkmale

Qufora® IrriSedo Mini GO ist ein mechanisches, pumpabhängiges Spülsystem bestehend aus einem Rektalkonus sowie einer Handpumpe mit Rückflusssperre. Es ist für Anwender geeignet, die beim Irrigieren nur eine geringe Wassermenge benötigen. Das System wird sitzend auf der Toilette verwendet und ist mit nur einer Hand zu bedienen. Die Rücklaufsperre in der Handpumpe bewirkt, dass Wasser nur in einer Richtung fließen kann und erlaubt dabei eine hygienische Anwendung des Irrigationssystemes. Der Rektalkonus ermöglicht eine Anwendung auf der Toilette zu Hause oder unterwegs.

Kontrolleinheit:

Pumpball(H x B x L): 95 mm x 65 mm x 83 mm

Abmessungen(HxBxT): 95 mm x 80 mm x 60 mm

Gewicht: 7,5 g

Füllvolumen: 180 ml

Schlauchlänge(LxD): k. A.

Rektalkonus(H x B x L): 68 mm x 39 mm x 59 mm

Füllvolumen Wasserbeutel: k. A.

Anwendungszeit: Rektalkonus muss nach jeder Anwendung gewechselt werden; Irrigatorsystem Qufora IrriSedo Mini Go Handpumpe kann bis zu einem Monat genutzt werden; bei Verfärbungen ist die Handpumpe auszutauschen.

Konuskatheter:

Ballonkatheter:

Produktmerkmale

Lieferumfang:	1 x Qufora IrriSedo Mini GO Handpumpe, 15 x Rektalkonus mit hydrophiler Beschichtung; Art.Nr.: REF 57003-015 1 x Qufora IrriSedo Mini GO Handpumpe, 30 x Rektalkonus mit hydrophiler Beschichtung; Art.-Nr.: REF 57005-030
Einfühlänge:	k. A.
Art.Nr.:	REF 57003-015; REF 57005-030
Durchmesser:	k. A.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03.36.08.0002
Bezeichnung: Qufora® IrriSedo MiniGo
Art.-Nr.: REF 57004-015
Hersteller: Qufora A/S

Produktmerkmale

Konus zur Verwendung mit dem Irrigatorsystem Qufora Irrisedo MiniGo Rektalkonus(H x B x L): 68 mm x 39 mm x 59 mm

Anwendungszeit: Rektalkonus muss nach jeder Anwendung gewechselt werden.

Lieferumfang: 15 x Rektalkonus mit hydrophiler Beschichtung Art.-Nr.: 57004-015

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03.36.09.0001
Bezeichnung: Qufora® IrriSedo Verlängerungsschlauch
Art.-Nr.: REF 52715-002
Hersteller: Qufora A/S

Produktmerkmale

Der Qufora® IrriSedo Verlängerungsschlauch ist ein Zubehör zum Qufora® IrriSedo Mini Spülsystem, um die Verwendung der Handpumpe außerhalb der Toilettenschüssel zu ermöglichen.

Schlauchlänge:	600 mm
Schlauchdurchmesser:	6,5 mm
Gewicht mit Konnektor:	25 g
Material:	PVC

Der Verlängerungsschlauch kann bis zu 15 mal verwendet werden.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.99.03.0017
Bezeichnung: Roger Focus II; Art.-Nr.: 056-3006-XX
Art.-Nr.: -
Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Roger-Empfänger in HdO-Bauform mit integriertem Akku, der automatisch mit Roger-Mikrofonen direkt synchronisiert werden kann.

Typ: .
Abmessungen (LxBxH): 36,7 x 16,4 x 8,5 mm
Gewicht: 3,71 g
HF-Charakteristik
Frequenzbereich: 2,4 GHz incl. automatischem, adaptivem Frequenzspringen
Modulation:
Audiofrequenz: <100 - >7000
Schutzklasse: IP 68
Stromversorgung: Akku
Lieferumfang: 1 x Roger Focus II-312; Art.-Nr.: 056-3006-XX 1 x
Gebrauchsanweisung 1 x Garantiekarte
Kapazität: k.A.
Ladezeit: 3 h (100%)
Batterielebensdauer: k.A.
Art.-Nr.: Art.-Nr.: 056-3006-XX

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.99.03.0019
Bezeichnung: Roger Focus II-312; Art.-Nr.: 056-3005-XX
Art.-Nr.: -
Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Roger Focus II – Roger-Empfänger in HdO-Bauform mit 312 Batterien, der automatisch mit Roger-Mikrofonen direkt synchronisiert werden kann.

Typ: .
Abmessungen (LxBxH): 31,3 x 14,1 x 7,3 mm
Gewicht: 2,18 g
HF-Charakteristik
Frequenzbereich: 2,4 GHz incl. automatischem, adaptivem Frequenzspringen
Modulation:
Audiofrequenz: <100 - >7000
Schutzklasse: IP 68
Stromversorgung: Batterie
Lieferumfang: 1 x Roger Focus II-312; Art.-Nr.: 056-3005-XX 1 x
Gebrauchsanweisung 1 x Garantiekarte
Kapazität: k.A.
Ladezeit: k.A.
Batterielebensdauer: k.A.
Art.-Nr.: Art.-Nr.: 056-3005-XX

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5055
Bezeichnung: TENA Pants Discreet M
Art.-Nr.: 792300
Hersteller: Essity Germany GmbH

Produktmerkmale

Vorlage für Urininkontinenz, geschlossen

- Flüssigkeitsaufnahme: 489,31 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 12,63 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,06 g

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5056
Bezeichnung: TENA Pants Discreet L
Art.-Nr.: 793300
Hersteller: Essity Germany GmbH

Produktmerkmale

Vorlage für Urininkontinenz, geschlossen

- Flüssigkeitsaufnahme: 478,39 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 11,19 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,06 g

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.7143

Bezeichnung: Attends Pull-Ons 10 M; Art.-Nr.: EAN 7332152 208403

Art.-Nr.: 208403

Hersteller: Attends Healthcare AB

Produktmerkmale

Inkontinenzunterhose mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1474,44 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 6,57 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,04g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 528,9 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: 80-110

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.8342

Bezeichnung: Attends Pull-Ons 10 XL; Art.-Nr.: EAN 7332152 209400

Art.-Nr.: 7332152209400

Hersteller: Attends Healthcare AB

Produktmerkmale

Inkontinenzunterhose mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1335,92 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 5,59 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,04 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 699,7 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: 130-170 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.8343

Bezeichnung: Attends Pull-Ons 10 L; Art.-Nr.: EAN 7332152 208427

Art.-Nr.: 7332152208427

Hersteller: Attends Healthcare AB

Produktmerkmale

Inkontinenzunterhose mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1342,23 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 6,71 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,05 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 668,6 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: 100-140 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.07.0013

Bezeichnung: BORT Spezial-Hautkleber

Art.-Nr.: 599 080

Hersteller: Ultrana GmbH

Produktmerkmale

Hautkleber 60 ml

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.51.05.3002

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 18.50.07.0001

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.51.05.3005

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 18.46.06.0007

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.99.06.1062
Bezeichnung: Turbo-Twist T4
Art.-Nr.: 750001 / 750310, 750313D
Hersteller: KID(Z) & Co.® Vertriebs GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Elektrorollstuhl mit motorisch betriebener Hubvorrichtung, einem pulverbeschichteten Rahmen, hinten angeordneten, über Getriebemotore angetriebenen, gefederten Antriebsrädern, freilaufenden, gefederten Schwenkrädern hinten, festem, verstellbarem Sitz mit textiler Polsterung, hochschwenkbaren Armlehnen, hochschwenkbaren Beinstützen und Kniewinkelverstellung. Der Rollstuhl muss mit Batterien und Ladegerät ausgeliefert werden.

Sitzbreite:	40 cm, 43 cm, 46 cm, 49 cm (Standardsitz)
Sitztiefe:	40 cm, 42 cm, 44 cm (mit Verstärkungselement 46 cm, 48 cm, 50 cm) (Standardsitz)
Sitzhöhe:	45 cm bis 75 cm
Sitzwinkel:	- 5° bis 23° verstellbar
Rückenhöhe:	53,5 cm – 60,5 cm
Sitzlift max.:	45cm – 75cm (30cm Hub)
Rückenwinkel:	95°
Sitzhub:	45cm – 75cm (30cm Hub)
Gesamtbreite:	ca. 63 cm
Sitzlift Kantel.:	Einstellungen von +1° bis ca. +11°
Leergewicht:	140 kg
zul. Nutzergewicht:	140 kg
Bereifung hinten:	150 mm, 180 mm, 200 mm, 220 mm
Bereifung mittig:	-
Bereifung vorne:	12,5 Zoll oder 14 Zoll

Produktmerkmale

Batterien:	2 Stück, 12 V DC, 56 Ah, wartungsfreie Gel – Batterien
Anwendungsklasse:	B
Fahrsitz:	–
Kraftknoten:	keine Angaben
Bremsen:	Magnetbremse
Beleuchtung:	LED, Blinker 12 V / 21 W
Geschwindigkeit:	6 kmh

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19.40.05.5130

Bezeichnung: curea SafeCare

Art.-Nr.: SC-9060-BTBS-VE20

Hersteller: curea medical GmbH

Produktmerkmale

Saugende Bettschutzeinlage zum Einmalgebrauch, ca. 90 x 60 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.01.0001

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.01.0002

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.01.0003

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.01.0048

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.01.0049

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.01.1002

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.01.2001

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.01.3011

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.01.4001

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.01.4002

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.02.0001

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.02.0002

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.02.0003

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.02.1002

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.02.1003

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.02.1009

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.03.0001

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.03.1003

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.04.0001

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.04.0008

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt