

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 03 Applikationshilfen**

<b>Positions Nr.</b>	03.99.07.0037
<b>Bezeichnung</b>	nicht besetzt
<b>Hersteller</b>	-
<b>Konstruktions- merkmale</b>	nicht besetzt
<b>Bemerkung</b>	nicht besetzt

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 05 Bandagen**

<b>Positions Nr.</b>	05.11.01.0039
<b>Bezeichnung</b>	<b>Stützverband Modell HK</b>
<b>Hersteller</b>	CAROLI
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Elastischer, den Thoraxbereich umfassender Gürtel mit Klettverschluss, ca. 16 cm, 20 cm oder 25 cm hoch, in sechs verschiedenen Größen. Geändert am: 15.03.2009
<b>Bemerkung</b>	

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 10 Gehhilfen**

<b>Positions Nr.</b>	10.50.02.0008
<b>Bezeichnung</b>	<b>Stockstütze aus Leichtmetall Artikel 220, 220 d</b>
<b>Hersteller</b>	OSSENBERG
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Unterarmgehstütze aus Aluminiumrohr, höhenverstellbar. Geändert am: 15.03.2009
<b>Bemerkung</b>	Artikel 220: Verstellung durch Schraube Artikel 220 d: Verstellung durch Druckknopf

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus**

**Positions Nr.** 11.39.03.1011

**Bezeichnung** ROHO HIGH PROFILE, Art.-Nrn. 341RxxC

**Hersteller** ROHO

**Konstruktionsmerkmale**

Beschreibung / Aufbau / Wirkprinzip:  
Luftkissen als Sitzhilfe, welches auf die Sitzfläche, z.B. Rollstuhl, gelegt wird und ein evtl. vorhandenes Sitzkissen ersetzt. Das Luftkissen besteht aus einer Luftkammer mit einem Ventil zur Luftbefüllung. Die Luftkammer ist nochmals in untereinander verbundene, kleinere, wabenförmige Kammern unterteilt (Mohrenkopffprinzip). Durch manuelles Betätigen der mitgelieferten Luftpumpe werden die Luftkammern gefüllt, das gesamte Luftkissen ist mit einem atmungsaktiven Bezug umgeben, der mit einem Reißverschluss geöffnet und abgenommen werden kann. Die Unterseite des Bezuges besitzt eine rutschfeste Beschichtung.

Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe:  
Das Produkt kann bei bereits bestehendem Dekubitus und zur Unterstützung der Therapie bis einschließlich Grad IV nach EPUAP eingesetzt werden. Ebenso ist ein Einsatz zur Dekubitusprophylaxe bei niedrigem bis hohem Dekubitusrisiko möglich. Der Hersteller gibt an, dass das Produkt bei progressivem Krankheitsverlauf, bei allgemein schlechtem Zustand, bei moderater bis starker Muskelatrophie, bei Kreislauf-, Gleichgewichts- und Sensibilitätsstörungen, bei Verlust, Defekt, Lähmung oder Deformität der Extremitäten, bei Unfähigkeit eigenständige druckentlastende Positionswechsel durchzuführen zu können, bei Urin- bzw. Stuhlinkontinenz sowie allgemein bei Zuständen nach Dekubitus bzw. Hautdefekt eingesetzt werden kann.

Ausschlusskriterien / Kontraindikation gemäß Herstellerangabe:  
Kontraindikationen werden nicht angegeben.

Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:  
Es besteht kein direkter Zusammenhang zwischen dem Patientengewicht und dem inneren Druck des Kissens, da der Anpassungsprozess (sog. Handcheck) sich auf die Körperstruktur und -form des jeweiligen Benutzers bezieht. Eine individuelle Anpassung ist erforderlich.

Artikelnummer: 341R66C, 341R67C, 341R77C,  
341R78C, 341R79C, 341R87C,  
341R88C, 341R89C, 341R810C,  
341R98C, 341R99C, 341R910C,  
341R911C, 341R108C, 341R109C,  
341R1010C, 341R1011C, 341R119C,  
341R1110C, 341R1111C, 341R1210C

Größe Kissen (B x T x H): 30 cm x 30 cm x 10 cm  
30 cm x 34 cm x 10 cm  
34 cm x 34 cm x 10 cm  
34 cm x 38 cm x 10 cm  
34 cm x 43 cm x 10 cm  
38 cm x 34 cm x 10 cm  
38 cm x 38 cm x 10 cm  
38 cm x 43 cm x 10 cm  
38 cm x 48 cm x 10 cm  
43 cm x 38 cm x 10 cm  
43 cm x 43 cm x 10 cm  
43 cm x 48 cm x 10 cm  
43 cm x 52 cm x 10 cm  
48 cm x 38 cm x 10 cm  
48 cm x 43 cm x 10 cm

48 cm x 48 cm x 10 cm  
48 cm x 52 cm x 10 cm  
52 cm x 43 cm x 10 cm  
52 cm x 48 cm x 10 cm  
52 cm x 52 cm x 10 cm  
57 cm x 48 cm x 10 cm  
Sondergrößen möglich

Gewicht Kissen: ca. 1,5 kg  
Material Kissen: Neopren  
Bezeichnung Bezug: Zwei-Wege-Stretch-Bezug  
Material Bezug: Baumwolle und Elasthan

Min. Patientengewicht: keine Untergrenze  
Max. Patientengewicht: keine Obergrenze

Mikroklimaregulierung: passiv  
Mikroklima Temperatur: 28 °C  
Mikroklima Feuchte: 92,3 % rF  
Mikroklima Klasse: K  
Rel. Druckentlastung: Bei Belastung mit 80 kg = 44 %  
gegenüber Referenz

Druckentlastung Klasse: H bei Belastung mit 80 kg  
Scherkräfte - Fmax: 220 N  
Scherkräfte - Fquer: 205 N  
Gleitreibungskoeffizient: 0,6  
Horiz. Steifigkeit 3,68 N/mm

Lieferumfang: 1. Luftzellensitzkissen gemäß o.g.  
Spezifikation  
2. Stretch-Bezug  
3. Luftpumpe

Wiedereinsatz: nach Aufarbeitung durch Vertreiber  
möglich

Wartungen: keine  
Besonderheiten: entfällt

Eintrag am: 15.03.2007  
Geändert am: 15.04.2007  
Geändert am: 15.03.2009

## **Bemerkung**

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus**

**Positions Nr.** 11.39.03.4003

**Bezeichnung** ROHO Quadro Select High Profile, Art.-Nrn. 34QsxxC

**Hersteller** ROHO

**Konstruktionsmerkmale** Beschreibung / Aufbau / Wirkprinzip:  
Luftkissen als Sitzhilfe, welches auf die Sitzfläche, z.B. Rollstuhl, gelegt wird und ein evtl. vorhandenes Sitzkissen ersetzt. Das Luftkissen besteht aus vier Luftkammern, welche über ein Ventil befüllt werden können. Die Luftverteilung innerhalb der Kammern kann durch das sog. Isoflow-Memory-Control-Element reguliert werden, so dass durch Einschließen der Luft in verschiedene Zonen eine zusätzliche Positionierung und Stabilität erreicht werden kann. Jede Luftkammer ist nochmals in untereinander verbundene, kleinere, wabenförmige Kammern unterteilt (Mohrenkopfprinzip). Durch manuelles Betätigen der mitgelieferten Luftpumpe werden die Luftkammern gefüllt, das gesamte Luftkissen ist mit einem atmungsaktiven Bezug umgeben, der mit einem Reißverschluss geöffnet und abgenommen werden kann. Die Unterseite des Bezuges besitzt eine rutschfeste Beschichtung.

Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe:  
Das Produkt kann bei bereits bestehendem Dekubitus und zur Unterstützung der Therapie bis einschließlich Grad IV nach EPUAP eingesetzt werden. Ebenso ist ein Einsatz zur Dekubitusprophylaxe bei niedrigem bis hohem Dekubitusrisiko möglich. Der Hersteller gibt an, dass das Produkt bei progressivem Krankheitsverlauf, bei allgemein schlechtem Zustand, bei moderater bis starker Muskelatrophie, bei Kreislauf-, Gleichgewichts- und Sensibilitätsstörungen, bei Verlust, Defekt, Lähmung oder Deformität der Extremitäten, bei Unfähigkeit eigenständige druckentlastende Positionswechsel durchführen zu können, bei Urin- bzw. Stuhlinkontinenz sowie allgemein bei Zuständen nach Dekubitus bzw. Hautdefekt eingesetzt werden kann. Durch die Möglichkeit der Positionierung wird eine Führung und Unterstützung der Sitzposition und Sitzstabilität erreicht. Es können flexible oder fixierte Asymmetrien ausgeglichen werden und die Sitzunterstützung anterior, posterior und lateral ausgerichtet werden. Gemäß Herstellerangabe ist der Einsatz daher bei Deformitäten, Kontrakturen oder Amputationen der unteren Extremitäten möglich. Das Produkt kann auch in Kantelestühlen oder bei winkelverstellbaren Rückensystemen sowie bei der Notwendigkeit einer Keilpositionierung eingesetzt werden.

Ausschlusskriterien / Kontraindikation gemäß Herstellerangabe:  
Kontraindikationen werden nicht angegeben.

Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:  
Es besteht kein direkter Zusammenhang zwischen dem Patientengewicht und dem inneren Druck des Kissens, da der Anpassungsprozess (sog. Handcheck) sich auf die Körperstruktur und -form des jeweiligen Benutzers bezieht. Eine individuelle Anpassung ist erforderlich.

Artikelnummer: 34Qs88C, 34Qs89C, 34Qs810C,  
34Qs98C, 34Qs99C, 34Qs910C,  
34Qs911C, 34Qs109C, 34Qs1010C,  
34Qs1011C, 34Qs119C, 34Qs1110C,  
34Qs1111C, 34Qs66C, 34Qs67C,  
34Qs77C, 34Qs78C, 34Qs79C,  
34Qs87C, 34Qs108C, 34Qs1210C,  
34Qs1211C, 34Qs1212C, 34Qs1310C,  
34Qs1311C

Größe Kissen (B x T x H): 38 cm x 38 cm x 10 cm  
38 cm x 43 cm x 10 cm  
38 cm x 48 cm x 10 cm  
43 cm x 38 cm x 10 cm  
43 cm x 43 cm x 10 cm  
43 cm x 48 cm x 10 cm  
43 cm x 52 cm x 10 cm  
48 cm x 43 cm x 10 cm  
48 cm x 48 cm x 10 cm  
48 cm x 52 cm x 10 cm  
52 cm x 43 cm x 10 cm  
52 cm x 48 cm x 10 cm  
52 cm x 52 cm x 10 cm  
30 cm x 30 cm x 10 cm  
30 cm x 34 cm x 10 cm  
34 cm x 34 cm x 10 cm  
34 cm x 38 cm x 10 cm  
34 cm x 43 cm x 10 cm  
38 cm x 43 cm x 10 cm  
57 cm x 48 cm x 10 cm  
57 cm x 52 cm x 10 cm  
57 cm x 57 cm x 10 cm  
61 cm x 47 cm x 10 cm  
61 cm x 52 cm x 10 cm  
Sondergrößen möglich

Gewicht Kissen: ca. 2 kg  
Material Kissen: Neopren  
Bezeichnung Bezug: Zwei-Wege-Stretch-Bezug  
Material Bezug: Baumwolle und Elasthan

Min. Patientengewicht: keine Untergrenze  
Max. Patientengewicht: keine Obergrenze

Mikroklimaregulierung: passiv  
Mikroklima Temperatur: 29 °C  
Mikroklima Feuchte: 92,3 % rF  
Mikroklima Klasse: K  
Rel. Druckentlastung: Bei Belastung mit 80 kg = 44 %  
gegenüber Referenz

Druckentlastung Klasse: H bei Belastung mit 80 kg  
Scherkräfte - Fmax: 220 N  
Scherkräfte - Fquer: 205 N  
Gleitreibungskoeffizient: 0,6  
Horiz. Steifigkeit 3,68 N/mm

Lieferumfang: 1. Luftzellensitzkissen gemäß o.g.  
Spezifikation  
2. Stretch-Bezug  
3. Luftpumpe

Wiedereseinsatz: nach Aufarbeitung durch Vertreiber  
möglich  
Wartungen: keine  
Besonderheiten: entfällt  
Eintrag am: 15.04.2007  
Geändert am: 15.03.2009

## Bemerkung

Indikationen:

Hilfsmittel gegen Dekubitus dieser Produktart können - so weit der Hersteller nicht abweichende Angaben zu den Indikationsbereichen und zur Zweckbestimmung (siehe Einzelprodukt-auflistung) vorgibt - dann zum Einsatz kommen, wenn

1. bereits Dekubitalulzera (Stadium I bis IV nach EPUAP) vorliegen

oder

2. durch Krankheit oder Behinderung ein dauerndes Sitzen erforderlich ist und zugleich ein erhöhtes Dekubitusrisiko vorliegt. Dies kann, z.B. bei Patienten mit Lähmungen der Extremitäten und/oder des Rumpfes zutreffen. Erhöht wird das Risiko durch zusätzliches Vorliegen von z.B.

- Inkontinenz,

- bereits bestehenden Hautdefekten, z.B. durch Ekzeme, Allergien,
- Kreislaufstörungen mit Hypotonie, Hypoxie und/oder Anämie, Herzinsuffizienz
- Sensibilitätsstörungen, neurotrophe Störungen,
- schlechter Allgemeinzustand, z.B. durch Exsikkose, Anämie oder Kachexie verursacht.

Das Risiko einen Dekubitus zu erhalten ist individuell für den Patienten und seine jeweilige (Pfleger-) Situation abzuschätzen. Um ein bestehendes Dekubitusrisiko adäquat ermitteln zu können, müssen die einzelnen dekubitogenen Faktoren und das Gesamtrisiko mittels standardisierter Risikoskalen (z.B. anhand der Braden-Skala) eingeschätzt werden. Ergibt sich aus dieser Bewertung ein erhöhtes Dekubitusrisiko, besteht eine Indikation zur Versorgung mit Anti-Dekubitus-hilfsmitteln.

Die Produktart zu diesem Produkt wird noch erstellt.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 13 Hörhilfen**

**Positions Nr.** 13.20.03.1573

**Bezeichnung** **Exelia P, Art.-Nr. 050-0659 F**

**Hersteller** PHONAK

**Konstruktionsmerkmale**

Bauform:	HdO
Bauart-Nr.:	DHI 3007
Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
Verstärkung:	63 dB bei 1,6 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 20 AGC O, Anzahl 20
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 20
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/5
Batterietyp:	ZL 13
Telefonspule:	ja
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	SoundFlow, WindBlock, Voice-Zoom, NoiseBlock-System, SoundRelax, RealEar-Sound, EchoBlock-System, QuickSync, DataLogging, EasyPhone

Eintrag am: 15.03.2008  
Geändert am: 15.02.2009

**Bemerkung**

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 13 Hörhilfen**

<b>Positions Nr.</b>	13.20.08.0042
<b>Bezeichnung</b>	<b>audifon jump S+ TRT</b>
<b>Hersteller</b>	AUDIFON
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	HdO-Tinnitusgerät, regelbare Lautstärke, regelbare Klang-blende, Frequenzbereich 128 bis 6.800 Hz, max. Ausgangs-schall 80 dB gemessen nach DIN IEC 118-7 und 118-0 Geändert am: 15.10.2008 Geändert am: 15.03.2009
<b>Bemerkung</b>	Ehemals audifon T11 Tinnitusgerät

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 13 Hörhilfen**

<b>Positions Nr.</b>	13.20.08.0043
<b>Bezeichnung</b>	<b>audifon jump S TRT</b>
<b>Hersteller</b>	AUDIFON
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	HdO-Tinnitusgerät, regelbare Lautstärke, regelbare Klang-blende, Frequenzbereich 128 bis 6.800 Hz, max. Ausgangs-schall 80 dB gemessen nach DIN IEC 118-7 und 118-0. Geändert am: 15.10.2008 Geändert am: 15.03.2009
<b>Bemerkung</b>	

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte**

**Positions Nr.** 14.24.01.3001

**Bezeichnung** Inhalationssystem Akita

**Hersteller** ACTIVAERO

**Konstruktionsmerkmale** Das AKITA Inhalationssystem besteht aus den Komponenten AKITA-Kompressor und AKITA-Vernebler und bildet so ein Inhalationssystem für die Inhalationstherapie der unteren Atemwege und Medikamentenaerosolen. Es können dabei alle verfügbaren flüssigen Inhalationsmedikamente verabreicht werden.

Zunächst entspricht das Gerät im Aufbau einem herkömmlichen Druckinhalationsgerät mit hoher Leistung, der mittels eines Kompressors Pressluft erzeugt und diese über ein Schlauchsystem einem Vernebler mit Medikamentenreservoir zuführt. Das entstehende Aerosol kann dann über ein Mundstück eingeatmet werden.

Das AKITA-Inhalationssystem verfügt jedoch über einige Eigenschaften, welche die besonderen Eigenschaften des Gerätes darstellen:

1. Durch eine spezielle, individuell auf den Patienten abgestimmte Smart Card wird das Gerät programmiert und die Therapie auf den Patienten und seine Bedürfnisse eingestellt.
2. Das Gerät vernebelt inhalationsgetriggert, d.h. es wird nur Medikament abgegeben, wenn der Patient einatmet. Die Steuerung erfolgt dabei vollautomatisch über die Einatembemühungen des Anwenders.
3. Inhalationsfluss und das Inhalationsvolumen werden durch das Gerät kontrolliert, so dass durch die individuelle Geräteprogrammierung eine auf den Patienten exakt abgestimmte Inhalationstherapie mit hoher Effektivität durchgeführt werden kann.

Es wird somit erreicht, dass bei jedem Atemzug eine genau bekannte Dosis vernebelt wird und das nur während der entscheidenden Inspirationsphase vernebelt wird. Hierzu ist es aber erforderlich, dass zunächst eine Lungenfunktionsdiagnostik beim behandelnden Arzt durchgeführt wird. Die erhobenen Daten dienen dann der Programmierung der individuellen Smart Card.

Der Vernebler arbeitet nach dem Prinzip der Nebenluftvernebler mit Expirationsventil, wobei hier aber die Nebenluft - im Gegensatz zu herkömmlichen Verneblern - ebenfalls über das Gerät gesteuert wird. Verwendet wird hierzu ein geringfügig modifizierter Vernebler (LC Star) der Fa. Pari. Im Unterschied zum Serienvernebler wird beim AKITA Inhalationssystem die Nebenluft über einen speziellen Adapter dem Inspirationsventil zugeführt.

Größe:	260 mm x 170 mm x 270 mm (B x T x H)
Gewicht:	7,5 kg
Betriebsspannung:	115 V +/- 10 % 60 Hz, 1,8 A 230 V +/- 10 % 50 Hz, 0,7 A
Leistungsaufnahme:	140 W
Schutzklasse:	II B
Geräusch Emission:	< 70 dB(A)
Ansaugtriggerdruck:	- 1,0 hPa bis - 4,0 hPa
Inhalationsfluss:	200 ml/s
Atemmanöver:	constant flow

Verneblerdruck: 300 hPa bis 1800 hPa  
Partikelverteilung: 65 % = 5 µm MMAD  
Medianer Massen-  
durchmesser: 4,1 µm bei 1500 hPa  
Medikamenten-  
behälter: min. Einfüllvolumen 2 ml  
max. Einfüllvolumen 8 ml  
Restvolumen ca. 1,5 ml  
Gerätefilter,  
Porengröße: 90 +/- 5 ppi  
Geändert am: 15.08.2007  
Geändert am: 15.03.2009  
Geändert am: 15.04.2009

## **Bemerkung**

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte**

<b>Positions Nr.</b>	14.24.04.0056
<b>Bezeichnung</b>	<b>EverFlo Sauerstoffkonzentrator, Art.-Nr. 1020007</b>
<b>Hersteller</b>	RESPIRONICS
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	<p>Gerätetyp: Sauerstoffkonzentrator für netzabhängigen mobilen Einsatz</p> <p>Transporthilfen: Tragegriff und 4 Rollen</p> <p>Energieversorgung: 230 V 50 Hz</p> <p>Leistungsaufnahme: 295 W</p> <p>Sauerstoffflow: 0,5 bis 5 l/min</p> <p>O<sub>2</sub>-Konzentration: 94 % bei 2 l/min, 88 % bei 5 l/min</p> <p>Gewicht: ca. 14 kg</p> <p>Größe: 58 cm x 38 cm x 24 cm</p> <p>Geräuschpegel: = 38,4 dB(A)</p> <p>Wartung: Ansaugfilter ca. alle 1 bis 2 Jahre Kompressor, Behälter, Dichtungen nach 25.000 Betriebsstunden</p> <p>Lieferumfang: 1. Grundgerät mit Netzkabel und Filter, Bedienungsanleitung 2. Luftfeuchter aus Hartplastik für Sauerstoffkonzentratoren</p> <p>Eintrag am: 15.12.2007 Geändert am: 15.04.2009</p>
<b>Bemerkung</b>	Alte Pos.-Nr.: 14.24.04.1002

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte**

**Positions Nr.** 14.24.05.4013

**Bezeichnung** nicht besetzt

**Hersteller** -

**Konstruktionsmerkmale** Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr. 14.24.05.7002  
Geändert am: 15.01.2009

**Bemerkung**

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte**

<b>Positions Nr.</b>	14, 24, 16, 2 029
<b>Bezeichnung</b>	<b>Silicon CPAP Nasal Mask, Art.-Nrn. 00003434, 00003435</b>
<b>Hersteller</b>	HSINGER
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	<p>Mehrfach verwendbares Nasen-Maskensystem zum Anschluss an Atemunterstützungssysteme zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen. Die Maske ist für verschiedene Atemunterstützungsgeräte geeignet.</p> <p>Art.-Nr.: 00003434, 00003435 Größe: Medium und Large Gewicht: ca. 140 g Lieferumfang: 1. Maskengrundsystem, komplett 2. Kopfbänderung 3. Gebrauchsanweisung Eintrag am: 15.02.2009 Geändert am: 15.04.2009</p>

**Bemerkung**

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte**

<b>Positions Nr.</b>	14, 24, 16, 6 024
<b>Bezeichnung</b>	<b>Silicon CPAP FULL FACE Mask, Art.-Nrn. 00003436, 00003437</b>
<b>Hersteller</b>	HSINGER
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	<p>Mehrfach verwendbares Mund-Nasen-Maskensystem zum Anschluss an Atemunterstützungssysteme zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen. Die Maske ist für verschiedene Atemunterstützungsgeräte geeignet.</p> <p>Art.-Nr.: 00003436, 00003437 Größe: Medium und Large Gewicht: ca. 180 g Lieferumfang: 1. Maskengrundsystem, komplett 2. Kopfbänderung 3. Gebrauchsanweisung Eintrag am: 15.02.2009 Geändert am: 15.04.2009</p>
<b>Bemerkung</b>	

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -  
Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie**

<b>Positions Nr.</b>	17.06.02.0014
<b>Bezeichnung</b>	<b>Compressana Sensitiv A-F, Art.-Nr. 190/195</b>
<b>Hersteller</b>	COMPRESSANA
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Zweizugkompressionsstrumpf, Halbschenkel, KKL 1. Geändert am: 15.04.2009
<b>Bemerkung</b>	Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie**

<b>Positions Nr.</b>	17.06.02.0041
<b>Bezeichnung</b>	<b>Compressana Nova A-F, Art.-Nr. 180</b>
<b>Hersteller</b>	COMPRESSANA
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Zweizugkompressionsstrumpf, Halbschenkel, KKL 1. Geändert am: 15.04.2009
<b>Bemerkung</b>	Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie**

<b>Positions Nr.</b>	17.06.02.0042
<b>Bezeichnung</b>	<b>Compressana Forte A-F, Art.-Nr. 130</b>
<b>Hersteller</b>	COMPRESSANA
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Zweizugkompressionsstrumpf, Halbschenkel, KKL 1. Geändert am: 15.04.2009
<b>Bemerkung</b>	Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie**

<b>Positions Nr.</b>	17.06.02.0055
<b>Bezeichnung</b>	<b>Compressana Forte Pro A-F, Art.-Nr. 135</b>
<b>Hersteller</b>	COMPRESSANA
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Zweizug-Kompressionsstrumpf, Halbschenkel, KKL I, Größen I bis VI. Geändert am: 15.04.2009
<b>Bemerkung</b>	Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie**

<b>Positions Nr.</b>	17.06.02.0056
<b>Bezeichnung</b>	<b>Compressana Leganza A-F, Art.-Nr. 160</b>
<b>Hersteller</b>	COMPRESSANA
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Zweizug-Kompressionsstrumpf, Halbschenkel, KKL I, Größen I bis VI. Geändert am: 15.04.2009
<b>Bemerkung</b>	Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -  
Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie**

<b>Positions Nr.</b>	17.06.02.1029
<b>Bezeichnung</b>	<b>Compressana Sensitiv A-F, Art.-Nr. 290/295</b>
<b>Hersteller</b>	COMPRESSANA
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Zweizugkompressionsstrumpf, Halbschenkel, KKL 2. Geändert am: 15.04.2009
<b>Bemerkung</b>	Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie**

<b>Positions Nr.</b>	17.06.02.1090
<b>Bezeichnung</b>	<b>Compressana Nova A-F, Art.-Nr. 280</b>
<b>Hersteller</b>	COMPRESSANA
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Zweizugkompressionsstrumpf, Halbschenkel, KKL 2. Geändert am: 15.04.2009
<b>Bemerkung</b>	Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie**

<b>Positions Nr.</b>	17.06.02.1091
<b>Bezeichnung</b>	<b>Compressana Forte A-F, Art.-Nr. 230</b>
<b>Hersteller</b>	COMPRESSANA
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Zweizugkompressionsstrumpf, Halbschenkel, KKL 2. Geändert am: 15.04.2009
<b>Bemerkung</b>	Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie**

<b>Positions Nr.</b>	17.06.02.1113
<b>Bezeichnung</b>	Compressana Cotton A-F, Art.-Nr. 250
<b>Hersteller</b>	COMPRESSANA
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Zweizugkompressionsstrumpf, Halbschenkel, KKL 2, Größen I - VI. Geändert am: 15.04.2009
<b>Bemerkung</b>	Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -  
Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie**

<b>Positions Nr.</b>	17.06.02.1114
<b>Bezeichnung</b>	<b>Compressana Forte Pro A-F, Art-Nr. 235</b>
<b>Hersteller</b>	COMPRESSANA
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Zweizugkompressionsstrumpf, Halbschenkel, KKL 2, Größen I - VI. Geändert am: 15.04.2009
<b>Bemerkung</b>	Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -  
Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie**

<b>Positions Nr.</b>	17.06.02.1115
<b>Bezeichnung</b>	<b>Compressana Leganza A-F, Art.-Nr. 260</b>
<b>Hersteller</b>	COMPRESSANA
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Zweizug-Kompressionsstrumpf, Halbschenkel, KKL II, Größe I bis VI. Geändert am: 15.04.2009
<b>Bemerkung</b>	Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie**

<b>Positions Nr.</b>	17.06.02.2034
<b>Bezeichnung</b>	<b>Compressana Forte A-F, Art.-Nr. 330</b>
<b>Hersteller</b>	COMPRESSANA
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Zweizugkompressionsstrumpf, Halbschenkel, KKL 3. Geändert am: 15.04.2009
<b>Bemerkung</b>	Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie**

<b>Positions Nr.</b>	17.06.02.2039
<b>Bezeichnung</b>	<b>Compressana Forte Pro A-F, Art-Nr. 335</b>
<b>Hersteller</b>	COMPRESSANA
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Zweizugkompressionsstrumpf, Halbschenkel, KKL 3, Größen I - VI. Geändert am: 15.04.2009
<b>Bemerkung</b>	Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie**

<b>Positions Nr.</b>	17.06.03.0040
<b>Bezeichnung</b>	<b>Compressana Nova A-G, Art.-Nr. 180</b>
<b>Hersteller</b>	COMPRESSANA
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Zweizugkompressionsstrumpf, Oberschenkel, KKL 1, Größen I - VI. Geändert am: 15.04.2009
<b>Bemerkung</b>	Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie**

<b>Positions Nr.</b>	17.06.03.0072
<b>Bezeichnung</b>	<b>Compressana Forte Pro A-G, Art.-Nr. 135</b>
<b>Hersteller</b>	COMPRESSANA
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Zweizugkompressionsstrumpf, Oberschenkel, KKL 1, Größen I - VI. Geändert am: 15.04.2009
<b>Bemerkung</b>	Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie**

<b>Positions Nr.</b>	17.06.03.1092
<b>Bezeichnung</b>	<b>Compressana Nova A-G, Art.-Nr. 280</b>
<b>Hersteller</b>	COMPRESSANA
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Zweizugkompressionsstrumpf, Oberschenkel, KKL 2. Geändert am: 15.04.2009
<b>Bemerkung</b>	Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie**

<b>Positions Nr.</b>	17.06.03.1185
<b>Bezeichnung</b>	<b>Compressana Forte Pro A-G, Art-Nr. 235</b>
<b>Hersteller</b>	COMPRESSANA
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Zweizugkompressionsstrumpf, Oberschenkel, KKL 2, Größen I - VI. Geändert am: 15.04.2009
<b>Bemerkung</b>	Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie**

<b>Positions Nr.</b>	17.06.03.2045
<b>Bezeichnung</b>	<b>Compressana Forte Pro A-G, Art-Nr. 335</b>
<b>Hersteller</b>	COMPRESSANA
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Zweizugkompressionsstrumpf, Oberschenkel, auch mit Halft-band, KKL 3, Größen I - VI. Geändert am: 15.04.2009
<b>Bemerkung</b>	Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie**

<b>Positions Nr.</b>	17.06.04.0008
<b>Bezeichnung</b>	<b>Compressana Sensitiv A-T, Art.-Nr. 190/195</b>
<b>Hersteller</b>	COMPRESSANA
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Zweizugkompressions-Strumpfhose, KKL 1. Geändert am: 15.04.2009
<b>Bemerkung</b>	Größen I - V

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie**

<b>Positions Nr.</b>	17.06.04.0029
<b>Bezeichnung</b>	<b>Compressana Sensitiv A-M/U, Art.-Nr. 190/195</b>
<b>Hersteller</b>	COMPRESSANA
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Zweizugkompressions-Umstandsstrumpfhose, KKL 1. Geändert am: 15.04.2009
<b>Bemerkung</b>	Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie**

<b>Positions Nr.</b>	17.06.04.0043
<b>Bezeichnung</b>	<b>Compressana Nova A-T, Art.-Nr. 180</b>
<b>Hersteller</b>	COMPRESSANA
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Zweizugkompressions-Strumpfhose, KKL 1. Geändert am: 15.04.2009
<b>Bemerkung</b>	Größen I - VI

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie**

<b>Positions Nr.</b>	17.06.04.0043
<b>Bezeichnung</b>	<b>Compressana Nova A-T/U, Art.-Nr. 180</b>
<b>Hersteller</b>	COMPRESSANA
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Zweizugkompressions-Umstandsstrumpfhose, KK. 1. Geändert am: 15.04.2009
<b>Bemerkung</b>	Größen I - VI

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie**

<b>Positions Nr.</b>	17.06.04.1014
<b>Bezeichnung</b>	<b>Compressana Sensitiv A-T, Art.-Nr. 290/295</b>
<b>Hersteller</b>	COMPRESSANA
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Zweizugkompressions-Strumpfhose, KKL 2. Geändert am: 15.04.2009
<b>Bemerkung</b>	Größen I - VI

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie**

<b>Positions Nr.</b>	17.06.04.1014
<b>Bezeichnung</b>	<b>Compressana Sensitiv A-T/U, Art.-Nr. 290/295</b>
<b>Hersteller</b>	COMPRESSANA
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Zweizugkompressions-Umstandsstrumpfhose, KKL 2. Geändert am: 15.04.2009
<b>Bemerkung</b>	Größen I - VI

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie**

<b>Positions Nr.</b>	17.06.04.1077
<b>Bezeichnung</b>	<b>Compressana Nova A-T, Art.-Nr. 280</b>
<b>Hersteller</b>	COMPRESSANA
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Zweizugkompressions-Strumpfhose, KKL 2. Geändert am: 15.04.2009
<b>Bemerkung</b>	Größen: I -VI

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie**

<b>Positions Nr.</b>	17.06.04.1077
<b>Bezeichnung</b>	<b>Compressana Nova A-M/U, Art.-Nr. 280</b>
<b>Hersteller</b>	COMPRESSANA
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Zweizugkompressions-Umstandsstrumpfhose, KKL 2. Geändert am: 15.04.2009
<b>Bemerkung</b>	Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie**

<b>Positions Nr.</b>	17.06.04.1078
<b>Bezeichnung</b>	<b>Compressana Forte, A-T/A-T/U, Art.-Nr. 230</b>
<b>Hersteller</b>	COMPRESSANA
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Zweizugkompressions-Strumpfhose, KKL 2
<b>Bemerkung</b>	Größen: I -VI

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie**

<b>Positions Nr.</b>	17.06.04.1138
<b>Bezeichnung</b>	Compressana Cotton A-T/A-T/U, Art.-Nr. 250
<b>Hersteller</b>	COMPRESSANA
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Zweizugkompressions-Strumpfhose, KKL 2, Größen I - VI. Geändert am: 15.04.2009
<b>Bemerkung</b>	

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie**

<b>Positions Nr.</b>	17.06.04.2021
<b>Bezeichnung</b>	<b>Compressana Forte A-T/A-T/U, Art.Nr. 330</b>
<b>Hersteller</b>	COMPRESSANA
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Zweizugkompressions-Strumpfhose, KKL 3. Geändert am: 15.04.2009
<b>Bemerkung</b>	Größen I - VI

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie**

<b>Positions Nr.</b>	17.06.13.0005
<b>Bezeichnung</b>	<b>Compressana Nova A-T, Art.-Nr. 180</b>
<b>Hersteller</b>	COMPRESSANA
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Kompressionsstrumpfhose in Maßanfertigung, A-T, KKL 1. Geändert am: 15.04.2009
<b>Bemerkung</b>	

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -  
Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie**

<b>Positions Nr.</b>	17.06.13.0006
<b>Bezeichnung</b>	<b>Compressana Sensitiv A-T, Art-Nr. 190/195</b>
<b>Hersteller</b>	COMPRESSANA
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Kompressionsstrumpfhose in Maßanfertigung, A-T/A-T/U, KKL 1. Geändert am: 15.04.2009
<b>Bemerkung</b>	

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie**

<b>Positions Nr.</b>	17.06.13.0007
<b>Bezeichnung</b>	<b>Compressana Forte A-T, Art.-Nr. 130</b>
<b>Hersteller</b>	COMPRESSANA
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Kompressionsstrumpfhose in Maßanfertigung, A-T/A-T/U, KKL 1. Geändert am: 15.04.2009
<b>Bemerkung</b>	

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie**

<b>Positions Nr.</b>	17.06.13.1009
<b>Bezeichnung</b>	<b>Compressana Nova A-T, Art.-Nr. 280</b>
<b>Hersteller</b>	COMPRESSANA
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Kompressionsstrumpfhose in Maßanfertigung, A-T/A-T/U, KKL 2. Geändert am: 15.04.2009
<b>Bemerkung</b>	

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie**

<b>Positions Nr.</b>	17.06.13.1010
<b>Bezeichnung</b>	<b>Compressana Sensitiv A-T, Art-Nr. 290/295</b>
<b>Hersteller</b>	COMPRESSANA
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	Kompressionsstrumpfhose in Maßanfertigung, A-T/A-T/U, KKL 2. Geändert am: 15.04.2009
<b>Bemerkung</b>	

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 21 Meßgeräte für Körperzustände/-funktionen**

<b>Positions Nr.</b>	21.34.02.1088
<b>Bezeichnung</b>	Blutzuckermessgerät GL 32 mg/dl, Art.-Nr. 461.00
<b>Hersteller</b>	BEURER
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	<p>Blutzuckermessgerät Abmessungen (HxBxT): 96 mm x 46 mm x 20 mm Gewicht: 69 g inkl. Batterie Stromversorgung: 2 x 1,5 V AAA-Batterien Betriebsdauer: ca. 1000 Messungen Probenentnahme: Fingerbeere Kapilarblut Probenmenge: 0,5 µl Messeinheiten: mg/dl Messbereich: 20 mg/dl bis 600 mg/dl Messdauer: ca. 6 s Speicherkapazität: 448 Blutzuckermesswerte mit Datum und Uhrzeit Durchschnittswerte: für 7, 14, 21, 28, 60, 90 Tage Lieferumfang: 1 x Blutzuckermessgerät GL 32 mg/dl, Art.-Nr.461.00 1 x Benutzerhandbuch 1 x Kurzanleitung 1 x Etui 1 x Kontrolllösung 1 x Stechhilfe 10 x Lanzetten 10 x Teststreifen 2 x 1,5 V AAA-Batterien</p> <p>Eintrag am: 15.02.2009 Geändert am: 15.03.2009</p>

**Bemerkung**

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 21 Meßgeräte für Körperzustände/-funktionen**

<b>Positions Nr.</b>	21.34.02.1089
<b>Bezeichnung</b>	<b>Blutzuckermessgerät GL 32 mmol/l, Art.-Nr. 461.01</b>
<b>Hersteller</b>	BEURER
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	<p>Blutzuckermessgerät Abmessungen (HxBxT): 96 mm x 46 mm x 20 mm Gewicht: 69 g inkl. Batterie Stromversorgung: 2 x 1,5 V AAA-Batterien Betriebsdauer: ca. 1000 Messungen Probenentnahme: Fingerbeere Kapilarblut Probenmenge: 0,5 µl Messeinheiten: mmol/l Messbereich: 1,1 mmol/l bis 33,3 mmol/l Messdauer: ca. 6 s Speicherkapazität: 448 Blutzuckermesswerte mit Datum und Uhrzeit Durchschnittswerte: für 7, 14, 21, 28, 60, 90 Tage Lieferumfang: 1 x Blutzuckermessgerät GL 32 mmol/l, Art.-Nr.461.01 1 x Benutzerhandbuch 1 x Kurzanleitung 1 x Etui 1 x Kontrolllösung 1 x Stechhilfe 10 x Lanzetten 10 x Teststreifen 2 x 1,5 V AAA-Batterien</p> <p>Eintrag am: 15.02.2009 Geändert am: 15.03.2009</p>

**Bemerkung**

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 21 Meßgeräte für Körperzustände/-funktionen**

<b>Positions Nr.</b>	21.34.02.2003
<b>Bezeichnung</b>	<b>Blutzuckermessgerät GL 34 mg/dl, Art.-Nr. 462.00</b>
<b>Hersteller</b>	BEURER
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	<p>Blutzuckermessgerät mit Sprachausgabe Abmessungen (HxBxT): 96 mm x 46 mm x 20 mm Gewicht: 70 g inkl. Batterie Stromversorgung: 2 x 1,5 V AAA-Batterien Betriebsdauer: ca. 1000 Messungen Probenentnahme: Fingerbeere Kapilarblut Probenmenge: 0,5 µl Messeinheiten: mg/dl Messbereich: 20 mg/dl bis 600 mg/dl Messdauer: ca. 6 s Speicherkapazität: 448 Blutzuckermesswerte mit Datum und Uhrzeit Durchschnittswerte: für 7, 14, 21, 28, 60, 90 Tage Sprachen: deutsch, englisch Lieferumfang: 1 x Blutzuckermessgerät GL 34 mg/dl, Art.-Nr.462.00 1 x Benutzerhandbuch 1 x Kurzanleitung 1 x Etui 1 x Kontrolllösung 1 x Stechhilfe 10 x Lanzetten 10 x Teststreifen 2 x 1,5 V AAA-Batterien</p> <p>Eintrag am: 15.02.2009 Geändert am: 15.03.2009</p>

**Bemerkung**

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 21 Meßgeräte für Körperzustände/-funktionen**

<b>Positions Nr.</b>	21.34.02.2004
<b>Bezeichnung</b>	Blutzuckermessgerät GL 34 mmol/l, Art.-Nr. 462.01
<b>Hersteller</b>	BEURER
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	<p>Blutzuckermessgerät mit Sprachausgabe Abmessungen (HxBxT): 96 mm x 46 mm x 20 mm Gewicht: 70 g inkl. Batterie Stromversorgung: 2 x 1,5 V AAA-Batterien Betriebsdauer: ca. 1000 Messungen Probenentnahme: Fingerbeere Kapilarblut Probenmenge: 0,5 µl Messeinheiten: mmol/l Messbereich: 1,1 mmol/l bis 33,3 mmol/l Messdauer: ca. 6 s Speicherkapazität: 448 Blutzuckermesswerte mit Datum und Uhrzeit Durchschnittswerte: für 7, 14, 21, 28, 60, 90 Tage Sprachen: deutsch, englisch Lieferumfang: 1 x Blutzuckermessgerät GL 34 mmol/l, Art.-Nr.462.01 1 x Benutzerhandbuch 1 x Kurzanleitung 1 x Etui 1 x Kontrolllösung 1 x Stechhilfe 10 x Lanzetten 10 x Teststreifen 2 x 1,5 V AAA-Batterien</p> <p>Eintrag am: 15.02.2009 Geändert am: 15.03.2009</p>

**Bemerkung**

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 27 Sprechhilfen**

<b>Positions Nr.</b>	27.17.04.0056
<b>Bezeichnung</b>	<b>ESKA Window II Ventilkopf nach Hagen light mit 2 Magneten, Art.-Nr. 86466103</b>
<b>Hersteller</b>	ESKA MEDICAL
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	<p>Tracheostoma-Ventil ESKA Window II nach Hagen, mit Abhust-klappe, zur Rehabilitation von laryngektomierten Personen. Es ermöglicht die Erzeugung einer Ersatzstimme, ohne dazu das Tracheostoma mit der Hand verschließen zu müssen.</p> <p>Abmessungen (HxADxD): 12,9 mm x 33 mm x 24,6 mm Gewicht: ca. 5,3 g Anzahl der Magnete: 2 Max. Verweildauer: 3 - 4 Monate Ventilköpfe: 1 x Tracheostomaventilkopf 1 x Aufnahmering für Filterelemente</p> <p>Eintrag am: 15.09.2008 Geändert am: 15.04.2009</p>

**Bemerkung**

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -  
Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 27 Sprechhilfen**

<b>Positions Nr.</b>	27.17.04.0057
<b>Bezeichnung</b>	<b>ESKA Window II Ventilkopf nach Hagen medium mit 3 Magneten, Art.-Nr. 86466104</b>
<b>Hersteller</b>	ESKA MEDICAL
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	<p>Tracheostoma-Ventil ESKA Window II nach Hagen, mit Abhust-klappe, zur Rehabilitation von laryngektomierten Personen. Es ermöglicht die Erzeugung einer Ersatzstimme, ohne dazu das Tracheostoma mit der Hand verschließen zu müssen.</p> <p>Abmessungen (HxADxD): 12,9 mm x 33 mm x 24,6 mm Gewicht: ca. 5,3 g Anzahl der Magnete: 3 Max. Verweildauer: 3 - 4 Monate Ventilköpfe: 1 x Tracheostomaventilkopf 1 x Aufnahmering für Filterelemente</p> <p>Eintrag am: 15.09.2008 Geändert am: 15.04.2009</p>

**Bemerkung**

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 27 Sprechhilfen**

<b>Positions Nr.</b>	27.17.04.0058
<b>Bezeichnung</b>	<b>ESKA Window II Ventilkopf nach Hagen strong mit 4 Magneten, Art.-Nr. 86466105</b>
<b>Hersteller</b>	ESKA MEDICAL
<b>Konstruktionsmerkmale</b>	<p>Tracheostoma-Ventil ESKA Window II nach Hagen, mit Abhust-klappe, zur Rehabilitation von laryngektomierten Personen. Es ermöglicht die Erzeugung einer Ersatzstimme, ohne dazu das Tracheostoma mit der Hand verschließen zu müssen.</p> <p>Abmessungen (HxADxD): 12,9 mm x 33 mm x 24,6 mm Gewicht: ca. 5,3 g Anzahl der Magnete: 4 Max. Verweildauer: 3 - 4 Monate Ventilköpfe: 1 x Tracheostomaventilkopf 1 x Aufnahmering für Filterelemente</p> <p>Eintrag am: 15.09.2008 Geändert am: 15.04.2009</p>

**Bemerkung**

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. Mai 2009 -**  
**Bundesanzeiger Nr. 94 vom 1. Juli 2009**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

---

**Produktgruppe: 29 Stomaartikel**

**Positions Nr.** 29.26.10.0002

**Bezeichnung** nicht besetzt

**Hersteller** -

**Konstruktionsmerkmale** Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr. 29.26.10.3020  
Geändert am: 15.03.2009

**Bemerkung**