
Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12. März 2008
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.3010

Bezeichnung Pflegebett Allura, Art.-Nr. 51.5024.33

Hersteller BURMEIER

Konstruktionsmerkmale

Behindertengerechtes Bett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Federholzleisten
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 30 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: Antitrendelenburg
Sperrereinrichtung: serienmäßig, Sperrereinrichtung im Handschalter

Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Linak
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar

Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 225 kg (185 kg Patientengewicht)

Netzteil: extern, mit Steckverbindung am Bett

Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Verwendungszeck:
Zur Versorgung von Versicherten, bei denen die Tragfähigkeit von Produkten der Produktart 50.45.01.1 nicht ausreichend ist.
Die Produktart zu diesem Produkt wird noch erstellt.

**Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12. März 2008
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt**

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.3012

Bezeichnung Pflegebett Allura 100, Art.-Nr. 51.5524.33

Hersteller BURMEIER

Konstruktionsmerkmale

Behindertengerechtes Bett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 100 cm
Ausführung der Liegefläche: Metallgitter
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 30 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: Antitrendelenburg
Sperrereinrichtung: serienmäßig, Sperrereinrichtung
im Handschalter

Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Linak
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 225 kg (185 kg Patientenge-
wicht)
Netzteil: extern, mit Steckverbindung am
Bett

Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Verwendungszeck:
Zur Versorgung von Versicherten, bei denen die Tragfähigkeit
von Produkten der Produktart 50.45.01.1 nicht ausreichend ist.
Die Produktart zu diesem Produkt wird noch erstellt.