
Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe **03 Applikationshilfen**

Positionsnummer: 03. 99. 05. 1032

Bezeichnung: Mi ni Med 640G 3,0 ml - mg/dl; Art.-Nr.: MMT- 1712

Hersteller: Medtronic Mi ni Med

Konstruktionsmerkmale: Insulinpumpe, die für die kontinuierliche Abgabe von Insulin mit fest eingestellter oder variabler Abgaberate im Rahmen der Behandlung von Personen mit insulinpflichtigem Diabetes mellitus vorgesehen ist. Die mobile Insulinpumpe verfügt über ein Reservoir von 3,0 ml und eine integrierte Zusatzfunktion "Bolus-Expert", welche eine Bestimmung des individuellen Bolus unter Berücksichtigung aktueller, manuell ermittelter Blutzuckerwerte, der Nahrungsaufnahme sowie des aktiven (noch wirkenden) Bolus- Insulins ermöglicht.

Abmessung (LxBxH): 85 mm x 53 mm x 24,4 mm
Gewicht: 91,9 g
Stromversorgung: 2 Stück Alkaline-Batterien Typ AA
Batterielebensdauer: ca. 2 Wochen
Insulinstärke: U 100
Reservoirarten: 3,0 ml - 300 I. E.
Einsatzbereich: Insulintherapie
Basalraten-Programm: 3 Profile maximal zu je 48 Raten
Basalratenschritte: 0,025 I. E. /h (0,025 bis 0,975 I. E. /h)
 0,05 I. E. /h (1,0 bis 9,95 I. E. /h)
 0,1 I. E. /h (ab 10 I. E. /h)
Basalratenerhöhung: 0,025 I. E. /h bis 35,0 I. E. /h
Abgabegenauigkeit: Basalrate 1,0 U/h beträgt ±5%
 Basalrate 0,0025 U/h beträgt ±10%
Blutzuckerzielbereich: Anzahl 8
 60 mg/dl bis 250 mg/dl
Bolusabgabe: = Insulin/Kolbenhub
 0,025 I. E.
 (für Boli von 0,025 bis 0,975 I. E. /h)
 0,05 I. E.
 (für Boli über 0,975 I. E.)
Maximalbolus: 0,0 I. E. bis 75,0 I. E.
Bolusspeicher: 24 Datensätze
Sonderfunktionen: Bolus-Expert, Easy-Bolus
Sicherheitsystem: redundante Elektronik, visuelles
 Alarmsystem, akustische Signale
Alarmer: Ende oder Unterbrechung der Insulinzufuhr,
 Batterie zu schwach, Batterie erschöpft,
 Batterie wurde für mehr als 2 Stunden
 entfernt, Schutz vor Gabe einer
 Überdosis, verstopftes Infusionsset, Ampulle

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03.99.05.1032

Bezeichnung: MiniMed 640G 3,0 ml - mg/dl; Art.-Nr.: MMT-1712
leer, temporäre Basalrate aktiviert, Zeit und Datum wurden zurückgesetzt, Änderung der Insulinkonzentration, Infusions sicherheitskontrolle, Sicherheitskontrolle, Sicherheitskontrollmeldung

Anzeige LCD-Display: Programmcode
Speicher: 90 Tage Protokollspeicher
Bestandteile: 1 x Insulinpumpe MiniMed MG 640-G, Art.-Nr.: MMT 1711(mg/dl)
1 x Kurzanleitung
1 x Activity Guard (Schutz für Reservoir und Batterie)
1 x Gürtelclip
1 x Bedienungsanleitung
2 x AA-Alkaline Batterie
1 x Garantieerklärung
1 x Schlauchklammer
1 x BZ-Tagebuch
1 x Menüübersicht
1 x Sicherheitsdokumente für Flugreisen

Die Insulinpumpe ist mit einer zusätzlichen Schnittstelle zur kontinuierlichen Glukosemessung mit Real-Time-Messgeräten ausgestattet (rtCGM). Die hierfür erforderlichen Komponenten sind als Zubehör erhältlich und sind nicht im Lieferumfang der Insulinpumpe enthalten.

Geändert am: 16.05.2017

Geändert am: 06.11.2017

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 99. 05. 1033

Bezeichnung: Mi ni Med 640G 3,0 ml - mmol/l; Art.-Nr.: MMT-1711

Hersteller: Medtronic Mi ni Med

Konstruktionsmerkmale: Insulinpumpe, die für die kontinuierliche Abgabe von Insulin mit fest eingestellter oder variabler Abgaberate im Rahmen der Behandlung von Personen mit insulinpflichtigem Diabetes mellitus vorgesehen ist. Die mobile Insulinpumpe verfügt über ein Reservoir von 3,0 ml und eine integrierte Zusatzfunktion "Bolus-Expert", welche eine Bestimmung des individuellen Bolus unter Berücksichtigung aktueller, manuell ermittelter Blutzuckerwerte, der Nahrungsaufnahme sowie des aktiven (noch wirkenden) Bolus-Insulins ermöglicht.

| | |
|------------------------|--|
| Abmessung (LxBxH): | 85 mm x 53 mm x 24,4 mm |
| Gewicht: | 91,9 g |
| Stromversorgung: | 2 Stück Alkaline-Batterien Typ AA |
| Batterielebensdauer: | ca. 2 Wochen |
| Insulinstärke: | U 100 |
| Reservoirarten: | 3,0 ml - 300 I.E. |
| Einsatzbereich: | Insulintherapie |
| Basalraten-Programm: | 3 Profile maximal zu je 48 Raten |
| Basalratenschritte: | 0,025 I.E./h (0,025 bis 0,975 I.E./h) 0,05 I.E./h (1,0 bis 9,95 I.E./h) 0,1 I.E./h (ab 10 I.E./h) |
| Basalratenerhöhung: | 0,025 I.E./h bis 35,0 I.E./h |
| Abgabegenauigkeit: | Basalrate 1,0 U/h beträgt ±5% Basalrate 0,0025 U/h beträgt ±10% |
| Blutzuckerzielbereich: | Anzahl 8 3,0 mmol/l bis 13,9 mmol/l |
| Bolusabgabe: | = Insulin/Kolbenhub 0,025 I.E. (für Boli von 0,025 bis 0,975 I.E./h) 0,05 I.E. (für Boli über 0,975 I.E.) |
| Maximalbolus: | 0,0 I.E. bis 75,0 I.E. |
| Bolusspeicher: | 24 Datensätze |
| Sonderfunktionen: | Bolus-Expert, Easy-Bolus |
| Sicherheitsystem: | redundante Elektronik, visuelles Alarmsystem, akustische Signale |
| Alarmer: | Ende oder Unterbrechung der Insulinzufuhr, Batterie zu schwach, Batterie erschöpft, Batterie wurde für mehr als 2 Stunden entfernt, Schutz vor Gabe einer Überdosis, verstopftes Infusionsset, Ampulle |

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03.99.05.1033

Bezeichnung: MiniMed 640G 3,0 ml - mmol/l; Art.-Nr.: MMT-1711

leer, temporäre Basalrate aktiviert, Zeit und Datum wurden zurückgesetzt, Änderung der Insulinkonzentration, Infusions sicherheitskontrolle, Sicherheitskontrolle, Sicherheitskontrollmeldung

Anzeige LCD-Display: Programmcode

Speicher: 90 Tage Protokollspeicher

Bestandteile: 1 x Insulinpumpe MiniMed MG 640-G, Art.-Nr.: MMT 1712 (mmol/l)

1 x Kurzanleitung

1 x Activity Guard (Schutz für Reservoir und Batterie)

1 x Gürtelclip

1 x Bedienungsanleitung

2 x AA-Alkaline-Batterie

1 x Garantieerklärung

1 x Schlauchklammer

1 x BZ-Tagebuch

1 x Menüübersicht

1 x Sicherheitsdokumente für Flugreisen

Die Insulinpumpe ist mit einer zusätzlichen Schnittstelle zur kontinuierlichen Glukosemessung mit Real-Time-Messgeräten ausgestattet (rtCGM). Die hierfür erforderlichen Komponenten sind als Zubehör erhältlich und sind nicht im Lieferumfang der Insulinpumpe enthalten.

Geändert am: 16.05.2017

Geändert am: 06.11.2017

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 99. 12. 2001

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 99. 12. 2003

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 99. 12. 2004

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 99. 12. 2005

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe **03 Applikationshilfen**

Positionsnummer: 03. 99. 99. 1022

Bezeichnung: Abrechnungsposition für OmniPod® Insulin Pumpe für OmniPod® Steuereinheit mg/dl und OmniPod® Steuereinheit mmol/l; Art.-Nr.: 19191 (Product Code ZXP425)

Hersteller: Vertragspartner nach § 127 SGB V

Konstruktionsmerkmale: Unter dieser Abrechnungsposition OmniPod® Steuereinheit mg/dl und das OmniPod® Steuereinheit mmol/l abgerechnet werden.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14. 24. 04. 0007

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Weinmann Geräte für Medizin GmbH

Konstruktionsmerkmale: Gerät wird nicht mehr hergestellt / vertrieben.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14. 24. 04. 3001

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Weinmann Geräte für Medizin GmbH

Konstruktionsmerkmale: Das Total 02 ist eine Kombination eines stationären Sauerstoffkonzentrators für den dauerhaften Einsatz im häuslichen Bereich sowie eine Abfüllstation mit speziellen O2-Leicht-Sauerstoffflaschen, welche die mobile Sauerstoffversorgung im Zusammenhang mit einem Sauerstoffsparsystem Oxytron 3 (Hilfsmittel-Pos. -Nr. 14. 24. 05. 4008) ermöglichen. Das Gerät funktioniert wie ein herkömmlicher Sauerstoffkonzentrator und der Patient kann die erforderliche Menge Sauerstoff (Flow) am Gerät einstellen. Überzähliger Sauerstoff wird da-zu benutzt, spezielle 1,5 l fassende Sauerstoffflaschen abzufüllen. Hierbei wird ein max. Druck von 132 bar erreicht, so dass eine Flaschenfüllung ca. 200 l gasförmigen Sauerstoff umfaßt. Zum Lieferumfang des Total 02 gehört ein Druckminderer incl. Demandsystem (Pos. -Nr. 14. 24. 05. 4008).

Größe (BxHxT): 480 mm x 830 mm x 430 mm
Gewicht: ca. 35 kg
Energieversorgung: 230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme: 550 W
Lautstärke: ca. 49 dB(A)
max. Flow: 3 l/min
Sauerstoffkonzentration: 93 % +/- 3 % bei 0,5 bis 3 l/min
Wartung: alle 5000 Betriebsstunden bzw. einmal jährlich

Druckgasflaschen
Ausführung: Druckgasflaschen mit integriertem Druckminderer und gerätespezifischem Füllanschluß

Flaschenvolumen: 1,5 l
Fülldruck: max. 135 bar
Gewicht: incl. Druckminderer 2,8 kg
Fülldauer: je 1,5 l Flasche ca. 6,5 Std.
Lieferumfang: Total-02-Grundgerät mit 20 m Verbindungsschlauch
Sauerstoffbrille
3 m Verlängerungsschlauch WM 12805
Flaschenset Total-02 1,5 l, 2 Stück,
Art. -Nr. WM 12875
Oxytron 3 für Total 02, Art. -Nr. WM 7280,
sh. Pos. -Nr. 14. 24. 05. 4008
Tragehilfe (Tasche WM 12855 oder Rücken-

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14. 24. 04. 3001

Bezeichnung: nicht besetzt

tragehilfe WM 12865)
Geändert am: 15.08.2007

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14. 24. 05. 0014

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Weinmann Geräte für Medizin GmbH

Konstruktionsmerkmale: Gerätetyp: Druckminderer für Druckgasflasche
Ausgangsdruck: 160 kPa
Flow: konstant 2,0 l/min
Kompatibilität: Anschluss an alle Druckgasflaschen gemäß
Norm möglich
Lieferumfang: Druckminderer
Geändert am: 15. 08. 2007
Das Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|--|-----------------|------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|--|----------------------|---|-------------------|--|
| Produktgruppe | 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Positionsnummer: | 14. 24. 05. 4014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bezeichnung: | nicht besetzt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hersteller: | Weinmann Geräte für Medizin GmbH | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konstruktionsmerkmale: | <table><tr><td>Gerätetyp:</td><td>Elektronisches Sparsystem für Druckgasflaschen</td></tr><tr><td>Gewicht:</td><td>240 g (mit Akku)</td></tr><tr><td>Größe (H x B x T):</td><td>92 mm x 102 mm x 44 mm</td></tr><tr><td>Energieversorgung:</td><td>3 V Akkupack NiMH</td></tr><tr><td>Leistung (Flow):</td><td>entsprechend 1 l/min bis 6 l/min Back-up Flow kontinuierlich 2 l/min</td></tr><tr><td>Triggerung:</td><td>bei jedem Atemzug</td></tr><tr><td>Alarmer:</td><td>Spannungsüberwachung, Diskonnetki onsalarm, fehlender Sauerstoff</td></tr><tr><td>Lieferumfang:</td><td>1. Elektronischer Sauerstoffregler mit Akkupack und Netzl adegerät 2. Spiralschl auch und Sauerstoffbrille</td></tr><tr><td>Sonstiges:</td><td>Das Gerät verfügt über einen integrierten, bewegungsabhängigen Steuerungsmodus und erkennt, ob sich der Patient in Ruhe oder Bewegung befindet und schaltet automatisch in den jeweils benötigten Modus. Für jeden Modus kann vom Arzt eine bestimmte Sauerstoffmenge vorgegeben werden.</td></tr></table> | Gerätetyp: | Elektronisches Sparsystem für Druckgasflaschen | Gewicht: | 240 g (mit Akku) | Größe (H x B x T): | 92 mm x 102 mm x 44 mm | Energieversorgung: | 3 V Akkupack NiMH | Leistung (Flow): | entsprechend 1 l/min bis 6 l/min Back-up Flow kontinuierlich 2 l/min | Triggerung: | bei jedem Atemzug | Alarmer: | Spannungsüberwachung, Diskonnetki onsalarm, fehlender Sauerstoff | Lieferumfang: | 1. Elektronischer Sauerstoffregler mit Akkupack und Netzl adegerät 2. Spiralschl auch und Sauerstoffbrille | Sonstiges: | Das Gerät verfügt über einen integrierten, bewegungsabhängigen Steuerungsmodus und erkennt, ob sich der Patient in Ruhe oder Bewegung befindet und schaltet automatisch in den jeweils benötigten Modus. Für jeden Modus kann vom Arzt eine bestimmte Sauerstoffmenge vorgegeben werden. |
| Gerätetyp: | Elektronisches Sparsystem für Druckgasflaschen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht: | 240 g (mit Akku) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Größe (H x B x T): | 92 mm x 102 mm x 44 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energieversorgung: | 3 V Akkupack NiMH | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistung (Flow): | entsprechend 1 l/min bis 6 l/min Back-up Flow kontinuierlich 2 l/min | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Triggerung: | bei jedem Atemzug | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alarmer: | Spannungsüberwachung, Diskonnetki onsalarm, fehlender Sauerstoff | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lieferumfang: | 1. Elektronischer Sauerstoffregler mit Akkupack und Netzl adegerät 2. Spiralschl auch und Sauerstoffbrille | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonstiges: | Das Gerät verfügt über einen integrierten, bewegungsabhängigen Steuerungsmodus und erkennt, ob sich der Patient in Ruhe oder Bewegung befindet und schaltet automatisch in den jeweils benötigten Modus. Für jeden Modus kann vom Arzt eine bestimmte Sauerstoffmenge vorgegeben werden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eintrag am: | 15. 10. 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14. 24. 16. 0002

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Weinmann Geräte für Medizin GmbH

Konstruktionsmerkmale: Mehrfach verwendbares Nasen-Maskensystem für Systeme zur Schlafapnoebehandlung.

Art. -Nrn. : WM 25110 (Größe S), WM 25120 (Größe M),
WM 25130 (Größe L), WM 25100 (Größe XS)

- Lieferumfang:**
1. Maskenkörper farblos transparent bzw. blau transparent, in entsprechender Größe (Art. -Nr. WM 25112 bzw. WM 25122 bzw. WM 25132 bzw. WM 25102)
 2. Maskenwulst in entsprechender Größe (Art. -Nr. WM 25111 bzw. WM 25121 bzw. WM 25131 bzw. WM 25101)
 3. Winkelanschluss, Art. -Nr. WM 25145
 4. Stirnpolster, farblos transparent oder blau transparent, Art. Nr. WM 25152
 5. Verschlusskappe, Art. -Nr. WM 25165

- Zubehör:**
1. Ausatemsystem, Schalldämpfer (WM 23685) oder Silentflow (WM 23600)
 2. eine Kopfhaube in entsprechender Größe (Art. -Nrn. WM 23120, WM 23182, WM 23175, WM 23686 und WM 23687) oder eine Kopfbänderung (Art. -Nr. WM 23180)

Eintrag am: 15. 12. 2007

Alte Pos. -Nr. : 14. 24. 07. 5002

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14. 24. 17. 2006

Bezeichnung: nicht bestzt

Hersteller: Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Gerätetyp: Warmluftbefeuchter für nCPAP-Geräte
in verschiedenen Ausführungen (sh.
Artikelnummern)
Art. - Nrn. : WM 23055 (für alle cPAP- und BiPAP-
Geräte geeignet)
WM 23040 für Somnotron 2/3
WM 23045 für Somnotron 4
WM 23030 für Somnotron 4
WM 23050 für Somnosmart
WM 23035 für Somnosmart
Gewicht: ca. 0,95 kg
Größe: 155 mm x 140 mm x 200 mm
Leistungsaufnahme: 70 W an 230 V
Füllmenge: max. 300 ml
max. zul. Betriebs-
druck: 30 hPa
max. zul. Flow: 200 l/min.
max. Maskentemperatur: 37°C
Druckabfall: bei einem Flow von
50 l/min = 0,12 hPa,
100 l/min = 0,46 hPa,
150 l/min = 0,94 hPa
Wartung: keine
Lieferumfang: 1. Somnowave Grundgerät (Art.-Nr.
WM 23005
2. Befeuchterkammer montiert, Art.-
Nr. WM 23390
3. Schlauchsystem u. Halterung (nicht
bei Somnowave Universal, Art.-Nr.
WM 23055)
Produkt wird nicht mehr hergestellt. (6.12.2018)
Eintrag am: 15.12.2007
Alte Pos. -Nr.: 14.24.07.7002

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14. 24. 17. 2006

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Gerätetyp: Warmluftbefeuchter für nCPAP-Geräte
in verschiedenen Ausführungen (sh.
Artikelnummern)
Art. - Nrn. : WM 23055 (für alle cPAP- und BiPAP-
Geräte geeignet)
WM 23040 für Somnotron 2/3
WM 23045 für Somnotron 4
WM 23030 für Somnotron 4
WM 23050 für Somnosmart
WM 23035 für Somnosmart
Gewicht: ca. 0,95 kg
Größe: 155 mm x 140 mm x 200 mm
Leistungsaufnahme: 70 W an 230 V
Füllmenge: max. 300 ml
max. zul. Betriebs-
druck: 30 hPa
max. zul. Flow: 200 l/min.
max. Maskentemperatur: 37°C
Druckabfall: bei einem Flow von
50 l/min = 0,12 hPa,
100 l/min = 0,46 hPa,
150 l/min = 0,94 hPa
Wartung: keine
Lieferumfang: 1. Somnowave Grundgerät (Art.-Nr.
WM 23005
2. Befeuchterkammer montiert, Art.-
Nr. WM 23390
3. Schlauchsystem u. Halterung (nicht
bei Somnowave Universal, Art.-Nr.
WM 23055)
Eintrag am: 15. 12. 2007
Alte Pos. - Nr. : 14. 24. 07. 7002

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 07. 0037

Bezeichnung: Mono-Flo Homecare/Plus, Art.-Nrn. 2090-2/ 2120-02

Hersteller: Covidien Inc

Konstruktionsmerkmale: Bettbeutel für geschlossenes System mit Rücklauf Sperre, Tropfkammer, Ablaufventil, 2000 ml Inhalt, steril, mit Bett-beutelhalterung, 90 cm oder 120 cm langer Schlauch, mit Ein-malhandschuhen.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 18. 0012

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Bauerfeind AG

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 17.06.21.0001

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 18. 0015

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: BELSANA Medizini sche Erzeugnisse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppi ert, neue Pos. -Nr 17.06.21.0002

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 18. 1013

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Bauerfeind AG

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 17.06.21.1001

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 18. 1022

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: BELSANA Mediznische Erzeugnisse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 17.06.21.1002

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 18. 2014

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Bauerfeind AG

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 17.06.21.2001

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 18. 2020

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: BELSANA Medizini sche Erzeugnisse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppi ert, neue Pos. -Nr 17.06.21.2002

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 18. 3010

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Bauerfeind AG

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 17.06.21.3001

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 18. 3012

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: BELSANA Medi zini sche Erzeugni sse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppi ert, neue Pos. -Nr 17.06.21.3002

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 19. 0012

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Bauerfeind AG

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 17.06.22.0001

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 19. 0016

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: BELSANA Medizini sche Erzeugnisse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppi ert, neue Pos. -Nr 17.06.22.0002

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 19. 1012

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Bauerfeind AG

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 17.06.22.1001

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 19. 1023

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: BELSANA Mediznische Erzeugnisse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 17.06.22.1002

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 19. 2013

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Bauerfeind AG

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 17.06.22.2001

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 19. 2021

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: BELSANA Mediznische Erzeugnisse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 17.06.22.2003

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 19. 3010

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Bauerfeind AG

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 17.06.22.3001

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 19. 3013

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: BELSANA Medi zini sche Erzeugni sse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppi ert, neue Pos. -Nr 17.06.22.3002

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 04. 0009

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH Medizinische Erzeugnisse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 17. 10. 06. 0013

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 04. 0010

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH Medizinische Erzeugnisse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 17. 10. 06. 0014

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 04. 0015

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: BSN- JOBST GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 17. 10. 06. 0002

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 04. 0016

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: BSN- JOBST GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 17. 10. 06. 0003

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 04. 0030

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Bauerfeind AG

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 17. 10. 06. 0001

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 04. 0031

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: BELSANA Medizini sche Erzeugnisse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppi ert, neue Pos. -Nr 17. 10. 06. 0006

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 04. 0035

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: BELSANA Mediznische Erzeugnisse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 17. 10. 06. 0005

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 04. 0036

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: BELSANA Medizini sche Erzeugnisse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppi ert, neue Pos. -Nr 17. 10. 06. 0004

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 04. 0038

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH Medizinische Erzeugnisse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 17. 10. 06. 0007

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 04. 0039

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH Medizinische Erzeugnisse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 17. 10. 06. 0008

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 04. 0042

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH Medizinische Erzeugnisse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr 17. 10. 06. 0009

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 04. 1010

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH Medizinische Erzeugnisse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 17. 10. 06. 1010

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 04. 1011

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH Medizinische Erzeugnisse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 17. 10. 06. 1011

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 04. 1041

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH Medizinische Erzeugnisse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 17. 10. 06. 1007

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 04. 1042

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH Medizinische Erzeugnisse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 17. 10. 06. 1008

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 04. 1045

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH Medizinische Erzeugnisse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 17. 10. 06. 1009

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 04. 1016

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: BSN- JOBST GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 17. 10. 06. 1002

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 04. 1017

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: BSN- JOBST GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 17. 10. 06. 1003

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 04. 1033

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Bauerfeind AG

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 17. 10. 06. 1001

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 04. 1034

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: BELSANA Medizini sche Erzeugnisse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppi ert, neue Pos. -Nr 17. 10. 06. 1005

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 04. 1038

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: BELSANA Medizini sche Erzeugnisse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppi ert, neue Pos. -Nr 17. 10. 06. 1004

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 04. 1039

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: BELSANA Medizini sche Erzeugnisse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppi ert, neue Pos. -Nr 17. 10. 06. 1006

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 04. 2010

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH Medizinische Erzeugnisse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 17. 10. 06. 2011

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 04. 2011

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH Medizinische Erzeugnisse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 17. 10. 06. 2012

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 04. 2027

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Bauerfeind AG

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 17. 10. 06. 2001

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 04. 2028

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: BELSANA Medizini sche Erzeugnisse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppi ert, neue Pos. -Nr 17. 10. 06. 2004

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 04. 2032

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: BELSANA Medi zini sche Erzeugni sse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppi ert, neue Pos. -Nr 17. 10. 06. 2003

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 04. 2033

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: BELSANA Medizini sche Erzeugnisse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppi ert, neue Pos. -Nr 17. 10. 06. 2002

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 04. 2035

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH Medizinische Erzeugnisse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 17. 10. 06. 2005

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 04. 2036

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH Medizinische Erzeugnisse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 17. 10. 06. 2006

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 04. 2039

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH Medizinische Erzeugnisse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 17. 10. 06. 2007

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 05. 0002

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: BELSANA Medizini sche Erzeugnisse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppi ert, neue Pos. -Nr 17. 10. 07. 0001

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 05. 0006

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH Medizinische Erzeugnisse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 17. 10. 07. 0002

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 05. 0007

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH Medizinische Erzeugnisse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 17. 10. 07. 0003

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 05. 1004

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: BELSANA Medizini sche Erzeugnisse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppi ert, neue Pos. -Nr 17. 10. 07. 1001

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 05. 1006

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH Medizinische Erzeugnisse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr 17. 10. 07. 1002

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 05. 1007

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH Medizinische Erzeugnisse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr 17. 10. 07. 1003

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 05. 2003

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: BELSANA Mediznische Erzeugnisse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 17. 10. 07. 2001

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 05. 2006

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH Medizinische Erzeugnisse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 17. 10. 07. 2002

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 05. 2007

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH Medizinische Erzeugnisse

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 17. 10. 07. 2003

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 46. 02. 0012

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 46. 02. 0055

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 46. 02. 0056

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 46. 02. 0057

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 46. 03. 0005

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 46. 03. 0006

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 46. 03. 0007

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 46. 04. 0001

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 46. 04. 0006

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 46. 04. 2004

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 46. 04. 2005

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 46. 05. 0001

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 46. 05. 0007

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 01. 0010

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 01. 0011

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 01. 0018

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 01. 0021

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 01. 0022

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 01. 0023

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 01. 0025

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 01. 0026

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 01. 0027

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 01. 1000

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 01. 1001

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 01. 1004

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 01. 1006

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 01. 1009

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 01. 1011

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 01. 1012

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 01. 1022

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 01. 2003

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 01. 2007

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 01. 2009

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 0002

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 0003

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 0026

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 0027

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 0039

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 0040

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 0041

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 0042

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 0073

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 0090

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 0091

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 2000

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 2001

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 2002

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 2008

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 2009

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 2017

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 2026

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 2033

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 2049

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 2057

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 2061

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 3001

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 3002

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 3003

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 3004

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 3006

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 3007

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 5000

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 5001

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 5015

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 5016

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 5017

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 5018

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 5022

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 5027

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 5032

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 6000

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 8000

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 03. 0002

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 03. 0003

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 03. 0046

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 03. 0090

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 03. 0105

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 03. 0106

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 03. 0107

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 03. 1008

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 03. 1023

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 04. 0001

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 04. 0002

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 04. 0003

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 04. 0008

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 04. 0009

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 04. 0010

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 04. 0011

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 04. 0022

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 04. 0023

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 04. 0024

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 04. 0033

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 04. 0034

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 04. 0048

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 04. 0067

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 51. 01. 0003

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 65. 01. 2002

Bezeichnung: Auer Treppenraupe Mod. TR 93

Hersteller: Auer, Peter GmbH

Konstruktionsmerkmale: Batteriebetriebene Treppenraupe zur Aufnahme handelsüblicher Rollstühle mit Sicherheitsbremssystem, GS-Zeichen

Wird nicht mehr hergestellt/vertrieben

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 2028

Bezeichnung: Bett Pfl/e-3-0-4, Art.-Nr. 2-103-62003-101

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Behindertengerechtes Bett, mit einer 4-geteilten Liegefläche (90 x 200 cm) aus Stahllamellen. Das Kopfteil wird über einen Elektromotor verstellt. Das Fußteil wird über eine Rasterverstellung verstellt. Das Fußteil ermöglicht verschiedene Einstellvarianten im Bereich des Ober- und des Unterschenkels. Die Höhenverstellung erfolgt über einen Elektromotor und ein Lenkerhubgestell. Das Bett ist mit absenkbaren, integrierten Holzseitengittern ausgestattet. Das Bett ist mit einer Zentralbremse ausgestattet.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 2029

Bezeichnung: Bett Sb/e-3-0-4, Art.-Nr. 2-103-63003-100

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Behindertengerechtes Bett, mit einer 4-geteilten Liegefläche (90 x 200 cm) aus Stahllamellen. Das Kopfteil wird über einen Elektromotor verstellt. Das Fußteil wird über eine Rasterverstellung verstellt. Das Fußteil ermöglicht verschiedene Einstellvarianten im Bereich des Ober- und des Unterschenkels. Die Höhenverstellung erfolgt über einen Elektromotor und ein Scherenhubgestell. Das Bett ist mit absenkbaren, integrierten Holzzeitengittern ausgestattet. Die Laufrollen des Bettes werden einzeln gebremst.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

| | |
|------------------------|---|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 2030 |
| Bezeichnung: | Bett H3H/E. PA, Art. -Nr. 2- 101- 61052- 100 |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar, mit einer 3-geteilten Liegefläche (90 x 200 cm) aus Stahllamellen. Das Kopfteil wird über einen Elektromotor verstellt. Das Fußteil wird über eine Rasterverstellung verstellt. Die Höhenverstellung erfolgt über Elektromotore und ist in die Endteile des Bettes integriert. Eine Schrägstellung (Kopf-, Fußtieflagerung) der gesamten Liegefläche ist möglich. Das Bett ist mit Holzverkleidungen an Kopf- und Fußhaupt ausgestattet. Die Laufrollen des Bettes werden einzeln gebremst. |

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

| | |
|-------------------------------|--|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 2031 |
| Bezeichnung: | Bett H3H/E. QS, Art. -Nr. 2- 101- 61052- 100 |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar, mit einer 3-geteilten Liegefläche (90 x 200 cm) aus Stahllamellen. Das Kopfteil wird über einen Elektromotor verstellt. Das Fußteil wird über eine Rasterverstellung verstellt. Die Höhenverstellung erfolgt über Elektromotore und ist in die Endteile des Bettes integriert. Eine Schrägstellung (Kopf-, Fußtieflagerung) der gesamten Liegefläche ist möglich. Das Bett ist mit ab-senkba-ren integrierten Holzseitengittern ausgestattet. Die Laufrollen des Bettes werden einzeln gebremst. |

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 2032

Bezeichnung: Bett H4H/E, Art.-Nr. 2-101-61062-100

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Behindertengerechtes Bett, zerlegbar, mit einer 3-geteilten Liegefläche (90 x 200 cm) aus Stahllamellen. Das Kopfteil wird über einen Elektromotor verstellt. Das Fußteil wird über eine Rasterverstellung verstellt. Die Höhenverstellung erfolgt über Elektromotore und ist in die Endteile des Bettes integriert. Eine Schrägstellung (Kopf-, Fußtieflagerung) der gesamten Liegefläche ist möglich. Das Bett ist mit ab-senkbaren Stahlrohrseitengittern ausgestattet. Die Laufrollen des Bettes werden einzeln gebremst. Ein Bettgalgen ist im serienmäßigen Lieferumfang enthalten.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 2034

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 2035

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 2036

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 2113

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 2116

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|---|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 2126 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen Teilung der Liegefläche: dreigeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: in Betthäupter integriert Kopfteil: - Rückenehne: elektromotorisch Schenkelehne: Rasterverstellung Unterschenkelehne: - Sonstige Verstellungen: - Sperreinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperre- richtung ausgestattet sein. Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge- wicht) Eintrag am: 15. 11. 2007 |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 2127

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Behindertengerechtes Bett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen
Teilung der Liegefläche: dreigeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenehne: elektromotorisch
Schenkelehne: Rasterverstellung
Unterschenkelehne: -
Sonstige Verstellungen: Trendelburglagerung
Sperreinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
 schalter integrierter Sperrein-
 richtung mit Magnetschlüssel
 der Fa. Dewert ausgestattet
 sein. Die Trendelburglagerung
 kann separat gesperrt werden.
Potentialausgleichsschlüssel: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
 absenkbar
Bettgallen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
 wicht)
Eintrag am: 15. 11. 2007

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|--|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 2128 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter Teilung der Liegefläche: dreigeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: in Betthäupter integriert Kopfteil: - Rückenehne: elektromotorisch Schenkelehne: Rasterverstellung Unterschenkelehne: - Sonstige Verstellungen: - Sperrerichtung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperre- richtung ausgestattet sein. Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge- wicht) Eintrag am: 15. 11. 2007 |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 2129

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Behindertengerechtes Bett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Blechboden mit Lochung
Teilung der Liegefläche: dreigeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkel lehne: Rasterverstellung
Unterschenkel lehne: -
Sonstige Verstellungen: -
Sperreintrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
 schalter integrierter Sperreintrichtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
 absenkbar
Bettgallen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientengewicht)
Eintrag am: 15. 11. 2007

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

| | |
|------------------------|--|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 2130 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Stahl lamellen Teilung der Liegefläche: dreigeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: in Betthäupter integriert Kopfteil: - Rückenlehne: elektromotorisch Schenkel lehne: Rasterverstellung Unterschenkel lehne: - Sonstige Verstellungen: - Sperre in richtung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperre in- richtung ausgestattet sein. Potential ausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge- wicht) Eintrag am: 15. 11. 2007 |

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

| | |
|------------------------|---|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 2131 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen Teilung der Liegefläche: dreigeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: in Betthäupter integriert Kopfteil: - Rückenehne: elektromotorisch Schenkelehne: Rasterverstellung Unterschenkelehne: - Sonstige Verstellungen: - Sperreinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperre- richtung ausgestattet sein. Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge- wicht) Eintrag am: 15. 11. 2007 |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|---|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 2132 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter Teilung der Liegefläche: dreigeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: in Betthäupter integriert Kopfteil: - Rückenehne: elektromotorisch Schenkelehne: Rasterverstellung Unterschenkelehne: - Sonstige Verstellungen: - Sperreichtung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperre- richtung ausgestattet sein. Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge- wicht) Eintrag am: 15. 11. 2007 |

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

| | |
|------------------------|--|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 2133 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Stahllamellen Teilung der Liegefläche: dreigeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: in Betthäupter integriert Kopfteil: - Rückenehne: elektromotorisch Schenkelehne: Rasterverstellung Unterschenkelehne: - Sonstige Verstellungen: - Sperrerichtung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperre- richtung ausgestattet sein. Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge- wicht) Eintrag am: 15. 11. 2007 |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 2135

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Behindertengerechtes Bett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter
Teilung der Liegefläche: dreigeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkel lehne: Rasterverstellung
Unterschenkel lehne: -
Sonstige Verstellungen: -
Sperre in richtung: Das Bett muss mit in den Hand-
 schalter integrierter Sperre in-
 richtung ausgestattet sein.
Potential ausgleichschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Option
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
 wicht)
Eintrag am: 15. 11. 2007

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|---|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 2136 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen Teilung der Liegefläche: dreigeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: Scherenhubgestell Kopfteil: - Rückenehne: elektromotorisch Schenkelehne: Rasterverstellung Unterschenkelehne: - Sonstige Verstellungen: - Sperrerichtung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperre- richtung ausgestattet sein. Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge- wicht) Eintrag am: 15. 11. 2007 |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 2137

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Behindertengerechtes Bett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahl lamellen
Teilung der Liegefläche: dreigeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: Scherenhubgestell
Kopfteil: -
Rückenehne: elektromotorisch
Schenkelehne: Rasterverstellung
Unterschenkelehne: -
Sonstige Verstellungen: -
Sperreintrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
 schalter integrierter Sperreintrichtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
 absenkbar
Bettgallen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientengewicht)
Eintrag am: 15. 11. 2007

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 3008

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Zerlegbares Bett mit einer 4-geteilten Liegefläche (90 x 200 cm) mit Federholzleisten. Die Kopfteil-, Fußteil und die Liegehöhenverstellung des Bettes werden durch Elektromotore betätigt. Das Fußteil ist mit einer zusätzlichen mechanischen Verstelleinrichtung ausgerüstet. Die Laufrollen des Bettes werden einzeln festgestellt. Das Bett wird serienmäßig mit abnehm- und absenkbaaren Stahlrohrseitengittern ausgeliefert.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 3009

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Zerlegbares Bett mit einer 4-geteilten Liegefläche (90 x 200 cm) mit Drahtgitterboden. Die Kopfteil-, Fußteil und die Liegehöhenverstellung des Bettes werden durch Elektromotore betätigt. Das Fußteil ist mit einer zusätzlichen mechanischen Verstelleinrichtung ausgerüstet. Die Laufrollen des Bettes werden einzeln festgestellt. Das Bett wird serienmäßig mit abnehm- und absenkbaaren Stahlrohrseitengittern ausgeliefert.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 3010

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Zerlegbares Bett mit einer 4-geteilten Liegefläche (90 x 200 cm) mit Federholzleisten. Die Kopfteil-, Fußteil und die Liegehöhenverstellung des Bettes werden durch Elektromotore betätigt. Das Fußteil ist mit einer zusätzlichen mechanischen Verstelleinrichtung ausgerüstet. Die Laufrollen des Bettes werden einzeln festgestellt. Das Bett ist mit einer Holzverkleidung mit integrierten Seitengittern ausgerüstet.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 3011

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Zerlegbares Bett mit einer 4-geteilten Liegefläche (90 x 200 cm) mit Drahtgitterboden. Die Kopfteil-, Fußteil und die Liegehöhenverstellung des Bettes werden durch Elektromotore betätigt. Das Fußteil ist mit einer zusätzlichen mechanischen Verstelleinrichtung ausgerüstet. Die Laufrollen des Bettes werden einzeln festgestellt. Das Bett ist mit einer Holzverkleidung mit integrierten Seitengittern ausgerüstet.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 3012

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Behindertengerechtes Bett mit einer 4-geteilten Liegefläche mit Stahlgitterboden in der Abmessung 90 x 200 cm. Die Liegehöhe, das Kopfteil und das Fußteil sind elektromotorisch verstellbar. Das Fußteil ist mit einer zusätzlichen Verstellung ausgerüstet. Das Bett ist mit einem Holzbau mit integrierten Seitengittern versehen. Die Laufrollen werden mit einer Zentralbremse festgestellt.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 3013

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Behindertengerechtes Bett mit einer 4-geteilten Liegefläche mit Federholzleisten in der Abmessung 90 x 200 cm. Die Liegehöhe, das Kopfteil und das Fußteil sind elektromotorisch verstellbar. Das Fußteil ist mit einer zusätzlichen Verstellung ausgerüstet. Das Bett ist mit einem Holzbau mit integrierten Seitengittern versehen. Die Laufrollen werden mit einer Zentralbremse festgestellt.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 3105

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 3116

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 3117

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 3118

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 3119

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 3136

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 3137

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 3138

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 3139

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 3140

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|--|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3169 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: in Betthäupter integriert Rückenehne: elektromotorisch Schenkelehne: elektromotorisch Unterschenkelehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperreinnrichtung: serienmäßig; das Bett muss mit Handschalter HL7x mit integrierter Sperreinnrichtung ausgestattet sein. Potentialausgleichsschlüssel: nein Steuerung/Antriebe: Linak Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientengewicht) |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|---|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3170 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: Scherenhubgestell Kopfteil: - Rückenlehne: elektromotorisch Schenkel lehne: elektromotorisch Unterschenkel lehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperrerichtung: serienmäßig; das Bett muss mit Handschalter HL70 mit integrierter Sperrerichtung ausgestattet sein Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Li nak Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientengewicht) |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|--|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3171 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: in Betthäupter integriert Kopfteil: - Rückenlehne: elektromotorisch Schenkel lehne: elektromotorisch Unterschenkel lehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperrerichtung: serienmäßig; Das Bett muss mit Handschalter HL70 mit integrierter Sperrerichtung ausgestattet sein Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Linak Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientengewicht) |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|--|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3172 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: in Betthäupter integriert Kopfteil: - Rückenlehne: elektromotorisch Schenkel lehne: elektromotorisch Unterschenkel lehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperrerichtung: serienmäßig; Das Bett muss mit Handschalter HL70 mit integrierter Sperrerichtung ausgestattet sein Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Linak Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientengewicht) |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|--|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3173 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: Scherenhubgestell Kopfteil: - Rückenlehne: elektromotorisch Schenkel lehne: elektromotorisch Unterschenkel lehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperrerichtung: serienmäßig; Das Bett muss mit Handschalter HL70 mit integrierter Sperrerichtung ausgestattet sein Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Linak Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientengewicht) |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|---|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3174 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Blechboden mit Lochung Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 38 - 79 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: in Betthäupter integriert Kopfteil: - Rückenehne: elektromotorisch Schenkelehne: elektromotorisch Unterschenkelehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperrerichtung: serienmäßig; Das Bett muss mit Handschalter HL70 mit integrierter Sperrerichtung ausgestattet sein Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Linak Seitengitter: Option Bettgallen: Option Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientengewicht) |

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 3183

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Behindertengerechtes Bett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkel lehne: elektromotorisch
Unterschenkel lehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperreiri chtung: serienmäßig; Das Bett muss mit
Handscha lter mit integrierter
Sperreiri chtung ausgestattet
sei n.
Potenti al ausgl eichanschl uss: nein
Steuerung/Antri ebe: Dewert
Seitengi tter: Holzseitengi tter, integriert,
absenkbar
Bettgal gen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
wi cht)
Ei ntrag am: 15. 11. 2007
Das Bett ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Beob-
achtung von Patienten unter medi zini scher Aufsicht/Anwei - sung
geeignet.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 3184

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Behindertengerechtes Bett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenehne: elektromotorisch
Schenkelehne: elektromotorisch
Unterschenkelehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperrerichtung: serienmäßig; Das Bett muss mit
 Handschalter mit integrierter
 Sperreichtung ausgestattet
 sein.
Potentialausgleichschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
 absenkbar
Bettgallen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
 wicht)
Eintrag am: 15. 11. 2007
Das Bett ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Beobachtung von Patienten unter medizinischer Aufsicht/Anweisung geeignet.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 3185

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Behindertengerechtes Bett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenehne: elektromotorisch
Schenkelehne: elektromotorisch
Unterschenkelehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: Trendelburglagerung
Sperrerichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
 schalter integrierter Sperre-
 richtung mit Magnetschlüssel
 der Fa. Dewert ausgestattet
 sein. Die Trendelburglagerung
 kann separat gesperrt werden.

Potentialausgleichsschlüssel: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
 absenkbar

Bettgallen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
 wicht)

Eintrag am: 15. 11. 2007
Das Bett ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Beobachtung von Patienten unter medizinischer Aufsicht/Anweisung geeignet.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 3186

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Behindertengerechtes Bett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkel lehne: elektromotorisch
Unterschenkel lehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: Trendelburglagerung
Sperreinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
 schalter integrierter Sperrein-
 richtung mit Magnetschlüssel
 der Fa. Dewert ausgestattet
 sein. Die Trendelburglagerung
 kann separat gesperrt werden.
Potentialausgleichschlüssel: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
 absenkbar
Bettgallen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
 wicht)
Eintrag am: 15. 11. 2007
Das Bett ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Beob-
achtung von Patienten unter medizinischer Aufsicht/Anwei-
sung geeignet.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|--|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3188 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: in Betthäupter integriert Kopfteil: - Rückenehne: elektromotorisch Schenkelehne: elektromotorisch Unterschenkelehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperreinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperre- richtung ausgestattet sein. Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge- wicht) Eintrag am: 15. 11. 2007 |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 3190

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Behindertengerechtes Bett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkel lehne: elektromotorisch
Unterschenkel lehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: Trendelburglagerung
Sperreinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
 schalter integrierter Sperrein-
 richtung mit Magnetschlüssel
 der Fa. Dewert ausgestattet
 sein. Die Trendelburglagerung
 kann separat gesperrt werden.

 Potentialausgleichschlüssel: nein
 Steuerung/Antriebe: Dewert
 Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
 absenkbar
 Bettgalgen: serienmäßig
 Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
 wicht)
 Eintrag am: 15. 11. 2007

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 3191

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Behindertengerechtes Bett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkel lehne: elektromotorisch
Unterschenkel lehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperreintrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
 schalter integrierter Sperreintrichtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
 absenkbar
Bettgallen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientengewicht)
Eintrag am: 15. 11. 2007

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|---|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3192 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 220 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: in Betthäupter integriert Kopfteil: - Rückenehne: elektromotorisch Schenkelehne: elektromotorisch Unterschenkelehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperreinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperrein- richtung ausgestattet sein. Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge- wicht) Eintrag am: 15. 11. 2007 |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 3193

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Behindertengerechtes Bett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Blechboden mit Lochung
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkel lehne: elektromotorisch
Unterschenkel lehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperreintrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
 schalter integrierter Sperreintrichtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
 absenkbar
Bettgallen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientengewicht)
Eintrag am: 15. 11. 2007

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|---|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3194 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Stahl lamellen Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: in Betthäupter integriert Kopfteil: - Rückenlehne: elektromotorisch Schenkel lehne: elektromotorisch Unterschenkel lehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperreinstellung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperreinstellung ausgestattet sein. Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientengewicht) Eintrag am: 15. 11. 2007 |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe **19 Krankenpflegeartikel**

Positionsnummer: 19. 40. 01. 3195

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Behindertengerechtes Bett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Federelemente
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkel lehne: elektromotorisch
Unterschenkel lehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperreintrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
 schalter integrierter Sperreintrichtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichsschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
 absenkbar
Bettgallen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientengewicht)
Eintrag am: 15. 11. 2007

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|--|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3196 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Federelemente Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: in Betthäupter integriert Kopfteil: - Rückenlehne: elektromotorisch Schenkel lehne: elektromotorisch Unterschenkel lehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: Trendelenburglagerung Sperrerichtung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperre- richtung mit Magnetschlüssel der Fa. Dewert ausgestattet sein. Die Trendelenburglagerung kann separat gesperrt werden. Potentialausgleichschlüssel: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge- wicht) Eintrag am: 15. 11. 2007 |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|--|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3197 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 190 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: in Betthäupter integriert Kopfteil: - Rückenehne: elektromotorisch Schenkelehne: elektromotorisch Unterschenkelehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperreintrichtung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperreintrichtung ausgestattet sein. Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientengewicht) Eintrag am: 15. 11. 2007 |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|---|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3198 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: in Betthäupter integriert Kopfteil: - Rückenlehne: elektromotorisch Schenkel lehne: elektromotorisch Unterschenkel lehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperreintrichtung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperreintrichtung ausgestattet sein. Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientengewicht) Eintrag am: 15. 11. 2007 |

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

| | |
|------------------------|--|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3199 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 220 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: in Betthäupter integriert Kopfteil: - Rückenehne: elektromotorisch Schenkelehne: elektromotorisch Unterschenkelehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperreintrichtung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperreintrichtung ausgestattet sein. Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientengewicht) Eintrag am: 15. 11. 2007 |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|--|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3200 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: in Betthäupter integriert Kopfteil: - Rückenlehne: elektromotorisch Schenkel lehne: elektromotorisch Unterschenkel lehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperreintrichtung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperreintrichtung ausgestattet sein. Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientengewicht) Eintrag am: 15. 11. 2007 |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 3201

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Behindertengerechtes Bett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Blechboden mit Lochung
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkel lehne: elektromotorisch
Unterschenkel lehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperreintrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
 schalter integrierter Sperreintrichtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
 absenkbar
Bettgallen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientengewicht)
Eintrag am: 15. 11. 2007

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|---|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3202 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Stahl lamellen Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: in Betthäupter integriert Kopfteil: - Rückenlehne: elektromotorisch Schenkel lehne: elektromotorisch Unterschenkel lehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperre in richtung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperre in- richtung ausgestattet sein. Potential ausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge- wicht) Eintrag am: 15. 11. 2007 |

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 3203

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Behindertengerechtes Bett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Federelemente
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkel lehne: elektromotorisch
Unterschenkel lehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperreintrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
 schalter integrierter Sperreintrichtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
 absenkbar
Bettgallen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientengewicht)
Eintrag am: 15. 11. 2007

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 3205

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Behindertengerechtes Bett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Federelemente
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenehne: elektromotorisch
Schenkelehne: elektromotorisch
Unterschenkelehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: Trendelburglagerung
Sperreinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
 schalter integrierter Sperrein-
 richtung mit Magnetschlüssel
 der Fa. Dewert ausgestattet
 sein. Die Trendelburglagerung
 kann separat gesperrt werden.

Potentialausgleichschlüssel: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
 absenkbar
Bettgallen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
 wicht)

Eintrag am: 15. 11. 2007

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|--|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3206 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 190 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: Scherenhubgestell Kopfteil: - Rückenehne: elektromotorisch Schenkelehne: elektromotorisch Unterschenkelehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperreinstellung: Das Bett muss mit in den Handschalter integrierter Sperreinstellung ausgestattet sein. Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientengewicht) |
| Eintrag am: | 15. 11. 2007 |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|-------------------------------|---|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3207 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: Scherenhubgestell Kopfteil: - Rückenlehne: elektromotorisch Schenkel lehne: elektromotorisch Unterschenkel lehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperreintrichtung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperreintrichtung ausgestattet sein. Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientengewicht) Eintrag am: 15. 11. 2007 |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|--|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3208 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 220 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: Scherenhubgestell Kopfteil: - Rückenehne: elektromotorisch Schenkelehne: elektromotorisch Unterschenkelehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperreintrichtung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperreintrichtung ausgestattet sein. Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientengewicht) Eintrag am: 15. 11. 2007 |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|---|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3209 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 200 x 100 cm Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: Scherenhubgestell Kopfteil: - Rückenehne: elektromotorisch Schenkelehne: elektromotorisch Unterschenkelehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperrerichtung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperre- richtung ausgestattet sein. Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge- wicht) Eintrag am: 15. 11. 2007 |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|-------------------------------|--|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3210 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 220 x 100 cm Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: Scherenhubgestell Kopfteil: - Rückenlehne: elektromotorisch Schenkel lehne: elektromotorisch Unterschenkel lehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperreintrichtung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperreintrichtung ausgestattet sein. Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientengewicht) Eintrag am: 15. 11. 2007 |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|---|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3211 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Stahl lamellen Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: Scherenhubgestell Kopfteil: - Rückenlehne: elektromotorisch Schenkel lehne: elektromotorisch Unterschenkel lehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperreinstellung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperreinstellung ausgestattet sein. Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientengewicht) |
| Eintrag am: | 15. 11. 2007 |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|---|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3212 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Federelemente Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: Scherenhubgestell Kopfteil: - Rückenehne: elektromotorisch Schenkelehne: elektromotorisch Unterschenkelehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperrerichtung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperre- richtung ausgestattet sein. Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge- wicht) Eintrag am: 15. 11. 2007 |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|---|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3213 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: Scherenhubgestell Kopfteil: - Rückenlehne: elektromotorisch Schenkel lehne: elektromotorisch Unterschenkel lehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperreintrichtung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperreintrichtung ausgestattet sein. Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientengewicht) Eintrag am: 15. 11. 2007 |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|---|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3214 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: Scherenhubgestell Kopfteil: - Rückenehne: elektromotorisch Schenkelehne: elektromotorisch Unterschenkelehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperreinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperrein- richtung ausgestattet sein. Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge- wicht) Eintrag am: 15. 11. 2007 |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 3215

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Behindertengerechtes Bett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Blechboden mit Lochung
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkel lehne: elektromotorisch
Unterschenkel lehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperreinstellung: Das Bett muss mit in den Hand-
 schalter integrierter Sperreinstellung ausgestattet sein.
Potentialausgleichsschlüssel: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Option
Bettgallen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientengewicht)

Eintrag am: 15. 11. 2007

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 3216

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Behindertengerechtes Bett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahl lamellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkel lehne: elektromotorisch
Unterschenkel lehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperre in richtung: Das Bett muss mit in den Hand-
 schalter integrierter Sperre in-
 richtung ausgestattet sein.
Potential ausgleichschl uss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Option
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
 wicht)
Eintrag am: 15. 11. 2007

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 3217

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Behindertengerechtes Bett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 220 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenehne: elektromotorisch
Schenkelehne: elektromotorisch
Unterschenkelehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperreintrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
 schalter integrierter Sperreintrichtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Option
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientengewicht)

Eintrag am: 15. 11. 2007

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 3218

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Behindertengerechtes Bett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Blechboden mit Lochung
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkel lehne: elektromotorisch
Unterschenkel lehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: Trendelenburglagerung
Sperrerichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
 schalter integrierter Sperre-
 richtung mit Magnetschlüssel
 der Fa. Dewert ausgestattet
 sein. Die Trendelenburglagerung
 kann separat gesperrt werden.

Potentialausgleichsschlüssel: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Option
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
 wicht)

Eintrag am: 15. 11. 2007

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|---|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3219 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: in Betthäupter integriert Kopfteil: - Rückenlehne: elektromotorisch Schenkel lehne: elektromotorisch Unterschenkel lehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperreintrichtung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperreintrichtung ausgestattet sein. Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientengewicht) Eintrag am: 15. 11. 2007 |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|---|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3220 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: in Betthäupter integriert Kopfteil: - Rückenehne: elektromotorisch Schenkelehne: elektromotorisch Unterschenkelehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperreintrichtung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperreintrichtung ausgestattet sein. Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientengewicht) Eintrag am: 15. 11. 2007 |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe **19 Krankenpflegeartikel**

Positionsnummer: 19. 40. 01. 3221

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Behindertengerechtes Bett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkel lehne: elektromotorisch
Unterschenkel lehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: Trendelenburglagerung
Sperrerichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
 schalter integrierter Sperre-
 richtung mit Magnetschlüssel
 der Fa. Dewert ausgestattet
 sein. Die Trendelenburglagerung
 kann separat gesperrt werden.

 Potentialausgleichschlüssel: nein
 Steuerung/Antriebe: Dewert
 Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
 absenkbar
 Bettgallen: serienmäßig
 Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
 wicht)

 Eintrag am: 15. 11. 2007

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 3222

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Behindertengerechtes Bett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: in Betthäupter integriert
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkel lehne: elektromotorisch
Unterschenkel lehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: Trendelenburglagerung
Sperreinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
 schalter integrierter Sperrein-
 richtung mit Magnetschlüssel
 der Fa. Dewert ausgestattet
 sein. Die Trendelenburglagerung
 kann separat gesperrt werden.

 Potentialausgleichschlüssel: nein
 Steuerung/Antriebe: Dewert
 Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
 absenkbar
 Bettgallen: serienmäßig
 Max. Arbeitslast: 175 kg (140 kg Patientenge-
 wicht)
 Eintrag am: 15. 11. 2007

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|---|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3223 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 190 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: Scherenhubgestell Kopfteil: - Rückenehne: elektromotorisch Schenkelehne: elektromotorisch Unterschenkelehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperreinstellung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperreinstellung ausgestattet sein. Potentialausgleichsschlüssel: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientengewicht) Eintrag am: 15. 11. 2007 |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|--|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3224 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: Scherenhubgestell Kopfteil: - Rückenehne: elektromotorisch Schenkelehne: elektromotorisch Unterschenkelehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperreinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperre- richtung ausgestattet sein. Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge- wicht) Eintrag am: 15. 11. 2007 |

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

| | |
|------------------------|---|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3226 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 200 x 100 cm Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: Scherenhubgestell Kopfteil: - Rückenehne: elektromotorisch Schenkelehne: elektromotorisch Unterschenkelehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperreinstellung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperreinstellung ausgestattet sein. Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientengewicht) |
| Eintrag am: | 15. 11. 2007 |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|-------------------------------|---|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3227 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 220 x 100 cm Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: Scherenhubgestell Kopfteil: - Rückenehne: elektromotorisch Schenkelehne: elektromotorisch Unterschenkelehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperreinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperre- richtung ausgestattet sein. Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge- wicht) Eintrag am: 15. 11. 2007 |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|--|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3228 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: Scherenhubgestell Kopfteil: - Rückenlehne: elektromotorisch Schenkel lehne: elektromotorisch Unterschenkel lehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperreinstellung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperreinstellung ausgestattet sein. Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientengewicht) Eintrag am: 15. 11. 2007 |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|---|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3229 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 220 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: Scherenhubgestell Kopfteil: - Rückenehne: elektromotorisch Schenkelehne: elektromotorisch Unterschenkelehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperreinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperre- richtung ausgestattet sein. Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge- wicht) |
| Eintrag am: | 15. 11. 2007 |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|--|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3230 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 200 x 100 cm Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: Scherenhubgestell Kopfteil: - Rückenehne: elektromotorisch Schenkelehne: elektromotorisch Unterschenkelehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperreintrichtung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperreintrichtung ausgestattet sein. Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientengewicht) Eintrag am: 15. 11. 2007 |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|--|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3231 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 220 x 100 cm Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: Scherenhubgestell Kopfteil: - Rückenehne: elektromotorisch Schenkelehne: elektromotorisch Unterschenkelehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperrerichtung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperre- richtung ausgestattet sein. Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge- wicht) Eintrag am: 15. 11. 2007 |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|---|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3232 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 200 x 120 cm Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: Scherenhubgestell Kopfteil: - Rückenlehne: elektromotorisch Schenkel lehne: elektromotorisch Unterschenkel lehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperreintrichtung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperreintrichtung ausgestattet sein. Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientengewicht) Eintrag am: 15. 11. 2007 |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|---|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3233 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 220 x 120 cm Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: Scherenhubgestell Kopfteil: - Rückenlehne: elektromotorisch Schenkel lehne: elektromotorisch Unterschenkel lehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperreintrichtung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperreintrichtung ausgestattet sein. Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientengewicht) Eintrag am: 15. 11. 2007 |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|--|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3234 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 200 x 140 cm Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: Scherenhubgestell Kopfteil: - Rückenehne: elektromotorisch Schenkelehne: elektromotorisch Unterschenkelehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperreinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperre- richtung ausgestattet sein. Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge- wicht) Eintrag am: 15. 11. 2007 |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|--|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3235 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 220 x 140 cm Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: Scherenhubgestell Kopfteil: - Rückenehne: elektromotorisch Schenkelehne: elektromotorisch Unterschenkelehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperrerichtung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperre- richtung ausgestattet sein. Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge- wicht) Eintrag am: 15. 11. 2007 |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe **19 Krankenpflegeartikel**

Positionsnummer: 19. 40. 01. 3236

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Behindertengerechtes Bett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Blechboden mit Lochung
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: Scherenhubgestell
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkel lehne: elektromotorisch
Unterschenkel lehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperreinstellung: Das Bett muss mit in den Hand-
 schalter integrierter Sperreinstellung ausgestattet sein.
Potentialausgleichschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
 absenkbar
Bettgallen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientengewicht)
Eintrag am: 15. 11. 2007

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 3237

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Behindertengerechtes Bett, zerlegbar.
Größe der Liegefläche: 220 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Blechboden mit Lochung
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: Scherenhubgestell
Kopfteil: -
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkel lehne: elektromotorisch
Unterschenkel lehne: Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen: -
Sperreintrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
 schalter integrierter Sperreintrichtung ausgestattet sein.
Potentialausgleichschluss: nein
Steuerung/Antriebe: Dewert
Seitengitter: Holzseitengitter, integriert,
 absenkbar
Bettgallen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientengewicht)
Eintrag am: 15. 11. 2007

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|--|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3238 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Stahl lamellen Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: Scherenhubgestell Kopfteil: - Rückenehne: elektromotorisch Schenkelehne: elektromotorisch Unterschenkelehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperreichtung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperreichtung ausgestattet sein. Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientengewicht) Eintrag am: 15. 11. 2007 |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|-------------------------------|---|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3239 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Federelemente Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: Scherenhubgestell Kopfteil: - Rückenehne: elektromotorisch Schenkelehne: elektromotorisch Unterschenkelehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperrerichtung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperre- richtung ausgestattet sein. Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge- wicht) Eintrag am: 15. 11. 2007 |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|---|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3240 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: Scherenhubgestell Kopfteil: - Rückenehne: elektromotorisch Schenkelehne: elektromotorisch Unterschenkelehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperreinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperre- richtung ausgestattet sein. Potentialausgleichschluss: nein Steuerung/Antriebe: Dewert Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar Bettgallen: serienmäßig Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge- wicht) Eintrag am: 15. 11. 2007 |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|-------------------------------|---|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 01. 3249 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Behindertengerechtes Bett, zerlegbar. |
| Größe der Liegefläche: | 200 x 90 cm |
| Ausführung der Liegefläche: | Metallrahmen mit Holzlaten |
| Teilung der Liegefläche: | viergeteilt |
| Liegehöhe: | 40 - 80 cm, elektromotorisch |
| Höhenverstellung: | 40 cm Scherenhubgestell |
| Kopfteil: | 72 cm x 77,5 cm, 70° winkelverstellbar, elektromotorisch |
| Rückenlehne: | 23,5 cm x 77,5 cm, elektromotorisch |
| Schenkel lehne: | 29 cm x 77,5 cm, winkelverstellbar, elektromotorisch |
| Unterschenkel lehne: | 60 cm x 77,5 cm, 0° - 20° winkelverstellbar |
| Sonstige Verstellungen: | - |
| Sperrerichtung: | Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperre- richtung ausgestattet sein |
| Potentialausgleichsschlüssel: | nein |
| Steuerung/Antriebe: | Dewert |
| Seitengitter: | Holzseitengitter, integriert, absenkbar |
| Bettgalgen: | serienmäßig |
| Max. Arbeitslast: | 175 kg (165 kg Patientenge- wicht) |
| Eintrag am: | 15. 01. 2009 |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 7001

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 7002

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 02. 2009

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 02. 2014

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 02. 2019

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 02. 2020

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 02. 3002

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 02. 4025

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 02. 4026

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 03. 0019

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 03. 0022

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|------------------------|--|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 03. 0027 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Höhenverstellbarer Einlegerahmen mit Standfüßen, der innerhalb der vorhandenen Bettumrandung positioniert wird. Der Einlegerahmen wird mit Abstandhaltern mit der Bettumrandung des vorhandenen Bettes verbunden. Liegeflächengröße: 90 x 200 cm Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen Teilung der Liegefläche: viergeteilt Höhenverstellbereich: 40 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: Scherenhubgestell, nur die Liegefläche wird verstellt Kopfteil: - Rückenlehne: elektromotorisch Schenkellehne: elektromotorisch Unterschenkellehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperreinrichtung: serienmäßig; der Einlegerahmen muss mit Handschalter HL70 mit integrierter Sperreinrichtung ausgestattet sein Potentialausgleichschluß: nein Steuerung/Antriebe: Linak Seitengitter: optional Bettgalgen: optional Max. Arbeitslast: 165 kg (200 kg Patientengewicht) Das Produkt muss mit Bettrahmenverschraubung ausgeliefert werden. |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

| | |
|-------------------------------|---|
| Produktgruppe | 19 Krankenpflegeartikel |
| Positionsnummer: | 19. 40. 03. 0028 |
| Bezeichnung: | nicht besetzt |
| Hersteller: | nicht besetzt |
| Konstruktionsmerkmale: | Höhenverstellbarer Einlegerahmen mit Standfüßen, der innerhalb der vorhandenen Bettumrandung positioniert wird. Der Einlegerahmen wird mit Abstandhaltern mit der Bettumrandung des vorhandenen Bettes verbunden. |
| Liegeflächengröße: | 90 x 190 cm, 90 x 200 cm, 90 x 220 cm, 100 x 200 cm, 100 x 220 cm |
| Ausführung der Liegefläche: | Holzlamellen |
| Teilung der Liegefläche: | viergeteilt Höhenverstellbereich: |
| 40 cm, elektromotorisch | |
| Höhenverstellung: | Scherenhubgestell, nur die Liegefläche wird verstellt |
| Kopfteil: | - |
| Rückenlehne: | elektromotorisch |
| Schenkel lehne: | elektromotorisch |
| Unterschenkel lehne: | Rasterverstellung |
| Sonstige Verstellungen: | - |
| Sperrerichtung: | Das Bett muss mit in den Hand- schalter integrierter Sperre- richtung ausgestattet sein. |
| Potential ausgleichschlüssel: | nein |
| Steuerung/Antriebe: | Dewert |
| Seitengitter: | - |
| Bettgalgen: | serienmäßig |
| Max. Arbeitslast: | 200 kg (165 kg Patientenge- wicht) |
| Eintrag am: | 15. 11. 2007 |
| | Das Produkt muss mit Bettrahmenverschraubung ausgeliefert werden. |

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 03. 0029

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Höhenverstellbarer Einlegerahmen mit Standfüßen, der innerhalb der vorhandenen Bettumrandung positioniert wird. Der Einlegerahmen wird mit Abstandhaltern mit der Bettumrandung des vorhandenen Bettes verbunden.

Liegeflächengröße: 120 x 200 cm, 120 x 220 cm,
140 x 200 cm, 140 x 220 cm

Ausführung der Liegefläche: Stahlgitter

Teilung der Liegefläche: viergeteilt Höhenverstellbereich:

40 cm, elektromotorisch

Höhenverstellung: Scherenhubgestell, nur die Liegefläche wird verstellt

Kopfteil: -

Rückenlehne: elektromotorisch

Schenkel lehne: elektromotorisch

Unterschenkel lehne: Rasterverstellung

Sonstige Verstellungen: -

Sperreintrichtung: Das Bett muss mit in den Handschalter integrierter Sperreintrichtung ausgestattet sein.

Potentialausgleichsanschluss: nein

Steuerung/Antriebe: Dewert

Seitengitter: -

Bettgalgen: serienmäßig

Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientengewicht)

Eintrag am: 15. 11. 2007

Das Produkt muss mit Bettrahmenverschraubung ausgeliefert werden.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 03. 0030

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Höhenverstellbarer Einlegerahmen mit Standfüßen, der innerhalb der vorhandenen Bettumrandung positioniert wird. Der Einlegerahmen wird mit Abstandhaltern mit der Bettumrandung des vorhandenen Bettes verbunden.

Liegeflächengröße: 90 x 200 cm
Ausführung der Liegefläche: Stahllamellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt Höhenverstellbereich:
40 cm, elektromotorisch

Höhenverstellung: Scherenhubgestell, nur die Liegefläche wird verstellt

Kopfteil: -

Rückenehne: elektromotorisch

Schenkelehne: elektromotorisch

Unterschenkelehne: Rasterverstellung

Sonstige Verstellungen: -

Sperreinrichtung: Das Bett muss mit in den Handschalter integrierter Sperreinrichtung ausgestattet sein.

Potentialausgleichschluss: nein

Steuerung/Antriebe: Dewert

Seitengitter: -

Bettgalgen: serienmäßig

Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientengewicht)

Eintrag am: 15. 11. 2007

Das Produkt muss mit Bettrahmenverschraubung ausgeliefert werden.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 03. 0031

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Höhenverstellbarer Einlegerahmen mit Standfüßen, der innerhalb der vorhandenen Bettumrandung positioniert wird. Der Einlegerahmen wird mit Abstandhaltern mit der Bettumrandung des vorhandenen Bettes verbunden.

Liegeflächengröße: 90 x 200 cm

Ausführung der Liegefläche: Federelemente

Teilung der Liegefläche: viergeteilt Höhenverstellbereich:
40 cm, elektromotorisch

Höhenverstellung: Scherenhubgestell, nur die
Liegefläche wird verstellt

Kopfteil: -

Rückenehne: elektromotorisch

Schenkelehne: elektromotorisch

Unterschenkelehne: Rasterverstellung

Sonstige Verstellungen: -

Sperreinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-
schalter integrierter Sperrein-
richtung ausgestattet sein.

Potentialausgleichschluss: nein

Steuerung/Antriebe: Dewert

Seitengitter: -

Bettgalgen: serienmäßig

Max. Arbeitslast: 200 kg (165 kg Patientenge-
wicht)

Eintrag am: 15. 11. 2007

Das Produkt muss mit Bettrahmenverschraubung ausgeliefert werden.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 03. 4001

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 03. 4002

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 04. 0001

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 05. 0001

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 05. 0002

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 05. 1005

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Wiederverwendbare Bettschutzanlage, 0,75 x 0,85 m.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 05. 1006

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Wiederverwendbare Bettschutzanlage, 0,75 x 0,85 m.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 05. 1007

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Wiederverwendbare Bettschutzeinlage, 0,75 x 0,85 m, mit 2 seitlichen Stecktuchansätzen (Flügel).

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 05. 1008

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Wiederverwendbare Bettschutzanlage, 0,75 x 0,85 m.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 05. 2011

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 05. 2012

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 05. 3017

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 05. 4016

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 05. 5019

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Dezember 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Januar 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23. 12. 01. 0004

Bezeichnung: Mi ami J Select®, Art. -Nr. MJA-100

Hersteller: ÖSSUR HF.

Konstruktionsmerkmale: HWS-Orthese aus weichem Kunststoff, mit Verstärkungen und einem Schaumstoff-polster, Trachealöffnung, Kinn-, Brustbein- und Hinterhauptauflage, in mehreren Positionen höhenverstellbar, mit seitlichen Klettverschlüssen, in einer Universalgröße.

