
Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03.29.05.0005
Bezeichnung: GlucoMen Day Pump mit ADM Controller (Komplettsystem)
Art.-Nr.: 51776 mit 56361
Hersteller: EOFlow Co., Ltd.

Produktmerkmale

Die GlucoMen® Day PUMP ist eine schlauchlose, wasserdichte Insulin-Patch-Pumpe, welche mittels im Lieferumfang befindlichen Steuergerät gesteuert werden kann. Die GlucoMen Day PUMP verwendet BLE (Bluetooth LowEnergy), um den ADM und den Patch zu verbinden. Abmessungen: Pumpe: 49,5 mm x 39 mm x 14,5 mm ADM: 116,5 mm x 64,5mm x 11,4 mm Schutzart: Pumpe: IP48 (Geschützt vor kornförmigen festen Fremdkörpern (Durchmesser \geq 1 mm), Geschützt vor andauerndem Untertauchen) ADM: keine Angaben Akkus: Pumpe: 3,0 V, 150 mAh ADM: 1130 mAh Lithium-Polymer-Akku wiederaufladbar Akkulaufzeit: Pumpe: Ein Ampullenzyklus. Voll aufgeladen bis zu dreieinhalb Tage bei einem maximalen Insulinverbrauch von 200 Insulineinheiten über dreieinhalb Tage. ADM: Voll aufgeladen ungefähr bis zu zwei Tage bei typischer Nutzung Nutzlebensdauer: ADM, Ladekabel : 4 Jahre Nutzung Pumpe, Insulinampullen, Infusionssets, Pumpen- und Bodypatches: einmalige Verwendung für bis zu 3,5 Tage Kapazität der Insulinampulle: 200 Insulineinheiten Bolus-Funktion: Minimale Bolusdosis: 0,1 E Maximale Bolusdosis: 25 E Schrittgröße der Bolusdosis-Einstellung: 0,05 E Basalraten-Funktion: Minimale Basalrate: 0,1 E/Std Maximale Basalrate: 15 E/Std. Schrittgröße der Basalrateneinstellung: 0,05 E/Std. Abgabegenauigkeit: \pm 5 % unter allen Betriebsbedingungen Minimaler BZ für Bolusrechner: Standardwert: 70 mg/dl (3,9 mmol/l) Bereich: 50-70 mg/dl (2,8-3,9 mmol/l) Die Daten im Systemspeicher bleiben nach dem Ausschalten 90 Tage gespeichert Lieferumfang: 1 ADM Controller plus Akku 1 Silikonschutzhülle 1 USB-Ladekabel 1 Quick & Troubleshooting Guide (mehrsprachig, enthält Kurzanleitung und Leitfaden zur Fehlerbehebung) 1 Bedienungsanleitung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 04 Bade- und Duschhilfen

Positionsnummer: 04.40.05.0003

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 04 Bade- und Duschhilfen

Positionsnummer: 04.40.05.0004

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 04 Bade- und Duschhilfen

Positionsnummer: 04.40.05.0005

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.03.01.0056

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.2054
Bezeichnung: NURSA Form Level 10
Art.-Nr.: 2011101
Hersteller: PAUL HARTMANN AG

Produktmerkmale

Inkontinenzvorlage mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 995,7 g
 - Aufsauggeschwindigkeit: 8,6 ml/s
 - Flüssigkeitsabgabe: 0,1 g
 - ABL-Wert gemäß DIN 13222: 463 g
 - Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangaben: 69 cm x 30 cm/31 cm/24,5 cm (Länge x Breite Bauchseite/Rückenseite/Schrittbreite)
- NURSA® Form Level 10

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.2095

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5001

Bezeichnung: Rewe Beste Wahl Hygiene-Einlagen, extra plus

Art.-Nr.: Produkt UDI-DI 04013209000494

Hersteller: Intigena GmbH & Co. KG LK Mahnke

Produktmerkmale

Einmalvorlage mit Saugkissen

- Flüssigkeitsaufnahme: 392,58g

- Aufsauggeschwindigkeit: 10,73ml/s

- Flüssigkeitsabgabe: 0,04g

Abmessung ca.: 36 x 12 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5002
Bezeichnung: Femisan Hygiene-Einlagen, extra plus
Art.-Nr.: Produkt UDI-DI 04013209000302
Hersteller: Intigena GmbH & Co. KG LK Mahnke

Produktmerkmale

Einmalvorlage mit Saugkissen

- Flüssigkeitsaufnahme: 392,58 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 10,73 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,04 g

Abmessung ca.: 36 x 12 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5009

Bezeichnung: Rewe Beste Wahl, Hygiene Einlagen, normal

Art.-Nr.: Produkt UDI DI 04013209000470

Hersteller: Intigena GmbH & Co. KG LK Mahnke

Produktmerkmale

Vorlage für Urininkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 158,62g

- Aufsauggeschwindigkeit: 9,65ml/s

- Flüssigkeitsabgabe: 0,05g

28 cm x 11 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5010
Bezeichnung: Femisan Hygiene-Einlagen, extra
Art.-Nr.: Produkt UDI-DI 04013209000296
Hersteller: Intigena GmbH & Co. KG LK Mahnke

Produktmerkmale

Vorlage für Urininkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 269,96 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 9,01 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,04 g

Abmessung nach Herstellerangabe: ca. 30 cm x 12,5 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5011

Bezeichnung: Rewe Beste Wahl, Hygiene Einlagen, extra

Art.-Nr.: Produkt UDI-DI 04013209000487

Hersteller: Intigena GmbH & Co. KG LK Mahnke

Produktmerkmale

Vorlage für Urininkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 264,52g

- Aufsauggeschwindigkeit: 9,23ml/s

- Flüssigkeitsabgabe: 0,06g

Abmessung nach Herstellerangabe: ca. 30 cm x 12,5 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5185

Bezeichnung: Rewe Beste Wahl Pants Discreet, Medium

Art.-Nr.: Produkt UDI-DI 04013209000531

Hersteller: Intigena GmbH & Co. KG LK Mahnke

Produktmerkmale

Vorlage für Urininkontinenz (geschlossen)

– Flüssigkeitsaufnahme: 551,08

– Aufsauggeschwindigkeit: 9,07

– Flüssigkeitsabgabe: 0,03

Abmessungen/Umfanggröße nach Herstellerangaben: von ca. 80 cm bis 110 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5186

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5244
Bezeichnung: Femisan Pants Diskret
Art.-Nr.: Produkt UDI-DI 04013209000319
Hersteller: Intigena GmbH & Co. KG LK Mahnke

Produktmerkmale

Vorlage für Urininkontinenz (geschlossen)

- Flüssigkeitsaufnahme: 585,65 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 9,36 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,02 g

100 cm bis 135 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5249
Bezeichnung: Rewe Beste Wahl Hygiene Einlagen Maxi
Art.-Nr.: Produkt UDI-DI 04013209000500
Hersteller: Intigena GmbH & Co. KG LK Mahnke

Produktmerkmale

Vorlage für Urininkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 528,79g
- Aufsauggeschwindigkeit: 9,24ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,06g

Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangabe: ca. 42 cm x 22/15 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5277
Bezeichnung: Satessa Hygiene – Einlagen Normal
Art.-Nr.: Produkt UDI-DI 04013209000227
Hersteller: Intigena GmbH & Co. KG LK Mahnke

Produktmerkmale

Vorlage für Urininkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 153,70 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 14,84 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,05 g

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5278
Bezeichnung: Satessa Hygiene – Einlagen Extra
Art.-Nr.: Produkt UDI-DI 04013209000234
Hersteller: Intigena GmbH & Co. KG LK Mahnke

Produktmerkmale

Vorlage für Urininkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 286,45 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 12,53 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,05 g

Abmessung nach Herstellerangabe: 31,5 cm x 12 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5279
Bezeichnung: Satessa Hygiene – Einlagen Extra Plus
Art.-Nr.: Produkt UDI-DI 04013209000241
Hersteller: Intigena GmbH & Co. KG LK Mahnke

Produktmerkmale

Vorlage für Urininkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 427,40 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 8,85 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,03 g

Abmessung nach Herstellerangabe: 36 cm x 12 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.4012

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.4013
Bezeichnung: Genopharm Inko Pants Plus, Grösse M
Art.-Nr.: Produkt UDI-DI 07612621000258
Hersteller: Intigena AG

Produktmerkmale

Inkontinenzunterhose mit erhöhter Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 927,43 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 6,68 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,03 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 579,0 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: 70 cm bis 110 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.4014

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.4073
Bezeichnung: Rewe Beste Wahl Pants Large
Art.-Nr.: Produkt UDI-DI 04013209000524
Hersteller: Intigena GmbH & Co. KG LK Mahnke

Produktmerkmale

Inkontinenzunterhose mit erhöhter Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 843,33g
- Aufsauggeschwindigkeit: 6,08 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,04g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 444g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: 110 cm -135 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.4081
Bezeichnung: Rewe Beste Wahl Pants Classic Medium
Art.-Nr.: Produkt UDI-DI 04013209000517
Hersteller: Intigena GmbH & Co. KG LK Mahnke

Produktmerkmale

Inkontinenzunterhose mit erhöhter Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 919,00 ml
- Aufsauggeschwindigkeit: 5,07 ml
- Flüssigkeitsabgabe: 0,05
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 482
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: Medium 70 cm bis 110cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.4090
Bezeichnung: Satessa Hygiene – Pants Klassik Medium
Art.-Nr.: Produkt UDI-DI 04013209000258
Hersteller: Intigena GmbH & Co. KG LK Mahnke

Produktmerkmale

Inkontinenzunterhose mit erhöhter Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 810,12g
- Aufsauggeschwindigkeit: 6,10ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,04g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 411,8 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 70 cm bis 100 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.4092
Bezeichnung: Satessa Hygiene – Pants Klassik Large
Art.-Nr.: Produkt UDI-DI 04013209000265
Hersteller: Intigena GmbH & Co. KG LK Mahnke

Produktmerkmale

Inkontinenzunterhose mit erhöhter Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 867,76 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 6,68 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,05 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 476,9 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: 100 – 135 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.8040

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.8041

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.8042
Bezeichnung: Genopharm Inko Pants Plus, Grösse L
Art.-Nr.: Produkt UDI-DI 07612621000265
Hersteller: Intigena AG

Produktmerkmale

Inkontinenzunterhose mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1056,60 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 12,08 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,06 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 624,0 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: 100 cm bis 150 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.8043

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.8044

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.05.0002

Bezeichnung: OnScreenKeys

Art.-Nr.: OSK-C

Hersteller: tom weber software

Produktmerkmale

Software zur Eingabeunterstützung der Kommunikationshilfe

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.09.0047

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 13.99.04.0044

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.09.0048

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 13.99.04.0045

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.09.0063

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 13.99.04.0041

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.09.0064

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 13.99.04.0042

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.09.0065

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 13.99.04.0043

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.09.1007

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 13.99.04.1005

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.09.1008

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 13.99.04.1006

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.09.2020

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 13.99.04.2029

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.09.2032

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 13.99.04.2028

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.09.2034

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 13.99.04.2030

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.09.4004

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 13.99.04.4006

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.09.4005

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 13.99.04.4007

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.09.4006

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 13.99.04.4005

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.23.0005

Bezeichnung: circaid juxtafit essentials Oberschenkel mit Knie

Art.-Nr.: -

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Adaptive Kompressionssysteme erzeugen, ähnlich wie Kurzzugbinden, einen hohen Arbeits- und einen niedrigen Ruhedruck – relativ hohe Stiffness. Das Produkt circaid juxtafit essentials Oberschenkel mit Knie ist mit anderen Teilelementen des Systems kombinierbar. Hierbei ist zu beachten, dass die Versorgung von distal nach proximal verläuft. Indikation: Für den temporären Einsatz in der initialen Entstauungsphase beim Lymphödem und beim ausgeprägten venösen Ödem sowie beim Ulcus cruris venosum als Alternative zur Bandagierung mit Binden, wenn die Versicherte oder der Versicherte das adaptive Kompressionssystem (MAK) selbständig anwenden (d. h. anlegen, ablegen und nachjustieren) kann.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.23.3001
Bezeichnung: circaid juxtalite, Fußteil
Art.-Nr.: -
Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Adaptive Kompressionssysteme erzeugen, ähnlich wie Kurzzugbinden, einen hohen Arbeits- und einen niedrigen Ruhedruck – relativ hohe Stiffness. Das Produkt circaid juxtalite Fußteil ist mit anderen Teilelementen des Systems kombinierbar. Hierbei ist zu beachten, dass die Versorgung von distal nach proximal verläuft. Indikation: Für den temporären Einsatz in der initialen Entstauungsphase beim Lymphödem und beim ausgeprägten venösen Ödem sowie beim Ulcus cruris venosum als Alternative zur Bandagierung mit Binden, wenn die Versicherte oder der Versicherte das adaptive Kompressionssystem (MAK) selbständig anwenden (d. h. anlegen, ablegen und nachjustieren) kann.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.23.3002
Bezeichnung: circaid juxtafit premium, Fußteil
Art.-Nr.: -
Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Adaptive Kompressionssysteme erzeugen, ähnlich wie Kurzzugbinden, einen hohen Arbeits- und einen niedrigen Ruhedruck – relativ hohe Stiffness. Das Produkt circaid juxtafit premium Fußteil ist mit anderen Teilelementen des Systems kombinierbar. Hierbei ist zu beachten, dass die Versorgung von distal nach proximal verläuft. Indikation: Für den temporären Einsatz in der initialen Entstauungsphase beim Lymphödem und beim ausgeprägten venösen Ödem sowie beim Ulcus cruris venosum als Alternative zur Bandagierung mit Binden, wenn die Versicherte oder der Versicherte das adaptive Kompressionssystem (MAK) selbständig anwenden (d. h. anlegen, ablegen und nachjustieren) kann.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.23.3003

Bezeichnung: circaid juxtafit premium interlocking Fußteil

Art.-Nr.: -

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Adaptive Kompressionssysteme erzeugen, ähnlich wie Kurzzugbinden, einen hohen Arbeits- und einen niedrigen Ruhedruck – relativ hohe Stiffness. Das Produkt circaid juxtafit premium interlocking Fußteil ist mit anderen Teilelementen des Systems kombinierbar. Hierbei ist zu beachten, dass die Versorgung von distal nach proximal verläuft. Indikation: Für den temporären Einsatz in der initialen Entstauungsphase beim Lymphödem und beim ausgeprägten venösen Ödem sowie beim Ulcus cruris venosum als Alternative zur Bandagierung mit Binden, wenn die Versicherte oder der Versicherte das adaptive Kompressionssystem (MAK) selbständig anwenden (d. h. anlegen, ablegen und nachjustieren) kann.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.10.1001
Bezeichnung: circaid juxtafit essentials Handteil
Art.-Nr.: -
Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Adaptive Kompressionssysteme erzeugen, ähnlich wie Kurzzugbinden, einen hohen Arbeits- und einen niedrigen Ruhedruck – relativ hohe Stiffness. Das Produkt juxtafit essentials Handteil ist mit anderen Teilelementen des Systems kombinierbar. Hierbei ist zu beachten, dass die Versorgung von distal nach proximal verläuft. Indikation: Für den temporären Einsatz in der initialen Entstauungsphase beim Lymphödem und beim ausgeprägten venösen Ödem als Alternative zur Bandagierung mit Binden, wenn die Versicherte oder der Versicherte das adaptive Kompressionssystem (MAK) selbständig anwenden (d. h. anlegen, ablegen und nachjustieren) kann.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.99.02.0002

Bezeichnung: VADOPlex, Art.-Nrn.: VXSJ-01-1-DE, VXSJ-06-1xxx, VXSJ-09-1

Art.-Nr.: -

Hersteller: OPED GmbH

Produktmerkmale

Das VADOPlex System besteht aus einem Pumpgerät, das über einen Luftschlauch mit einer speziellen Manschette verbunden ist. Die Manschette wird durch einen schnellen Luftimpuls vom Controller aufgepumpt.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.46.02.0002

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.50.02.0015

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.50.02.0017

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.50.02.0028

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.99.07.0009

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.99.07.1009

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.99.07.4006

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.99.07.4007

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.99.07.5002

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.99.07.5003

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positionsnummer: 21.34.02.1004

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positionsnummer: 21.34.02.1005

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positionsnummer: 21.34.02.1006

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positionsnummer: 21.34.02.1025

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positionsnummer: 21.34.02.1042

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positionsnummer: 21.34.02.1043

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positionsnummer: 21.34.02.1068

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positionsnummer: 21.34.02.1069

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positionsnummer: 21.34.02.1070

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positionsnummer: 21.34.02.1071

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positionsnummer: 21.34.02.1089

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positionsnummer: 21.34.02.1280

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positionsnummer: 21.34.02.1282

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 26 Sitzhilfen

Positionsnummer: 26.99.01.0018

Bezeichnung: High-low:xo

Art.-Nr.: 3189010111, 3189011111, 3189020111, 3189021111, 3189010131,
3189011131, 3189020131, 3189021131, 3189030131, 3189031131,
3189020241, 3189030241

Hersteller: R82 A/S

Produktmerkmale

Sitzschalenuntergestell für den Innenbereich in drei Größen, mit pulverbeschichtetem Stahlrohrrahmen und vier schwenkbaren Rollen mit Bremse und Richtungsfeststeller, Höhenverstellung elektrisch, hydraulisch oder mittels Gasdruckfeder, Schiebebügel und Fußstützen sind optional erhältlich. High-Low:xo Zimmergestell mit Gasdruckfeder, Gr. 1, Art.-Nrn. 3189010111 (schwarz), 3189011111 (weiß) Länge: 66 cm, Breite: 56 cm, Sitzhöhe: 17 cm – 59 cm, Kantelung: –10° – 30°, Gewicht: 13 kg, Max. Belastbarkeit: 70 kg High-Low:xo Zimmergestell mit Gasdruckfeder, Gr. 2, Art.-Nrn. 3189020111 (schwarz), 3189021111 (weiß) Länge: 80 cm, Breite: 62 cm, Sitzhöhe: 21,5 cm – 59 cm, Kantelung: –10° – 30°, Gewicht: 13 kg, Max. Belastbarkeit: 75 kg High-Low:xo Zimmergestell elektrisch, Gr. 1, Art.-Nrn. 3189010131 (schwarz), 3189011131 (weiß) Länge: 66 cm, Breite: 56 cm, Sitzhöhe: 17 cm – 58 cm, Kantelung: –10° – 30°, Gewicht: 16 kg, Max. Belastbarkeit: 70 kg High-Low:xo Zimmergestell elektrisch, Gr. 2, Art.-Nrn. 3189020131 (schwarz), 3189021131 (weiß) Länge: 80 cm, Breite: 62 cm, Sitzhöhe: 21 cm – 58 cm, Kantelung: –10° – 30°, Gewicht: 17 kg, Max. Belastbarkeit: 75 kg High-Low:xo Zimmergestell elektrisch, Gr. 3, Art.-Nrn. 3189030131 (schwarz), 3189031131 (weiß) Länge: 80 cm, Breite: 62 cm, Sitzhöhe: 27 cm – 53 cm, Kantelung: –10° – 30°, Gewicht 18 kg, Max. Belastbarkeit: 95 kg High-Low:xo Zimmergestell hydraulisch, Gr. 2, Art.-Nr. 3189020241 (schwarz) Länge: 80 cm, Breite: 62 cm, Sitzhöhe: 24 cm – 60 cm, Kantelung: –10° – 30°, Gewicht 19 kg, Max. Belastbarkeit: 75 kg High-Low:xo Zimmergestell hydraulisch, Gr. 3, Art.-Nr. 3189030241 (schwarz) Länge: 80 cm, Breite 62 cm, Sitzhöhe: 30 cm – 54 cm, Kantelung: –5° – 25°, Gewicht 19 kg, Max. Belastbarkeit: 100 kg

Produktmerkmale

Breite:

Länge:

Höhe:

Höhe Sitzschalenaufnahme:

Sitzneigung:

Rollendurchmesser:

Max. Belastbarkeit:

Gewicht:

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer: 29.26.03.3015

Bezeichnung: Moderma Flex Urostomiebeutel konvex plus Haftrand

Art.-Nr.: 29600 – 29740

Hersteller: Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland

Produktmerkmale

Urostomiebeutel mit konvexer Hautschutz-Klebefläche und zusätzlichem Haftrand, Rücklaufsperre, Ablaufventil, Beutelfolie mit beidseitigem Vlies, beige oder transparent, Lochgrößen 13 – 25 und 13 – 38 mm ausschneidbar oder 20, 25, 30, 35 und 38 mm vorgestanzt, Beutelgrößen 300 ml. Art.-Nrn. 29600, 29601, 29620, 29625, 29630, 29635, 29640, 29700, 29701, 29720, 29725, 29730, 29735, 29740

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer: 29.26.11.5007

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 29.26.04.2001

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 31 Schuhe

Positionsnummer: 31.03.03.4027

Bezeichnung: Liromed Doppelklett-Halbschuh

Art.-Nr.: 476-20Z3, 476-20Z4, 476-2003, 476-20Z5, 476-20Z6, 476-20Z7

Hersteller: Schumacher GmbH Schuhproduktion

Produktmerkmale

Geschlossener Verbandschuh, bestehend aus einer rutschfesten PU-Laufsohle und einem textilen, geschlossenen, halbschuhhohen Schaft (Modelle 476-20Z3 , 476-20Z4, 476-20Z5, 476-20Z6, 476-20Z7) und einem aus Kunstleder bestehendem geschlossenen, halbschuhhohen Schaft, jeweils innenseitig mit einem Frotteefutter ausgekleidet. Die Innensohle ist herausnehmbar. Die Schuhmodelle weisen eine weite Öffnungsmöglichkeit bis zur Fußspitze hin auf und können mittels Klettverschluss reguliert werden. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Größen: 35 bis 50. Weite: Alle Modelle auch in Schuhweite L. Farben: 476-20Z3 schwarz black 476-20Z4 sand sand 476-20Z5 marine marine 476-20Z6 bordo bordo 476-20Z7 mocca mocha Material: Obermaterial: 100% Polyester Futter: 100% Frottee Zwischenkaschierung: Moltoprenschaum Einlegesohle: Weichtrittschaum Oberseite 100% Frottee Sohle: PU-Sohle / handvernäht

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 09.11.2022 -
Bundesanzeiger vom 28.11.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.04.1016

Bezeichnung: Swan Curo

Art.-Nr.: 3187061, 3187062, 3187063, 3187064 / mit 3187145-1, 3187145-2,
3187145-3 und 3187038, 3187039, 3187040, 3187041

Hersteller: R82 A/S

Produktmerkmale

Dusch- und Toilettenstuhl für Kinder und Jugendliche mit Rahmen aus beschichtetem Edelstahl, Schiebegriff und Kopfstützaufnahme, in 4 verschiedenen Größen (Art.-Nr.: 3187061, 3187062, 3187063, 3187064) höhen- und neigungsverstellbare Sitzschale mit von hinten eingeschobenen Toiletteneimer ausstattbar, sowie vier feststellbaren Schwenkrollen. Der Toilettenstuhl muss ausgestattet sein mit einer höhenverstellbaren Fußplatte (Art.-Nr.: 3187145-1, 3187145-2, 3187145-3), Toilettentopf (Art.-Nr.: 31870800, 31870801, 31870802), Tisch (Art.-Nr.: 3187038, 3187039, 3187040, 3187041) oder Armauflage (Art.-Nr.: 31870131-61, 31870132-61, 31870133-61, 31870134-61) und Begurtung (siehe Herstellerangaben).

| | |
|---------------------|--|
| Sitzbreite: | 22,0 / 26,0 / 32,0 / 41,0 cm |
| Breite: | 50,0 / 53,0 / 58,0 / 65,5 cm |
| Sitztiefe: | 26,5 / 31,0 / 40,0 / 45,0 cm |
| Länge: | 49,5 / 62,5 / 68,0 / 68,0 cm |
| Rückenhöhe: | 38,0 / 47,0 / 52,5 / 60,0 cm |
| Höhe: | 76,0- 92,0 / 96,0-112,0 / 99,0-115,0 / 106-122 cm |
| zul. Nutzergewicht: | 35 / 60 / 85 / 110 kg |
| Sitzbreite vorne: | 32,0 / 35,5 / 42,5 / 47,5 cm |
| Sitzbreite hinten: | 22,0 / 26,0 / 32,0 / 41,0 cm |
| Sitzhöhe: | 38,0-54,0 / 48,0-64,0 / 47,0-63,0 / 46,5-62,5 cm |

Produktmerkmale

| | |
|-----------------------|---|
| Rückenbreite oben: | 27,0 / 35,0 / 42,5 / 49,0 cm |
| Rückenbreite unten: | 21,0 / 25,0 / 31,5 / 40,0 cm |
| Sitzneigung: | Grn.: 1-3; 0° – 20° / Gr. 4; 0° – 18,5° |
| Rollendurchmesser: | Grn. 1-4; 75 mm |
| Gewicht ohne Zubehör: | 8,5 / 10,5 / 11,75 / 12,75 kg |
| max. Nutzergewicht: | 35 / 60 / 85 / 110 kg |