Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer:	05.05.01.1010
Bezeichnung:	Pavlikbandage
Art.-Nr.:	3500-3504
Hersteller:	Achim Ruthner GmbH

Produktmerkmale

Spreizbandage aus festem Gurtband, verstellbar, mit Verschlüssen und Fußhalterung, in fünf Größen. Zweckbestimmung: Die Zweckbestimmung gemäß Herstellerangabe lautet: Diese Pavlikbandage ist ein orthopädisch-technisches Hilfsmittel. Sie dient der Behandlung von Hüftfehlstellungen bei Neugeborenen. Indikationen: Die Aufnahme als Hilfsmittel erfolgt für folgende Indikationen: Zur Abspreizung und Anbeugung im Hüftgelenk und korrekten Positionierung des Hüftkopfes in der Hüftgelenkpfanne bei angeborener Hüftdysplasie /-subluxation und Hüftluxation Kontraindikationen: Die Kontraindikationen gemäß Herstellerangabe sind: Alle nicht genannten Indikationen sind Kontraindikationen.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer:	05.11.01.0028
Bezeichnung:	Cellacare® Thorax F Classic
Art.-Nr.:	190970, 190971
Hersteller:	Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Elastische Bandage zur Kompression und Stabilisierung des Thoraxbereichs für Frauen verfügbar in zwei Größen

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer:	05.11.01.0029
Bezeichnung:	Cellacare® Thorax M Classic
Art.-Nr.:	190972, 190973
Hersteller:	Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Elastische Bandage zur Kompression und Stabilisierung des Thoraxbereichs für Männer, verfügbar in zwei Größen

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer:	07.99.01.2010
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer:	07.99.03.1004
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 09 Elektrostimulationsgeräte

Positionsnummer:	09.37.01.1009
Bezeichnung:	Revi Tens EV-804
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Revimed Vertriebsgesellschaft mbH

Produktmerkmale

TENS/EMS Elektrostimulationsgerät

Konstruktionsmerkmale:

Kanäle:	2 separat einstellbar
Stromstärke:	Einstellbar, 0 - 100 mA bei einer Last von minimal 500 Ohm je Kanal
Impulsform:	Asymmetrisch, 2-Phasen-Rechteck-Impuls
Frequenz:	Einstellbar von 5 bis 150 Hz
Impulsweite:	Einstellbar von 50 bis 300 µs
Spannungsversorgung:	0 - 50 V
Abmessungen:	10.1cm(L) x 6.1cm(B) x 2.45cm(T)
Gewicht:	150 Gramm inkl. Batterie
Therapiespeicher:	ja
Lieferumfang:	1x Revi Tens EV 804, Artikelnummer 5000 4 x selbstklebende wiederverwendbare Elektroden, 50x 50 mm, Artikelnummer 5100 1x 9V Blockbatterie, Artikelnummer 5200 1 x Aufbewahrungskoffer, Artikelnummer 5300 2 x Elektrodenkabel, Artikelnummer 5400 1 x Gebrauchsanweisung, Artikelnummer 5500

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 10 Gehhilfen

Positionsnummer:	10.50.04.1211
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer:	11.39.01.1026
Bezeichnung:	Decu P8
Art.-Nr.:	P81 – P87, P811
Hersteller:	Kubivent GmbH Sitz und Liegepolster

Produktmerkmale

Weichlagerungssitzkissen aus Schaumstoff mit glatter Sitzfläche. Die Unterseite des Kissen ist zweiteilig gestaltet. Im hinteren Sitzbereich (Sakralbereich) ist ein aus viskoelastischem Schaumstoff nicht herausnehmbarer und veränderbarer Einsatz verarbeitet. Das Kissen ist von einem atmungsaktiven und abnehmbaren Textilbezug umgeben. Zweckbestimmung: Das Weichlagerungssitzkissen unterstützt bei entsprechenden pflegerischen Maßnahmen die Prophylaxe und Therapie, • bei bereits bestehenden Dekubiti (bis Stadium II) und • bei Personen, die durch dauerhaftes Sitzen aufgrund von Krankheit oder Behinderung ein allgemeines bis hohes Dekubitus-Risiko (nach Braden) haben. Aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften empfiehlt sich der Einsatz des Kissens besonders bei Patienten, • bei denen eine gute Druckverteilung und Anpassung an die Körperform erforderlich ist, • bei denen der Sitzbeinhöcker entlastet werden muss. Grundsätzlich sollte der Einsatz der Kissen von geschultem Fachpersonal eingeschätzt werden. Die Kissen sind für den Einsatz im Rollstuhl oder sonstigen Sitzgelegenheiten als vollständiges Sitzkissen konzipiert. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Das Kissen dient bei Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit drohender oder manifester Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Gesäß, wenn die Person noch in der Lage sind, z. B. auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen, zur Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses. Kontraindikationen: Das Kissen darf nicht bei bestehenden Schaumstoffallergien eingesetzt werden. Durch Überschreiten der angegebenen Gewichtsbeschränkungen der Kissen bei zu

Produktmerkmale

schweren Patienten kann das Kissen durchgesessen werden. Das Rauchen und Anwenden einer Flammquelle in unmittelbarer Nähe sollte vermieden werden.

Wirkprinzip:	Weichlagerung
Artikelnummer:	P81 – P87, P811
Größe Sitzkissen:	35 x 35 x 8 cm 35 x 40 x 8 cm 35 x 45 x 8 cm 40 x 40 x 8 cm 40 x 45 x 8 cm 45 x 45 x 8 cm 45 x 50 x 8 cm 50 x 50 x 8 cm
Kissengewicht:	0,9 kg bis 1,7 kg
Material Kissen:	Sitzfläche: PU-Schaumstoff: Unterbau: PU-Schaumstoff, viskoelastischer Schaumstoff (im Sakralbereich)
Bezeichnung Bezug:	Textilbezug
Material Bezug:	Polyester
Min. Patientengewicht:	keine Untergrenze
max. Patientengewicht:	120 kg, laut Herstellerempfehlung max. 80 kg
Lieferumfang:	Weichlagerungssitzkissen Textilbezug (abnehmbar) Gebrauchsanleitung (Versionsnummer:)
Wiedereinsatz:	Laut Herstellerangaben nach Wiederaufbereitung möglich.
Wartungen:	Laut Herstellerangaben muss grundsätzlich keine Wartung durch den Anwender durchgeführt werden.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer:	11.39.01.1027
Bezeichnung:	Decu P12
Art.-Nr.:	121 bis 127, P122-L, P124-L, P126-L, P1211, P1211-L
Hersteller:	Kubivent GmbH Sitz und Liegepolster

Produktmerkmale

Weichlagerungssitzkissen aus Schaumstoff mit glatter Sitzfläche. Die Unterseite des Kissen ist zweiteilig gestaltet. Im hinteren Sitzbereich (Sakralbereich) ist ein aus viskoelastischem Schaumstoff nicht herausnehmbarer und veränderbarer Einsatz verarbeitet. Das Kissen ist von einem atmungsaktiven und abnehmbaren Textilbezug umgeben. Zweckbestimmung: Versicherte mit bestehenden Dekubiti oder Dekubitusrisiko Das Weichlagerungssitzkissen unterstützt bei entsprechenden pflegerischen Maßnahmen die Prophylaxe und Therapie, • bei bereits bestehenden Dekubiti (bis Stadium II) und • bei Personen, die durch dauerhaftes Sitzen aufgrund von Krankheit oder Behinderung ein allgemeines bis hohes Dekubitus-Risiko (nach Braden) haben. • mit hohem Körpergewicht (KUBIVENT Decu-P12 bis 200 kg). Aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften empfiehlt sich der Einsatz des Kissens besonders bei Patienten, • bei denen eine gute Druckverteilung und Anpassung an die Körperform erforderlich ist, • bei denen der Sitzbeinhöcker entlastet werden muss. Grundsätzlich sollte der Einsatz der Kissen von geschultem Fachpersonal eingeschätzt werden. Die Kissen sind für den Einsatz im Rollstuhl oder sonstigen Sitzgelegenheiten als vollständiges Sitzkissen konzipiert. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Das Kissen dient bei Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit drohender oder manifester Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Gesäß, wenn die Person noch in der Lage sind, z. B. auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen, zur Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses. Kontraindikationen: Das Kissen darf nicht bei bestehenden

Produktmerkmale

Schaumstoffallergien eingesetzt werden. Durch Überschreiten der angegebenen Gewichtsbeschränkungen der Kissen bei zu schweren Patienten kann das Kissen durchgesessen werden. Das Rauchen und Anwenden einer Flammquelle in unmittelbarer Nähe sollte vermieden werden. Zielgruppe:

Wirkprinzip:	Weichlagerung
Artikelnummer:	P121 bis 127, P122-L, P124-L, P126-L, P1211 bis P1219, P1211-L
Größe Sitzkissen:	35 x 35 x 12 cm 35 x 40 x 12 cm 40 x 35 x 12 cm 35 x 45 x 12 cm 45 x 35 x 12 cm 40 x 40 x 12 cm 40 x 45 x 12 cm 45 x 40 x 12 cm 45 x 45 x 12 cm 45 x 50 x 12 cm 50 x 45 x 12 cm 50 x 50 x 12 cm 55 x 45 x 12 cm 60 x 45 x 12 cm 60 x 50 x 12 cm 65 x 50 x 12 cm 70 x 50 x 12 cm 80 x 50 x 12 cm 90 x 50 x 12 cm 100 x 50 x 12 cm
Kissengewicht:	1,1 kg bis 3,8 kg
Material Kissen:	Sitzfläche: PU-Schaumstoff Unterbau: PU-Schaumstoff, viskoelastischer Schaumstoff (im Sakralbereich)
Bezeichnung Bezug:	Textilbezug
Material Bezug:	Polyester
Min. Patientengewicht:	80 kg
max. Patientengewicht:	200 kg, laut Herstellerempfehlung max. 180 kg
Lieferumfang:	Weichlagerungssitzkissen Textilbezug (abnehmbar) Gebrauchsanleitung (Versionsnummer:)
Wiedereinsatz:	Laut Herstellerangaben nach Wiederaufbereitung möglich.
Wartungen:	Laut Herstellerangaben muss grundsätzlich keine Wartung durch den Anwender durchgeführt werden.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 12 Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie

Positionsnummer:	12.24.06.2024
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 12.24.08.2021

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 12 Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie

Positionsnummer:	12.24.06.2025
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 12.24.08.2022

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer:	13.99.04.2030
Bezeichnung:	lisa-signolux Empfänger T
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Humantechnik GmbH

Produktmerkmale

Der Lisa-Signolux »Empfänger T« dient Menschen mit Hörproblemen bei der Kompensierung ihrer Behinderung. Er ermöglicht die Wahrnehmung akustischer Ereignisse in der Wohnung durch sichtbare Signale.

Gewicht Gerät:	250 Gramm
Maße (HxBxT):	143 x 80 mm (Höhe x Durchmesser)
Arbeitsbereich:	10 bis 30°C, optimale Umgebungstemperatur: 25°C
Stromversorgung:	Primär 100 – 240 V AC / 0,4 A maximum Sekundär 7,5 V DC / 1,5 A
Leistungsaufnahme:	k.A.
Schutzklasse:	IP 22
Funkfrequenz:	868,425 MHz
Funkreichweite:	Bis zu 200 m Freifläche, bis 80 m in Gebäuden
Erwartete Lebensdauer:	bsi zu 10 Jahre
Lieferumfang:	-Lisa-Signolux » Empfänger T« – 4x NiMH-Akkus Typ AAA – Netzteil – Bedienungsanleitung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer:	13.99.04.2031
Bezeichnung:	lisa Funk Tischblitzlampe
Art.-Nr.:	A-2417-0
Hersteller:	Humantechnik GmbH

Produktmerkmale

Eine »lisa« Lichtsignalanlage besteht aus mindestens einem Sender (z.B. Türklingel¬taster) und einem Empfänger. Die Tischblitzlampe empfängt die Ereignis-Signale der lisa-Funksender und wandelt sie in eine Lichtanzeige um. Sie besitzt eine rundum-Leuchtfläche, die auf ein Ereignis aufmerksam macht und zusätzliche Leuchtdioden, welche die Art des eingehenden Ereignis-Signals anzeigen. Bei diesem Empfänger können auch Töne aktiviert werden

Gewicht Gerät:	250 Gramm
Maße (HxBxT):	143 x 80 mm (Höhe x Durchmesser)
Arbeitsbereich:	0 bis 40°C
Stromversorgung:	4 x AAA NiMH 1,2 V 7,5 V DC / 1 A
Leistungsaufnahme:	k.A.
Schutzklasse:	k.A.
Funkfrequenz:	868,425 MHz
Funkreichweite:	bis zu 80 Meter
Erwartete Lebensdauer:	bis zu 10 Jahre
Lieferumfang:	- lisa Funk Tischblitzlampe - 4x NiMH-Akkus Typ AAA - Netzteil - Bedienungsanleitung - Garantiekarte

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.14.7101
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.14.7102
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.15.6101
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.15.6134
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.30.0011
Bezeichnung:	Seni LADY PLUS
Art.-Nr.:	SE-095-PL15-DE1
Hersteller:	Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. (TZMO S.A.)

Produktmerkmale

Inkontinenzvorlage mit normaler Saugleistung - Flüssigkeitsaufnahme 520,68 g - Aufsauggeschwindigkeit 7,34 ml/s - Flüssigkeitsabgabe 0,06 g - ABL-Wert gemäß DIN 13222 350,0 g - Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangaben von 41 cm x 18/14/19 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.30.2036
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.30.2037
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.30.2070
Bezeichnung:	Param Premium FORM MAXI
Art.-Nr.:	12533397, 12533405
Hersteller:	Param GmbH

Produktmerkmale

Inkontinenzvorlage mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme:	1270 Gramm
- Aufsauggeschwindigkeit:	12,08 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe:	0,007 Gramm
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	712,0 Gramm
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangaben:	70 cm x 33/23/35 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.30.2093
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.30.5042
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.30.5043
Bezeichnung:	Seni Lady Slim Mini Plus
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. (TZMO S.A.)

Produktmerkmale

Vorlage für Urininkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme:	165,51 g
- Aufsauggeschwindigkeit:	9,77 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe:	0,04 g

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.30.5044
Bezeichnung:	Seni Lady Slim Normal
Art.-Nr.:	SE-095-NO20-DE1
Hersteller:	Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. (TZMO S.A.)

Produktmerkmale

Vorlage für Urininkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme:	180,22 g
- Aufsauggeschwindigkeit:	7,17 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe:	0,07 g

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.30.5046
Bezeichnung:	Seni LADY Super
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. (TZMO S.A.)

Produktmerkmale

Vorlage für Urininkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme:	345,71 g
- Aufsauggeschwindigkeit:	7,28 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe:	0,06 g

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.30.5162
Bezeichnung:	Seni Lady Extra Plus
Art.-Nr.:	SE-095-EP15-DE1
Hersteller:	Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. (TZMO S.A.)

Produktmerkmale

ohne Änderung

- Flüssigkeitsaufnahme:	ohne Änderung
- Aufsauggeschwindigkeit:	ohne Änderung
- Flüssigkeitsabgabe:	ohne Änderung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.30.5238
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.30.5239
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.30.5240
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.30.5241
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.31.8221
Bezeichnung:	PARAM Basis Pants, Gr. III XL, saugende Inkontinenzhose
Art.-Nr.:	6558418, 6558393
Hersteller:	Param GmbH

Produktmerkmale

Inkontinenzunterhose mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme:	1513,55 Gramm
- Aufsauggeschwindigkeit:	8,01 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe:	0,18 Gramm
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	645 Gramm
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	über ca. 110 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer:	15.25.31.8232
Bezeichnung:	Param Premium Slip Gr. III XL Nacht
Art.-Nr.:	12533368, 12533380
Hersteller:	Param GmbH

Produktmerkmale

Inkontinenzwindelhose mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme:	1724,70 Gramm
- Aufsauggeschwindigkeit:	9,67 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe:	0,11 Gramm
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	675,0 Gramm
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	von 110 cm bis 170 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer:	18.46.06.0008
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 18.50.07.0018

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.50.07.0015
Bezeichnung: immer-mobil 90
Art.-Nr.: IMM 1.090.00
Hersteller: Help-24 GmbH

Produktmerkmale

Faltbarer Elektrorollstuhl für den Innenraum und Außenbereich mit indirekter Lenkung (Joystick) bestehend aus einem Rohrrahmen, zwei über Getriebemotoren angetriebenen Hinterrädern, zwei kleineren Schwenkrädern vorne, verstellbares und klappbares Fußbrett, abnehmbare und verstellbare Armlehnen, Sitzlift (5 cm) einer gepolsterten Sitz- und Rückenbespannung, verstellbare Rückenlehne. Beleuchtung, Batterien und Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten. Darüber hinaus gibt es optionale Varianten / Zubehör. Die Zweckbestimmung gemäß Herstellerangaben lautet: Der faltbare Elektro-Rollstuhl dient zur Beförderung gehbehinderter oder gehunfähiger Personen auf befestigten Untergründen entsprechend der Anwendungsgrenzen Die Aufnahme als Hilfsmittel erfolgt für folgende Indikationen: Erhebliche oder wesentliche Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens//bei strukturellen und/oder funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u. a. Amputation, Verletzungsfolgen, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen) - Bei deutlich eingeschränkter Kraft- und Greiffunktion der Arme/der Hände - Bei ausreichender Orientierungs- und Koordinationsfähigkeit - Zur Sicherung der Mobilität im Innen- und Außenbereich (Erreichen des Nahbereichs und Erledigung von Alltagsgeschäften) Vor der Versorgung ist zu prüfen, welche Art des elektrischen Antriebes von Rollstühlen beziehungsweise Elektrorollstühlen die adäquate Versorgung bezogen auf die täglichen Aktivitäten und im Hinblick auf die Prognose der Erkrankung darstellt. Bei Nutzung im Außenbereich/Straßenverkehr gilt, dass die sachgerechte Bedienung eines elektromotorischen Antriebes sichergestellt ist und keine Bedenken bzgl. der Fahreignung vorliegen (ausreichende Funktionen von u. a. Sehsinn, Hörsinn, Bewusstsein, Orientierung, Aufmerksamkeit, Koordination von Arm- und Handbewegung). Eine Versorgung mit einem zerlegbaren / faltbaren Elektrorollstuhl kann aufgrund der eingeschränkten Anpassung mit

Produktmerkmale

Sonderausstattungen und -funktionen nicht grundsätzlich die Versorgung mit einem Elektrorollstuhl für den Innenbereich und Außenbereich / Straßenverkehr ersetzen. Kontraindikation: Alle Einschränkungen, die die sichere Bedienung oder die Teilnahme am Straßenverkehr ausschließen wie: -kognitive Beeinträchtigung -Sehschwäche/ohne Sehvermögen -Hörbeeinträchtigung/Gehörlosigkeit -Fehlende Feinmotorik -alle ähnlichen Beeinträchtigungen Zielgruppe (Anwender / Nutzer): Nutzer müssen die geistige, körperliche und feinmotorische Eignung haben, um am Straßenverkehr teilzunehmen. Bei der Benutzung durch minderjährige und/oder geistig behinderte Personen ist es Aufgabe der Aufsichtspersonen die nötige Eignung zu beurteilen. Von Personen, die diese Eignung nicht haben, darf der elektrische Rollstuhl nicht bedient werden.

Sitzbreite:	380-430 mm
Sitztiefe:	370 mm
Sitzhöhe:	470 bis 520 mm
Sitzneigung:	4° nach hinten geneigt
Rückenhöhe:	k.A.
Rückenwinkel:	stufenlos einstellbar
Leergewicht:	ca. 26 kg
zul. Nutzergewicht:	90 kg
Antrieb:	Rad - Antrieb
Bereifung hinten:	12 Zoll Luft oder wahlweise PU
Bereifung vorne:	8 Zoll Luft oder wahlweise PU
Steuerung:	Fahrpult mit Joystick
Batterie:	Lithium - Ionen - Akku 1 x 24 V, 10 Ah; 2. Akku Optional
Reichweite:	15 km / 30 km
Bremsen:	automatische Magnetbremsen
Geschwindigkeit:	max. 6 km/h
Beleuchtung:	gemäß StVZO
Steigfähigkeit:	max. 14°, entspricht 25%
Fahrsitz:	nein
Kraftknoten:	nein
Anwendungsklasse:	B (Außen- und Innenraum)

Unterschenkellänge: 330 mm bis 375 mm Gesamtbreite: 560 mm Gesamthöhe: 890 mm

Produktmerkmale

Gesamtlänge: 990 mm Optionale Varianten / optionales Zubehör: 10 cm Sitzkissen, Fahrpult mit Kugelknopf, Kopfstütze, breitere Armlehnen, zusätzliches Ladegerät, Stockhalter, Fahrpulthalterung für Begleitperson, externes Ladekabel (um Akku außerhalb des Rollstuhles zu laden), Pflegesteuerung für Begleitpersonen

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.02.02.0015
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.02.02.0019
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.02.02.0036
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.02.02.0051
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.04.01.0028
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.04.01.0045
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.04.01.1018
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.04.01.1032
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.04.03.0043
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.04.03.0044
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.04.03.0045
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.04.03.0046
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.04.03.1033
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.04.03.1036
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.04.03.3071
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.06.01.0016
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.07.02.0008
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.07.02.0037
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.07.02.0040
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.07.02.0041
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.07.02.0042
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.07.02.0043
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.07.02.0044
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.07.02.0046
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.07.02.2011
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.07.02.2012
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.08.04.0030
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.09.01.0029
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.09.01.0030
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.09.01.0031
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.09.01.0032
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.09.01.0042
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.09.01.0043
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.09.01.0084
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.09.01.0086
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.09.01.0087
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.12.03.0015
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.12.03.0031
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.12.03.1019
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.12.03.1021
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.14.03.0028
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.14.03.0029
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.14.03.1022
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.14.03.1028
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.14.03.2065
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.16.01.0023
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.16.01.0024
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.16.01.0025
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.16.01.0026
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.16.01.0027
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.16.01.0028
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.16.01.1019
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.16.01.1020
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.16.01.1021
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.16.01.1022
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.16.01.1023
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.16.01.1024
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.16.03.0008
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.16.03.0009
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.16.03.0017
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer:	23.16.03.0018
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer:	29.26.01.0083
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer:	29.26.02.0007
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer:	29.26.02.0008
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer:	29.26.02.0037
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer:	29.26.02.0038
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer:	29.26.02.0047
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer:	29.26.02.0054
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer:	29.26.02.0055
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer:	29.26.02.2006
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer:	29.26.02.2070
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer:	29.26.02.2093
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer:	29.26.03.0012
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer:	29.26.03.0029
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer:	29.26.03.2024
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer:	29.26.04.0028
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer:	29.26.04.0029
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer:	29.26.05.0045
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer:	29.26.05.0051
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer:	29.26.05.0081
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer:	29.26.05.0101
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer:	29.26.05.0128
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer:	29.26.05.1017
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer:	29.26.05.1025
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer:	29.26.05.1040
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer:	29.26.05.1054
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer:	29.26.06.0042
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer:	29.26.06.1018
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer:	29.26.08.1006
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer:	29.26.10.6025
Bezeichnung:	Hautschutz-Ring CeraRing plan
Art.-Nr.:	8805, 8815, 881527
Hersteller:	Hollister Incorporated

Produktmerkmale

Modellierbarer Hautschutzring zum Ausgleich von Unebenheiten, 48 mm Durchmesser und 2,3 mm oder 4,5 mm stark oder 57 mm Durchmesser und 2,3 mm stark.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer:	29.26.11.1002
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer:	33.40.04.0022
Bezeichnung:	Toilettenstuhl Comfort
Art.-Nr.:	1-1291
Hersteller:	Nordic activity AB

Produktmerkmale

Toilettenstuhl, höhenverstellbar mit Stahlrohrgestell, gepolsterten Armlehnen und Rückenlehne, Toiletteneimer im Lieferumfang erhalten.

zul. Nutzergewicht:	200 kg
Gewicht:	7,0 kg
Gesamtbreite:	56 cm
Gesamtlänge:	45-48 cm
Gesamthöhe:	77-92 cm
Armlehnenhöhe:	59-74 cm
Sitzbreite:	43 cm
Sitztiefe:	43 cm
Innere Öffnung:	25x27 cm
Sitzhöhe:	43-58 cm (45-60 cm + 2cm durch Sitzfläche)
Farbe:	grau,schwarz

Lieferumfang: Rückenlehne und Rahmen (1 Stück), Seitenrahmen und Armlehne (2 Stück), Schrauben für das Gestell (4 Stück), Fußverlängerung (4 Stück), Gummifüße (4 Stück), Sitzauflage (1 Stück), Sitzdeckel (1 Stück), Sitzdeckel (1 Stück) und Toiletteneimer mit Deckel (1 Stück).
Zweckbestimmung: Dieser Toilettenstuhl ist für den Einsatz zu Hause gedacht. Er dient dazu, die Unabhängigkeit beim Toilettengang für Personen mit eingeschränkten körperlichen Funktionen zu erhöhen und der Sitzmöglichkeit. Der Stuhl ermöglicht die Nutzung der Toilette in unmittelbarer räumlicher Nähe und dient der Erhöhung der Sicherheit der betroffenen Personen. Der Toilettenstuhl ist nur für den Innenbereich, auf festen, ebenen und rutschhemmenden

Produktmerkmale

Bodenbelägen bestimmt und für eine maximale Belastung von 200 kg ausgelegt. Indikationen des Herstellers: Der Artikel ist indiziert für Personen mit eingeschränkter Mobilität, Erkrankungen, die das eigenständige Aufstehen und Hinsetzen erschweren, vorübergehenden Bewegungsbeschränkungen und Bedarf von Unterstützung und Hilfe. Er ist ebenfalls geeignet für Personen, die aufgrund von verschiedenen Krankheitsbildern Schwierigkeiten haben, die Toilette rechtzeitig zu erreichen. Das Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis aufgenommen für die Indikationen: Schwierigkeiten, die Toilette ausreichend frühzeitig zu erreichen aufgrund von Krankheitsbildern, die Schädigungen unterschiedlicher Körperstrukturen und Funktionen betreffen (z. B. Strukturen des Nervensystems/Zentralnervensystems ebenso wie Strukturen des Urogenitalsystems, oder des Vestibularapparates oder Gliedmaßenverlust mit Einschränkung der Fortbewegungsfunktion), die die unmittelbare räumliche Nähe der Toiletteneinrichtung erforderlich machen Kontraindikationen: Das Produkt darf nicht verwendet werden bei: Wahrnehmungsstörungen, starken Gleichgewichtsstörungen, Sitzunfähigkeit, einem Benutzergewicht größer als 200 kg. Zielgruppe (Anwender/Nutzer): Versicherte

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 99 Verschiedenes

Positionsnummer:	99.27.01.0003
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 99 Verschiedenes

Positionsnummer:	99.27.02.0007
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	–
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.07.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.08.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 99 Verschiedenes

Positionsnummer:	99.27.02.0023
Bezeichnung:	PRIMUSmed
Art.-Nr.:	ti1091
Hersteller:	tic Medizintechnik GmbH & Co.KG

Produktmerkmale

Vakuumerektionssystem besteht aus einem Zylinder aus Kunststoff inkl. batteriebetriebenem Pumpgerät mit Druckablaßventil, drei verschieden großen Spannringen (10, 12,5 und 15 mm), zwei Reduzierrungen und einem Gleitgel.