Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 06.03.2025 -
Bundesanzeiger vom 01.04.2025
Bei folgenden Produkteinträgen wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.29.07.2003
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.01.3004
Bezeichnung:	irrimed
Art.-Nr.:	5000
Hersteller:	Schaefers Medizintechnik GmbH

Produktmerkmale	
Elektrisch betriebener Irrigator mit Pumpenantrieb.	
Abmessungen (BxHxT):	180 mm x 180 mm x 180 mm
Gewicht:	900 g
Stromversorgung:	1 x 7,4 V, 2600 mAh Li-Ion Block
Ladedauer:	< 3 h
Betriebsart:	Kurzzeitbetrieb max.15 min
Spüldruck:	> 0,5 bar (50 kPa)
Lieferumfang:	1 x irrimed, Art.-Nr. 5000 1 x Netzgerät Model GM-084120 1 x Überleitungsschlauch 1 x Irrigationskonus für enge Schließmuskel 1 x Irrigationskonus für normale Schließmuskel 1 x Bedienungsanleitung

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.2012
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.2013
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.2014
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.2015
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.2016
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.2017
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.2018
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.2019
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.2020
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.2021
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.2022
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.2023
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.2024
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.2025
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.2026
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.2027
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.2028
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.2029
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.2030
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.2031
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.3001
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 03.36.04.3014

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.3002
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 03.36.04.3015

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.3003
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 03.36.04.3016

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.3004
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 03.36.04.0018

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.3006
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 03.36.04.0019

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.3007
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 03.36.04.0020

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.3008
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 03.36.04.0021

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.3009
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 03.36.04.0022

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.3012
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 03.36.04.0016

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.3013
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 03.36.04.0017

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.3017
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.3018
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.3019
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.3020
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.3021
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.3022
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.3023
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.3024
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.3025
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.3026
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.3027
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.3028
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.3029
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.3030
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.3031
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.3032
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.3033
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.3034
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.3035
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.3036
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.02.3037
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.11.01.3059
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 11.39.01.2017

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.11.03.4017
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.11.03.4018
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.11.03.4019
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.11.04.1022
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.11.04.2069
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.11.05.0022
Bezeichnung:	POZ' IN' FORM PLUS UNIVERSALKISSEN Nr. 01, Nr. 02, Nr. 03
Art.-Nr.:	VPOZ01SG, VPOZ02SG, VPOZ03SG, VPOZ01CG, VPOZ02CG, VPOZ03CG, VPOZ01, VPOZ02, VPOZ03
Hersteller:	WINNCARE France

Produktmerkmale

Rechteckig geschnittene Positionierungshilfe mit Bezug, gefüllt mit Synthetikfasern. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür (dokumentiertes Dekubitusrisiko) an den Extremitäten - wenn eine Lagerung der Extremität ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Produkte zur Freilagerung können aufgrund der Gefahr eines Fensterödems meist nur kurzzeitig eingesetzt werden und bedürfen daher einer besonders sorgfältigen Indikationsstellung und Verlaufsbeobachtung. Kontraindikationen: - Schwere Beeinträchtigung des kardiorespiratorischen Zustands (Herzinsuffizienz). - Chronische Schmerzen, die durch die Verwendung des/der Hilfsmittel(s) nicht gelindert werden können, und/oder prozedurale Schmerzen. - Nicht stabilisierte Brüche. - Bei Kindern unter 12 Jahren. - Bei Personen mit einer Größe von unter 146 cm. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: medizinischer Laie, siehe Indikation

Typ:	Rechteckig geschnittene Positionierungshilfe
Artikelnummer:	VPOZ01, VPOZ02, VPOZ03, VPOZ01SG, VPOZ02SG, VPOZ03SG / VPOZ01CG, VPOZ02CG, VPOZ03CG
Wirkprinzip:	Lagerung durch Positionierung, Freilagerung
Größe (HxBxT):	VPOZ01/SG/CG: 45 x 30 x 15 Zentimeter VPOZ02/SG/CG: 55 x 40 x 15 Zentimeter VPOZ03/SG/CG: 45 x 20 x 10 Zentimeter
Gewicht:	VPOZ01/SG/CG: 0,544 Kilogramm VPOZ02/SG/CG: 0,926 Kilogramm VPOZ03/SG/CG: 0,228 Kilogramm
Material:	Füllung: 100 Prozent Polyester Standardüberzug (VPOZxxSG): PROMUST PU HD grau (50 Prozent Polyurethan, 50 Prozent Polyester) Komfortüberzug (VPOZxxCG): LENZING (52 Prozent Viscose, 48 Prozent Lyocell/100 Prozent Polyurethan)
Reinigung:	Kissen bis 40 Grad Celsius waschbar, desinfizierbar

Produktmerkmale	
	Standardüberzug bis zu 90 Grad Celsius Komfortüberzug bis zu 60 Grad Celsius
Wiedereinsatz:	Nach physikalischer und bakteriologischer Reinigung gemäß Herstellerangaben möglich
Einsatzgebiet:	Im Bereich der oberen oder unteren Extremitäten bei liegenden Patienten.
Lieferumfang:	- Positionierungshilfe gemäß oben genannter Spezifikation - Standardüberzug (VPOZxxSG) oder Komfortüberzug (VPOZxxCG) - Gebrauchsanweisung (Version: 3 - 31.01.2025)

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.11.05.0023
Bezeichnung:	POZ' IN' FORM PLUS HÜFTABDUKTIONSKISSEN Nr. 17
Art.-Nr.:	VPOZ17SG, VPOZ17CG, VPOZ17
Hersteller:	WINNCARE France

Produktmerkmale

Keilartig geschnittene Positionierungshilfe mit Bezug, gefüllt mit Synthetikfasern. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür (dokumentiertes Dekubitusrisiko) an den Extremitäten - wenn eine Lagerung der Extremität ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Produkte zur Freilagerung können aufgrund der Gefahr eines Fensterödems meist nur kurzzeitig eingesetzt werden und bedürfen daher einer besonders sorgfältigen Indikationsstellung und Verlaufsbeobachtung. Kontraindikationen: - Schwere Beeinträchtigung des kardiorespiratorischen Zustands (Herzinsuffizienz). - Chronische Schmerzen, die durch die Verwendung des/der Hilfsmittel(s) nicht gelindert werden können, und/oder prozedurale Schmerzen. - Nicht stabilisierte Brüche. - Bei Kindern unter 12 Jahren. - Bei Personen mit einer Größe von unter 146 cm. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: medizinischer Laie, siehe Indikation

Typ:	Keilartig geschnittene Positionierungshilfe
Artikelnummer:	VPOZ17, VPOZ17SG, VPOZ17CG
Wirkprinzip:	Lagerung durch Positionierung, Freilagerung
Größe (HxBxT):	VPOZ17/SG/CG: 38 x 30 x 16 Zentimeter
Gewicht:	VPOZ17/SG/CG: 0,682 Kilogramm
Material:	Füllung: 100 Prozent Polyester Standardüberzug (VPOZxxSG): PROMUST PU HD grau (50 Prozent Polyurethan, 50 Prozent Polyester) Komfortüberzug (VPOZxxCG): LENZING (52 Prozent Viscose, 48 Prozent Lyocell/100 Prozent Polyurethan)
Reinigung:	Kissen bis 40 Grad Celsius waschbar, desinfizierbar Standardüberzug bis zu 90 Grad Celsius Komfortüberzug bis zu 60 Grad Celsius
Wiedereinsatz:	Nach physikalischer und bakteriologischer Reinigung gemäß Herstellerangaben möglich
Einsatzgebiet:	Im Bereich der unteren Extremitäten bei liegenden

Produktmerkmale	
	Patienten.
Lieferumfang:	- Positionierungshilfe gemäß oben genannter Spezifikation - Standardüberzug (VPOZxxSG) oder Komfortüberzug (VPOZxxCG) - Gebrauchsanweisung (Version: 3 - 31.01.2025)

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.11.05.0025
Bezeichnung:	POZ' IN' FORM PLUS RINGKISSEN Nr. 04 in Verbindung mit Zylinderkissen Nr. 06
Art.-Nr.:	VPOZ04SG, VPOZ04CG, VPOZ06SG, VPOZ06CG, VPOZ04, VPOZ06
Hersteller:	WINNCARE France

Produktmerkmale

Ringförmig geschnittene Positionierungshilfe (VPOZ04SG/CG), welche in Verbindung mit einer zylindrisch geschnittenen Positionierungshilfe (VPOZ06SG/CG) genutzt wird. Beide Positionierungshilfen besitzen einen Bezug und sind mit Synthetikfasern gefüllt. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür (dokumentiertes Dekubitusrisiko) an den Extremitäten - wenn eine Lagerung der Extremität ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Produkte zur Freilagerung können aufgrund der Gefahr eines Fensterödems meist nur kurzzeitig eingesetzt werden und bedürfen daher einer besonders sorgfältigen Indikationsstellung und Verlaufsbeobachtung. Kontraindikationen: - Schwere Beeinträchtigung des kardiorespiratorischen Zustands (Herzinsuffizienz). - Chronische Schmerzen, die durch die Verwendung des/der Hilfsmittel(s) nicht gelindert werden können, und/oder prozedurale Schmerzen. - Nicht stabilisierte Brüche. - Bei Kindern unter 12 Jahren. - Bei Personen mit einer Größe von unter 146 cm. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: medizinischer Laie, siehe Indikation

Typ:	Ringförmig geschnittene Positionierungshilfe in Verbindung mit einer zylindrisch geschnittenen Positionierungshilfe
Artikelnummer:	VPOZ04, VPOZ04SG, VPOZ04CG, VPOZ06, VPOZ06SG, VPOZ06CG
Wirkprinzip:	Lagerung durch Positionierung, Freilagerung
Größe (HxBxT):	VPOZ04/SG/CG: 50 x 45 x 15 Zentimeter VPOZ06/SG/CG: 60 x 20 x 20 Zentimeter
Gewicht:	VPOZ04/SG/CG: 0,606 Kilogramm VPOZ06/SG/CG: 0,718 Kilogramm
Material:	Füllung: 100 Prozent Polyester Standardüberzug (VPOZxxSG): PROMUST PU HD grau (50 Prozent Polyurethan, 50 Prozent Polyester) Komfortüberzug (VPOZxxCG): LENZING (52 Prozent Viscose, 48 Prozent Lyocell/100 Prozent Polyurethan)

Produktmerkmale	
Reinigung:	Kissen bis 40 Grad Celsius waschbar, desinfizierbar Standardüberzug bis zu 90 Grad Celsius Komfortüberzug bis zu 60 Grad Celsius
Wiedereinsatz:	Nach physikalischer und bakteriologischer Reinigung gemäß Herstellerangaben möglich
Einsatzgebiet:	Im Bereich der unteren Extremitäten bei liegenden Patienten.
Lieferumfang:	- Positionierungshilfe gemäß oben genannter Spezifikation - Standardüberzug (VPOZxxSG) oder Komfortüberzug (VPOZxxCG) - Gebrauchsanweisung (Version: 3 - 31.01.2025)

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.11.05.0026
Bezeichnung:	POZ' IN' FORM PLUS FERSENENTLASTUNGSKISSEN Nr. 15
Art.-Nr.:	VPOZ15SG, VPOZ15CG, VPOZ15
Hersteller:	WINNCARE France

Produktmerkmale

Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür (dokumentiertes Dekubitusrisiko) an den Extremitäten - wenn eine Lagerung der Extremität ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Produkte zur Freilagerung können aufgrund der Gefahr eines Fensterödems meist nur kurzzeitig eingesetzt werden und bedürfen daher einer besonders sorgfältigen Indikationsstellung und Verlaufsbeobachtung. Kontraindikationen: - Schwere Beeinträchtigung des kardiorespiratorischen Zustands (Herzinsuffizienz). - Chronische Schmerzen, die durch die Verwendung des/der Hilfsmittel(s) nicht gelindert werden können, und/oder prozedurale Schmerzen. - Nicht stabilisierte Brüche. - Bei Kindern unter 12 Jahren. - Bei Personen mit einer Größe von unter 146 cm. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: medizinischer Laie, siehe Indikation

Typ:	Fersenentlastungskissen
Artikelnummer:	VPOZ15, VPOZ15SG, VPOZ15CG
Wirkprinzip:	Lagerung durch Positionierung, Freilagerung
Größe (HxBxT):	80 x 20 x 15
Gewicht:	0,673 kg
Material:	Füllung: 100 Prozent Polyester Standardüberzug (VPOZxxSG): PROMUST PU HD grau (50 Prozent Polyurethan, 50 Prozent Polyester) Komfortüberzug (VPOZxxCG): LENZING (52 Prozent Viscose, 48 Prozent Lyocell/100 Prozent Polyurethan)
Reinigung:	Kissen bis 40 Grad Celsius waschbar, desinfizierbar Standardüberzug bis zu 90 Grad Celsius Komfortüberzug bis zu 60 Grad Celsius
Wiedereinsatz:	Nach physikalischer und bakteriologischer Reinigung gemäß Herstellerangaben möglich
Einsatzgebiet:	Im Bereich der unteren Extremitäten bei liegenden Patienten.
Lieferumfang:	- Positionierungshilfe gemäß oben genannter Spezifikation -

Produktmerkmale	
	Standardüberzug (VPOZxxSG) oder Komfortüberzug (VPOZxxCG) - Gebrauchsanweisung (Version: 3 - 31.01.2025)

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.11.05.0027
Bezeichnung:	POZ' IN' FORM PLUS BEINRAMPE Nr. 08
Art.-Nr.:	VPOZ08SG, VPOZ08CG, VPOZ08
Hersteller:	WINNCARE France

Produktmerkmale

Rampenförmig geschnittene Positionierungshilfe mit Bezug, gefüllt mit Synthetikfasern. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür (dokumentiertes Dekubitusrisiko) an den Extremitäten - wenn eine Lagerung der Extremität ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Produkte zur Freilagerung können aufgrund der Gefahr eines Fensterödems meist nur kurzzeitig eingesetzt werden und bedürfen daher einer besonders sorgfältigen Indikationsstellung und Verlaufsbeobachtung. Kontraindikationen: - Schwere Beeinträchtigung des kardiorespiratorischen Zustands (Herzinsuffizienz). - Chronische Schmerzen, die durch die Verwendung des/der Hilfsmittel(s) nicht gelindert werden können, und/oder prozedurale Schmerzen. - Nicht stabilisierte Brüche. - Bei Kindern unter 12 Jahren. - Bei Personen mit einer Größe von unter 146 cm. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: medizinischer Laie, siehe Indikation

Typ:	Rampenförmig geschnittene Positionierungshilfe
Artikelnummer:	VPOZ08SG, VPOZ08CG, VPOZ08
Wirkprinzip:	Lagerung durch Positionierung, Freilagerung
Größe (HxBxT):	VPOZ08/SG/CG: 40 x 20 x 12 Zentimeter
Gewicht:	VPOZ08/SG/CG: 0,256 Kilogramm
Material:	Füllung: 100 Prozent Polyester Standardüberzug (VPOZxxSG): PROMUST PU HD grau (50 Prozent Polyurethan, 50 Prozent Polyester) Komfortüberzug (VPOZxxCG): LENZING (52 Prozent Viscose, 48 Prozent Lyocell/100 Prozent Polyurethan)
Reinigung:	Kissen bis 40 Grad Celsius waschbar, desinfizierbar Standardüberzug bis zu 90 Grad Celsius Komfortüberzug bis zu 60 Grad Celsius
Wiedereinsatz:	Nach physikalischer und bakteriologischer Reinigung gemäß Herstellerangaben möglich
Einsatzgebiet:	Im Bereich der oberen oder unteren Extremitäten bei

Produktmerkmale	
	liegenden Patienten.
Lieferumfang:	- Positionierungshilfe gemäß oben genannter Spezifikation - Standardüberzug (VPOZxxSG) oder Komfortüberzug (VPOZxxCG) - Gebrauchsanweisung (Version: 3 - 31.01.2025)

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.05.0015
Bezeichnung:	aks-theraplot
Art.-Nr.:	04715, 04716
Hersteller:	aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH

Produktmerkmale

Die Matratze besteht aus drei verschiedenen Polyurethanschaumstoffschichten unterschiedlicher Stauchhärte, welche fest miteinander verbunden sind. Die Oberfläche der Liegefläche ist glatt und nicht weiter strukturiert. Die Mittelschicht ist in Längs- und Querrichtung eingeschnitten. Ein fester Schaumstoffrahmen bietet eine Randzonenverstärkung. Die Matratze ist mit einer speziellen Inkontinenzhülle umgeben. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Dekubitusprophylaxe bis zu einem hohen Dekubitusrisiko, Dekubitustherapie. Kontraindikationen: Keine Kontraindikationen bekannt. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: der medizinische Laie (siehe Indikationen) mit einem Körpergewicht zwischen 30 Kilogramm und 150 Kilogramm.

Wirkprinzip:	Weichlagerung
Artikelnummer:	04715, 04716
Größe Matratze (H x B x T):	90 Zentimeter x 200 Zentimeter x 17 Zentimeter (Artikelnummer 04715) 100 Zentimeter x 200 Zentimeter x 17 Zentimeter (Artikelnummer 04716)
Gewicht Matratze:	9 Kilogramm (Artikelnummer 04715), 10,4 Kilogramm (Artikelnummer 04716)
Material Matratze:	Polyurethanschaum
Bezeichnung Bezug:	inkoair Matratzenhülle
Material Bezug:	63% Polyurethan, 37% Polyester
Min. Patientengewicht:	30 Kilogramm
max. Patientengewicht:	150 Kilogramm
Lieferumfang:	1. Matratzenersatzsystem 2. Matratzenhülle inkoair 3. Gebrauchsanweisung (Stand: 2022-02-11 | Version 01)
Wiedereinsatz:	Gemäß Herstellerangaben in der Gebrauchsanweisung muss das vor dem Wiedereinsatz (z. B. bei einem Patientenwechsel) gemäß Kapitel Reinigung/Desinfektion gereinigt und desinfiziert sowie einer Wartung gemäß Kapitel Wartung unterzogen werdenund die festgestellten Defekte/Beschädigungen durch das geeignete Fachpersonal repariert und/oder die zugehörigen Bauteile ausgetauscht werden.
Wartungen:	Durch Hersteller beziehungsweise durch Hersteller autorisierte

Produktmerkmale	
	Personen
Stauchhärte:	Stauchhärte Liegefläche: 70 N ± 15% (ISO 2439), Stauchhärte Basisschicht: 3,05 kPa; 40% (NFT 56110), Stauchhärte Randzone: 4,07 kPa; 40% (NFT 56110)
Raumgewicht:	Raumgewicht Liegefläche: 24 ± 1 kg/m^3, Raumgewicht Basisschicht:28 ± 1 kg/m^3, Raumgewicht Randzone: 32 ± 1 kg/m^3

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.05.0018
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.05.0023
Bezeichnung:	aks-viscoplot
Art.-Nr.:	04733, 04734
Hersteller:	aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH

Produktmerkmale

Die Matratze besteht aus drei verschiedenen Polyurethanschaumstoffschichten unterschiedlicher Stauchhärte, welche fest miteinander verbunden sind. Die Oberfläche der Liegefläche ist glatt und nicht weiter strukturiert. Die Liegefläche besteht aus einem viscoelastischem Schaum. Die Mittelschicht ist in Längs- und Querrichtung eingeschnitte. Ein fester Schaumstoffrahmen bietet eine Randzonenverstärkung. Die Matratze ist mit einem speziellen Inkontinenzbezug ausgestattet. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Dekubitusprophylaxe bis zu einem hohen Dekubitusrisiko, Dekubitustherapie. Kontraindikationen: Keine Kontraindikationen bekannt. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: der medizinische Laie (siehe Indikationen) mit einem Körpergewicht zwischen 30 Kilogramm und 150 Kilogramm.

Wirkprinzip:	Weichlagerung
Artikelnummer:	04733, 04734
Größe Matratze (H x B x T):	90 Zentimeter x 200 Zentimeter x 17 Zentimeter (Artikelnummer 04733) 100 Zentimeter x 200 Zentimeter x 17 Zentimeter (Artikelnummer 04734)
Gewicht Matratze:	11,3 Kilogramm (Artikelnummer 04715), 13,2 Kilogramm (Artikelnummer 04716)
Material Matratze:	Viscoschaum, Polyurethan
Bezeichnung Bezug:	inkoair Matratzenhülle
Material Bezug:	63% Polyurethan, 37% Polyester
Min. Patientengewicht:	35 Kilogramm
max. Patientengewicht:	150 Kilogramm
Lieferumfang:	1. Matratzenersatzsystem 2. Matratzenhülle inkoair 3. Gebrauchsanweisung (Stand: 2022-02-11 | Version 01)
Wiedereinsatz:	Gemäß Herstellerangaben in der Gebrauchsanweisung muss das vor dem Wiedereinsatz (z. B. bei einem Patientenwechsel) gemäß Kapitel Reinigung/Desinfektion gereinigt und desinfiziert sowie einer Wartung gemäß Kapitel Wartung unterzogen werdenund die festgestellten Defekte/Beschädigungen durch das geeignete Fachpersonal repariert und/oder die zugehörigen Bauteile ausgetauscht werden.

Produktmerkmale	
Wartungen:	Durch Hersteller beziehungsweise durch Hersteller autorisierte Personen
Stauchhärte:	Stauchhärte Liegefläche: 3 kPa ± 15%; 65% (ISO 2439), Stauchhärte Basisschicht:3,05 kPa; 40% (NFT 56110), Stauchhärte Randzone: Stauchhärte: 4,07 kPa; 40% (NFT 56110)
Raumgewicht:	Raumgewicht Liegefläche: 50 ± 3 kg/m³, Raumgewicht Basisschicht:28 ± 1 kg/m³, Raumgewicht Randzone: 32 ± 1 kg/m³

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.05.0049
Bezeichnung:	aks-duoplot
Art.-Nr.:	04770, 04771, 04774
Hersteller:	aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH

Produktmerkmale

Die Matratze besteht aus zwei verschiedenen Polyurethanschaumstoffschichten unterschiedlicher Stauchhärte, welche fest miteinander verbunden sind. Die Oberfläche der Liegefläche ist glatt und nicht weiter strukturiert. Die Mittelschicht ist in Querrichtung eingeschnitten. Die Matratze ist mit einem Inkontinenzbezug ausgestattet. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Dekubitusprophylaxe bis zu einem hohen Dekubitusrisiko, Dekubitustherapie. Kontraindikationen: Keine Kontraindikationen bekannt. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: der medizinische Laie (siehe Indikationen) mit einem Körpergewicht zwischen 40 Kilogramm und 120 Kilogramm.

Wirkprinzip:	Weichlagerung
Artikelnummer:	04770, 04771, 04774
Größe Matratze (H x B x T):	90 Zentimeter x 190 Zentimeter x 12 Zentimeter (Artikelnummer 04770) 90 Zentimeter x 200 Zentimeter x 12 Zentimeter (Artikelnummer 04771) 100 Zentimeter x 200 Zentimeter x 12 Zentimeter (Artikelnummer 04774)
Gewicht Matratze:	7,1 Kilogramm (Artikelnummer 04770), 7,5 Kilogramm (Artikelnummer 04771), 8,6 Kilogramm (Artikelnummer 04774)
Material Matratze:	Polyurethanschaum
Bezeichnung Bezug:	inkoair Matratzenhülle
Material Bezug:	63% Polyurethan, 37% Polyester
Min. Patientengewicht:	40 Kilogramm
max. Patientengewicht:	120 Kilogramm
Lieferumfang:	1. Matratzenersatzsystem 2. Matratzenhülle inkoair 3. Gebrauchsanweisung (Stand: 2022-02-11 | Version 01)
Wiedereinsatz:	Gemäß Herstellerangaben in der Gebrauchsanweisung muss das vor dem Wiedereinsatz (z. B. bei einem Patientenwechsel) gemäß Kapitel Reinigung/Desinfektion gereinigt und desinfiziert sowie einer Wartung gemäß Kapitel Wartung unterzogen werdenund die festgestellten Defekte/Beschädigungen durch das geeignete Fachpersonal repariert und/oder die zugehörigen Bauteile ausgetauscht werden.
Wartungen:	Durch Hersteller beziehungsweise durch Hersteller autorisierte

Produktmerkmale	
	Personen
Stauchhärte:	Stauchhärte Liegefläche: 3,0 kPa; 40% (ISO 2439), Stauchhärte Basisschicht: 4,0 kPa; 40% (ISO 2439)
Raumgewicht:	Raumgewicht Liegefläche: 35 ± 1 kg/m^3, Raumgewicht Basisschicht:32 ± 1 kg/m^3

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.05.0056
Bezeichnung:	aks-duoplot RV mit inkoair Matratzenhülle
Art.-Nr.:	04780, 04781, 04782
Hersteller:	aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH

Produktmerkmale

Die Matratze besteht aus zwei verschiedenen Polyurethanschaumstoffschichten unterschiedlicher Stauchhärte, welche fest miteinander verbunden sind. Die Oberfläche der Liegefläche ist mit einer Randzonenverstärkung, glatt und nicht weiter strukturiert. Die Mittelschicht ist in Querrichtung eingeschnitten. Die Matratze ist mit einem Inkontinenzbezug ausgestattet. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Dekubitusprophylaxe bis zu einem hohen Dekubitusrisiko, Dekubitustherapie. Kontraindikationen: Keine Kontraindikationen bekannt. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: der medizinische Laie (siehe Indikationen) mit einem Körpergewicht zwischen 40 Kilogramm und 120 Kilogramm.

Wirkprinzip:	Weichlagerung
Artikelnummer:	04780, 04781, 04782
Größe Matratze (H x B x T):	90 Zentimeter x 190 Zentimeter x 12 Zentimeter (Artikelnummer 04780) 90 Zentimeter x 200 Zentimeter x 12 Zentimeter (Artikelnummer 04781) 100 Zentimeter x 200 Zentimeter x 12 Zentimeter (Artikelnummer 04782)
Gewicht Matratze:	7,6 Kilogramm (Artikelnummer 04770), 8,0 Kilogramm (Artikelnummer 04771), 8,7 Kilogramm (Artikelnummer 04774)
Material Matratze:	Polyurethanschaum
Bezeichnung Bezug:	inkoair Matratzenhülle
Material Bezug:	63% Polyurethan, 37% Polyester
Min. Patientengewicht:	40 Kilogramm
max. Patientengewicht:	120 Kilogramm
Lieferumfang:	1. Matratzenersatzsystem 2. Matratzenhülle inkoair 3. Gebrauchsanweisung (Stand: 2022-02-11 | Version 01)
Wiedereinsatz:	Gemäß Herstellerangaben in der Gebrauchsanweisung muss das vor dem Wiedereinsatz (z. B. bei einem Patientenwechsel) gemäß Kapitel Reinigung/Desinfektion gereinigt und desinfiziert sowie einer Wartung gemäß Kapitel Wartung unterzogen werdenund die festgestellten Defekte/Beschädigungen durch das geeignete Fachpersonal repariert und/oder die zugehörigen Bauteile ausgetauscht werden.
Wartungen:	Durch Hersteller beziehungsweise durch Hersteller autorisierte

Produktmerkmale	
	Personen
Stauchhärte:	Stauchhärte Liegefläche: 3,0 kPa; 40% (ISO 2439), Stauchhärte Basisschicht: 4,0 kPa; 40% (ISO 2439), Stauchhärte Randzone: 4,0 kPa; 40% (ISO 2439)
Raumgewicht:	Raumgewicht Liegefläche: 35 ± 1 kg/m^3, Raumgewicht Basisschicht:32 ± 1 kg/m^3, Raumgewicht Randzone: 32 ± 1 kg/m^3

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.05.0058
Bezeichnung:	aks-duoplot plus
Art.-Nr.:	04790, 04791, 04792
Hersteller:	aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH

Produktmerkmale

Die Matratze besteht aus zwei verschiedenen Polyurethanschaumstoffschichten unterschiedlicher Stauchhärte, welche fest miteinander verbunden sind. Die Oberfläche der Liegefläche ist glatt und nicht weiter strukturiert. Die Mittelschicht ist in Querrichtung eingeschnitten. Die Matratze ist mit einem Inkontinenzbezug ausgestattet. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Dekubitusprophylaxe bis zu einem hohen Dekubitusrisiko, Dekubitustherapie. Kontraindikationen: Keine Kontraindikationen bekannt. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: der medizinische Laie (siehe Indikationen) mit einem Körpergewicht zwischen 40 Kilogramm und 140 Kilogramm.

Wirkprinzip:	Weichlagerung
Artikelnummer:	04790, 04791, 04792
Größe Matratze (H x B x T):	90 Zentimeter x 190 Zentimeter x 14 Zentimeter (Artikelnummer 04790) 90 Zentimeter x 200 Zentimeter x 14 Zentimeter (Artikelnummer 04791) 100 Zentimeter x 200 Zentimeter x 14 Zentimeter (Artikelnummer 04792)
Gewicht Matratze:	8,2 Kilogramm (Artikelnummer 04790), 8,8 Kilogramm (Artikelnummer 04791), 10,1 Kilogramm (Artikelnummer 04792)
Material Matratze:	Polyurethanschaum
Bezeichnung Bezug:	inkoair Matratzenhülle
Material Bezug:	63% Polyurethan, 37% Polyester
Min. Patientengewicht:	40 Kilogramm
max. Patientengewicht:	140 Kilogramm
Lieferumfang:	1. Matratzenersatzsystem 2. Matratzenhülle inkoair 3. Gebrauchsanweisung (Stand: 2022-02-11 | Version 01)
Wiedereinsatz:	Gemäß Herstellerangaben in der Gebrauchsanweisung muss das vor dem Wiedereinsatz (z. B. bei einem Patientenwechsel) gemäß Kapitel Reinigung/Desinfektion gereinigt und desinfiziert sowie einer Wartung gemäß Kapitel Wartung unterzogen werdenund die festgestellten Defekte/Beschädigungen durch das geeignete Fachpersonal repariert und/oder die zugehörigen Bauteile ausgetauscht werden.
Wartungen:	Durch Hersteller beziehungsweise durch Hersteller autorisierte

Produktmerkmale	
	Personen
Stauchhärte:	Stauchhärte Liegefläche: 3,0 kPa; 40% (ISO 2439), Stauchhärte Basisschicht: 4,0 kPa; 40% (ISO 2439)
Raumgewicht:	Raumgewicht Liegefläche: 35 ± 1 kg/m^3, Raumgewicht Basisschicht:32 ± 1 kg/m^3

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.05.0059
Bezeichnung:	aks-duoplot plus RV
Art.-Nr.:	04800, 04801, 04802
Hersteller:	aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH

Produktmerkmale

Die Matratze besteht aus zwei verschiedenen Polyurethanschaumstoffschichten unterschiedlicher Stauchhärte, welche fest miteinander verbunden sind. Die Oberfläche der Liegefläche ist glatt und nicht weiter strukturiert. Die Mittelschicht ist in Querrichtung eingeschnitten. An den seitlichen Liegeflächen ist jeweils eine 11 cm breite Randzonenverstärkung vorhanden. Die Matratze ist mit einem Inkontinenzbezug ausgestattet. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Dekubitusprophylaxe bis zu einem hohen Dekubitusrisiko, Dekubitustherapie. Kontraindikationen: Keine Kontraindikationen bekannt. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: der medizinische Laie (siehe Indikationen) mit einem Körpergewicht zwischen 40 Kilogramm und 140 Kilogramm

Wirkprinzip:	Weichlagerung
Artikelnummer:	04800, 04801, 04802
Größe Matratze (H x B x T):	90 Zentimeter x 190 Zentimeter x 14 Zentimeter (Artikelnummer 04800) 90 Zentimeter x 200 Zentimeter x 14 Zentimeter (Artikelnummer 04801) 100 Zentimeter x 200 Zentimeter x 14 Zentimeter (Artikelnummer 04802)
Gewicht Matratze:	8,9 Kilogramm (Artikelnummer 04800), 8,9 Kilogramm (Artikelnummer 04801), 10,1 Kilogramm (Artikelnummer 04802)
Material Matratze:	Polyurethanschaum
Bezeichnung Bezug:	inkoair Matratzenhülle
Material Bezug:	63% Polyurethan, 37% Polyester
Min. Patientengewicht:	40 Kilogramm
max. Patientengewicht:	140 Kilogramm
Lieferumfang:	1. Matratzenersatzsystem 2. Matratzenhülle inkoair 3. Gebrauchsanweisung (Stand: 2022-02-11 | Version 01)
Wiedereinsatz:	Gemäß Herstellerangaben in der Gebrauchsanweisung muss das vor dem Wiedereinsatz (z. B. bei einem Patientenwechsel) gemäß Kapitel Reinigung/Desinfektion gereinigt und desinfiziert sowie einer Wartung gemäß Kapitel Wartung unterzogen werdenund die festgestellten Defekte/Beschädigungen durch das geeignete Fachpersonal repariert und/oder die zugehörigen Bauteile

Produktmerkmale	
	ausgetauscht werden.
Wartungen:	Durch Hersteller beziehungsweise durch Hersteller autorisierte Personen
Stauchhärte:	Stauchhärte Liegefläche: 3,0 kPa; 40% (ISO 2439), Stauchhärte Basisschicht: 4,0 kPa; 40% (ISO 2439), Stauchhärte Randzone: 4,0 kPa; 40% (ISO 2439)
Raumgewicht:	Raumgewicht Liegefläche: 35 ± 1 kg/m^3, Raumgewicht Basisschicht:32 ± 1 kg/m^3, Raumgewicht Randzone:32 ± 1 kg/m^3

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.05.1020
Bezeichnung:	aks-maxiplot mit aks-proderm Spannbezug
Art.-Nr.:	04002, 04004
Hersteller:	aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH

Produktmerkmale

Weichlagerungsmatratze mit würfelförmig eingeschnittener LIegefläche aus Polyurethanschaum. Die fest miteinander verbundenen Schaumstoffwürfel verfügen über eine abgerundete Oberflächen. Ein Spannbezug umgibt das komplette System. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Körperstamm/Rücken - wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Körperstamm/Rücken (dokumentiertes geringes Dekubitusrisiko) - wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: In Kombination mit einem Pflegebett (EN 60601-2-52) sind die Produkte nur für erwachsene Patienten geeignet, die ein Körpergewicht von mindestens 40 Kilogramm, eine Körpergröße von mindestens 146 Zentimeter, und einem Body-Mass-Index1 (BMI) größer gleich 17 aufweisen. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: der medizinische Laie (siehe Indikationen) mit einem Körpergewicht zwischen 40 Kilogramm und 110 Kilogramm.

Wirkprinzip:	Weichlagerung
Artikelnummer:	04002, 04004
Größe der Matratze (HxBxT):	90 Zentimeter x 200 Zentimeter x 14 Zentimeter (Artikelnummer 04002) 100 Zentimeter x 200 Zentimeter x 14 Zentimeter cm (Artikelnummer 04004)
Matratzengewicht:	6,8 Kilogramm (Artikelnummer 04002) , 7,1 Kilogramm (Artikelnummer 04004)
Material Matratze:	Polyurethanschaum
Bezeichnung Bezug:	aks-inkocover Spannbezug

Produktmerkmale	
Material Bezug:	100 Prozent Polyester mit Polyurethanmembran
Min. Patientengewicht:	40 Kilogramm
max. Patientengewicht:	110 Kilogramm
Lieferumfang:	1. Matratzenersatzsystem 2. aks-inkocover Spannbezug 3. Gebrauchsanweisung (Stand: 2022-02-11 | Version 01)
Wiedereinsatz:	Gemäß Herstellerangaben in der Gebrauchsanweisung muss das vor dem Wiedereinsatz (z. B. bei einem Patientenwechsel) gemäß Kapitel Reinigung/Desinfektion gereinigt und desinfiziert sowie einer Wartung gemäß Kapitel Wartung unterzogen werdenund die festgestellten Defekte/Beschädigungen durch das geeignete Fachpersonal repariert und/oder die zugehörigen Bauteile ausgetauscht werden.
Wartungen:	Durch Hersteller beziehungsweise durch Hersteller autorisierte Personen

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.05.1022
Bezeichnung:	aks-microplot plus mit aks-proderm Spannbezug
Art.-Nr.:	04420, 04421
Hersteller:	aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH

Produktmerkmale

Zweilagige Schaumstoffmatratze. Die würfelförmig, strukturierten Schaumstoffliegefläche ist in eine Schaumstoffwanne eingebettet sind. Die Schaumstoffwanne dient als Basis der Liegefläche und verfügt über einen 10 Zentimeter breiten und 16 Zentimeter hohen rundumlaufenden Randbereich zur Unterstützung bei der Mobilisation von Patienten. Die Matratze wird anstelle der herkömmlichen Matratze verwendet und ist von einem wasserundurchlässigen aber atmungsaktiven Bezug umgeben. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Körperstamm/Rücken - wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Körperstamm/Rücken (dokumentiertes geringes Dekubitusrisiko) - wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: In Kombination mit einem Pflegebett (EN 60601-2-52) sind die Produkte nur für erwachsene Patienten geeignet, die ein Körpergewicht von mindestens 40 Kilogramm, eine Körpergröße von mindestens 146 Zentimeter, und einem Body-Mass-Index1 (BMI) größer gleich 17 aufweisen Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: der medizinische Laie (siehe Indikationen) mit einem Körpergewicht zwischen 40 Kilogramm und 120 Kilogramm.

Wirkprinzip:	Weichlagerung
Artikelnummer:	04420, 04421
Größe der Matratze (HxBxT):	90 Zentimeter x 200 Zentimeter x 16 Zentimeter (Artikelnummer 04420) 100 Zentimeter x 200 Zentimeter x 16 Zentimeter (Artikelnummer 04421)
Matratzengewicht:	8 Kilogramm (Artikelnummer 04420) 10 Kilogramm

Produktmerkmale	
	(Artikelnummer 04421)
Material Matratze:	Polyurethanschaum
Bezeichnung Bezug:	inkoair Matratzenhülle
Material Bezug:	63 Prozent Polyurethan, 37 Prozent Polyester
Min. Patientengewicht:	40 Kilogramm
max. Patientengewicht:	120 Kilogramm
Lieferumfang:	1. Matratze aks-microplot plus 2. Matratzenhülle inkoair 3. Gebrauchsanweisung (Stand: 2022-02-11 | Version 01)
Wiedereinsatz:	Gemäß Herstellerangaben in der Gebrauchsanweisung muss das vor dem Wiedereinsatz (zum Beispiel bei einem Patientenwechsel) gemäß Kapitel Reinigung/Desinfektion gereinigt und desinfiziert sowie einer Wartung gemäß Kapitel Wartung unterzogen werdenund die festgestellten Defekte/Beschädigungen durch das geeignete Fachpersonal repariert und/oder die zugehörigen Bauteile ausgetauscht werden.
Wartungen:	Durch Hersteller beziehungsweise durch Hersteller autorisierte Personen

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.05.1025
Bezeichnung:	aks-memoplot
Art.-Nr.:	04764, 04765, 04777
Hersteller:	aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH

Produktmerkmale

Weichlagerungsmatratze mit unterteilter Liegefläche. Die Weichlagerungsmatratze besteht aus zwei verschiedenen Schaumstoffen. Die Basis ist eine 10 Zentimeter hohe PU-Schaumstoffschicht. Ober- und Unterseite der Basis weisen querverlaufende Einschnitte auf. Die strukturierte (mit Luftkanäle versehene) Liegefläche besteht aus einer viscoelastischen PU-Schaumstoffschicht mit einer Höhe von 4 Zentimeter. Die Matratze ist von einem abnehmbaren Bezug umgeben. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Körperstamm/Rücken - wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist- im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Körperstamm/Rücken (dokumentiertes hohes Dekubitusrisiko) - wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: In Kombination mit einem Pflegebett (EN 60601-2-52) sind die Produkte nur für erwachsene Patienten geeignet, die ein Körpergewicht von mindestens 40 Kilogramm, eine Körpergröße von mindestens 146 Zentimeter, und einem Body-Mass-Index1 (BMI) größer gleich 17 aufweisen. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: der medizinische Laie (siehe Indikationen) mit einem Körpergewicht zwischen 40 Kilogramm und 140 Kilogramm

Wirkprinzip:	Weichlagerung
Artikelnummer:	04764, 04765, 04777
Größe der Matratze (HxBxT):	90 Zentimeter x 190 Zentimeter x 14 Zentimeter (Artikelnummer 04764) 90 Zentimeter x 200 Zentimeter x 14 Zentimeter (Artikelnummer 04765) 100 Zentimeter x 200 Zentimeter x 14 Zentimeter (Artikelnummer 04777)
Matratzengewicht:	8,6 Kilogramm (Artikelnummer 04764) 9,1 Kilogramm

Produktmerkmale	
	(Artikelnummer 04765) 10,1 Kilogramm (Artikelnummer 04777)
Material Matratze:	Polyurethanschaum
Bezeichnung Bezug:	inkoair Matratzenhülle
Material Bezug:	63 Prozent Polyurethan, 37 Prozent Polyester
Min. Patientengewicht:	40 Kilogramm
max. Patientengewicht:	140 Kilogramm
Lieferumfang:	1. Matratze aks-memoplot 2. Matratzenhülle inkoair 3. Gebrauchsanweisung (Stand: 2023-07-12 Version 02)
Wiedereinsatz:	Gemäß Herstellerangaben in der Gebrauchsanweisung muss das vor dem Wiedereinsatz (zum Beispiel bei einem Patientenwechsel) gemäß Kapitel Reinigung/Desinfektion gereinigt und desinfiziert sowie einer Wartung gemäß Kapitel Wartung unterzogen werdenund die festgestellten Defekte/Beschädigungen durch das geeignete Fachpersonal repariert und/oder die zugehörigen Bauteile ausgetauscht werden.
Wartungen:	Durch Hersteller beziehungsweise durch Hersteller autorisierte Personen

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.05.1046
Bezeichnung:	aks-memoplot RV
Art.-Nr.:	04778, 04768, 04769
Hersteller:	aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH

Produktmerkmale

Weichlagerungsmatratze mit unterteilter Liegefläche. Die Weichlagerungsmatratze mit Randzone besteht aus zwei verschiedenen Schaumstoffen. Die Basis ist eine 10 Zentimeter hohe Polyurethan-Schaumstoffschicht. Ober- und Unterseite der Basis weisen querverlaufende Einschnitte auf. Die strukturierte (mit Luftkanäle versehene) Liegefläche besteht aus einer viscoelastischen PU-Schaumstoffschicht mit einer Höhe von 4 Zentimeter. Die Matratze ist von einem abnehmbaren Bezug umgeben. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Körperstamm/Rücken - wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist- im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Körperstamm/Rücken (dokumentiertes hohes Dekubitusrisiko) - wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: In Kombination mit einem Pflegebett (EN 60601-2-52) sind die Produkte nur für erwachsene Patienten geeignet, die ein Körpergewicht von mindestens 40 Kilogramm, eine Körpergröße von mindestens 146 Zentimeter, und einem Body-Mass-Index1 (BMI) größer gleich 17 aufweisen. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: der medizinische Laie (siehe Indikationen) mit einem Körpergewicht zwischen 40 Kilogramm und 140 Kilogramm

Wirkprinzip:	Weichlagerung
Artikelnummer:	04778, 04768, 04769
Größe der Matratze (HxBxT):	90 Zentimeter x 190 Zentimeter x 14 Zentimeter (Artikelnummer 04778) 90 Zentimeter x 200 Zentimeter x 14 Zentimeter (Artikelnummer 04768) 100 Zentimeter x 200 Zentimeter x 14 Zentimeter (Artikelnummer 04769)

Produktmerkmale	
Matratzengewicht:	9 Kilogramm (Artikelnummer 04778) 9,5 Kilogramm (Artikelnummer 04768) 10 Kilogramm (Artikelnummer 04769)
Material Matratze:	Polyurethanschaum
Bezeichnung Bezug:	inkoair Matratzenhülle
Material Bezug:	63 Prozent Polyurethan, 37 Prozent Polyester
Min. Patientengewicht:	40 Kilogramm
max. Patientengewicht:	140 Kilogramm
Lieferumfang:	1. Matratze aks-memoplot RV 2. Matratzenhülle inkoair 3. Gebrauchsanweisung (Stand: 2023-07-12 Version 02)
Wiedereinsatz:	Gemäß Herstellerangaben in der Gebrauchsanweisung muss das vor dem Wiedereinsatz (zum Beispiel bei einem Patientenwechsel) gemäß Kapitel Reinigung/Desinfektion gereinigt und desinfiziert sowie einer Wartung gemäß Kapitel Wartung unterzogen werdenund die festgestellten Defekte/Beschädigungen durch das geeignete Fachpersonal repariert und/oder die zugehörigen Bauteile ausgetauscht werden.
Wartungen:	Durch Hersteller beziehungsweise durch Hersteller autorisierte Personen

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.05.2010
Bezeichnung:	aks-varioplus
Art.-Nr.:	04517, 04518
Hersteller:	aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH

Produktmerkmale

Die Liegefläche besteht aus Polyurethan-Schaumstoffwürfeln die in einen Polyvinylchlorid Steckrahmen eingebttet sind. Der Rahmen dient als Basis für die herausnehmbaren Schaumstoffwürfel der Liegefläche. Die Schaumstoffwürfel (264 bziehungsweise 288 Stück, je nach Matratzengröße) werden über ein spezielles Stecksystem an der Basis reversibel befestigt. Ein individuelles Umsteckend er Würfeln ist möglich. Die Würfelelemente werden in der Reihe nebeneinander und auch hintereinander platziert und bilden so eine strukturierte,individualisierte Liegefläche. Die Matratze wird anstelle der herkömmlichen Matratze verwendet und ist von einem Bezug umgeben. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Körperstamm/Rücken - wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Körperstamm/Rücken (dokumentiertes hohes Dekubitusrisiko) - wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: In Kombination mit einem Pflegebett (EN 60601-2-52) sind die Produkte nur für erwachsene Patienten geeignet, die ein Körpergewicht von min. 40 kg, eine Körpergröße von min. 146 cm, und einem Body-Mass-Index1 (BMI) größer gleich 17 aufweisen. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: Der medizinische Laie (siehe Indikationen) mit einem Körpergewicht zwischen 40 Kilogramm und 120 Kilogramm.

Wirkprinzip:	Weichlagerung, Hohllagerung
Artikelnummer:	04517, 04518
Größe der Matratze (HxBxT):	200 Zentimeter x 90 Zentimeter x 15 Zentimeter (Artikelnummer 04517) 200 Zentimeter x 100 Zentimeter x 15 Zentimeter (Artikelnummer 04518)

Produktmerkmale	
Matratzengewicht:	8,2 Kilogramm (Artikelnummer 04517) 12,4 Kilogramm (Artikelnummer 04518)
Material Matratze:	Polyurethanschaum, Polyvinylchlorid Steckrahmen
Anzahl der austauschbaren Weichlagerungselemente:	264 Weichlagerungselemente (Artikelnummer 04517), 288 Weichlagerungselemente (Artikelnummer 04518)
Größe austauschbare Weichlagerungselemente:	7 Zentimeter x 7 Zentimeter x 13 Zentimeter, 14 Zentimeter,15 Zentimeter
Material Bezug:	63% Polyurethan, 37% Polyester
Min. Patientengewicht:	40 Kilogramm
max. Patientengewicht:	120 Kilogramm
Lieferumfang:	1. Weichlagerungsmatratze aus Schaumstoff 2. Matratzenhülle inkoair 3. Gebrauchsanweisung (Stand: 2022-02-10 | Version 01)
Wartungen:	Durch Hersteller beziehungsweise durch Hersteller autorisierte Personen

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.08.2002
Bezeichnung:	saniflow IV
Art.-Nr.:	21236
Hersteller:	aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH

Produktmerkmale

Großzelliges Antidekubitus-Wechseldrucksystem (Matratzenersatzsystem) mit Statik- und Pflegefunktion. Es funktioniert nach dem Prinzip der intermittierenden Entlastung des Auflagedrucks beim Patienten. Es wird als Matratzenersatzsystem verwendet. Wechseldruckmatratze und Aggregat sind durch zwei Versorgungsschläuche miteinander verbunden. Die Wechseldruckmatratze besteht aus insgesamt 17 großzelligen Luftkammern, die in zwei Luftkammernkreise aufgeteilt sind. Durch die Regeleinheit des Aggregates werden beide Luftkammerkreise alternierend in einem Zyklus von 10 bis 25 Minuten (einstellbar) be- und entlüftet. Der Fülldruck kann manuell an das Patientengewichtangepasst werden. Eine automatische Nachregulierung passt bei wechselnder Belastungssituation (z.B. Positionswechsel) den Druck selbständig an. Die komplette Matratze ist durch einen wasserundurchlässigen Matratzenbezug geschützt. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Dekubitusprophylaxe bis zu einem mittleren Dekubitusrisiko, Dekubitustherapie. Kontraindikationen: akute multiple Traumen, instabile Knochenbrüche, instabile Wirbelsäulenverletzungen oder sonstige Wirbelsäulenerkrankungen. Außerdem dürfen die Produkte nicht bei Patienten mit Wahrnehmungsstörungen verwendet werden. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: der medizinische Laie (siehe Indikationen) mit einem Körpergewicht zwischen 40 Kilogramm und 130 Kilogramm.

Wirkprinzip:	Intermittierende Druckentlastung
Artikelnummer:	21236
Größe der Matratze (HxBxT):	90 Zentimeter x 200 Zentimeter x 17 Zentimeter
Gewicht der Matratze:	8,3 Kilogramm
Größe des Steuergerätes:	28 Zentimeter x 10 Zentimeter x 20,5 Zentimeter
Gewicht Steuergerät:	2,6 Kilogramm
Einstellmöglichkeiten:	Patientengewicht, Statikfunktion, Wechseldruckzyklus, Pflegefunktion
Optischer Alarm:	bei Druckabfall
Akustischer Alarm:	bei Druckabfall
Sonstige Ausstattung:	Schnellentlüftung
Anzahl Luftzellenkomponenten:	17
Anzahl der statischen Kopfzellen:	0
Zykluszeit:	Einstellbar in 4 Stufen: 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten

Produktmerkmale	
	oder 25 Minuten
Größe Luftzellenkomponenten (HxBxT):	13x90x11,8 cm (HxBxT)
Material der Matratze:	84 % Nylon/16 % PVC
Bezeichnung des Bezuges:	Matratzenbezug
Material des Bezuges:	60 % Nylon/40 % PVC
Min. Patientengewicht:	40 Kilogramm
max. Patientengewicht:	130 Kilogramm
Betriebslautstärke:	19 dB (A)
Lieferumfang:	1. Steuergerät incl. Netzanschlusskabel und Schlauchleitungen 2. Wechseldruckmatratzensystem inkl.Schaumstoffunterlage 3. Bezug gemäß o.g. Spezifikation 4. Gebrauchsanweisung (Stand: 2022-01-12 | Version 02)
Wiedereinsatz:	Gemäß Herstellerangaben in der Gebrauchsanweisung muss das vor dem Wiedereinsatz (z. B. bei einem Patientenwechsel) gemäß Kapitel Reinigung/Desinfektion gereinigt und desinfiziert sowie einer Wartung gemäß Kapitel Wartung unterzogen werdenund die festgestellten Defekte/Beschädigungen durch das geeignete Fachpersonal repariert und/oder die zugehörigen Bauteile ausgetauscht werden.
Wartungen:	einmal jährlich durch Hersteller beziehungsweise durch Hersteller autorisierte Personen

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.01.1046
Bezeichnung:	aks-therasit 10
Art.-Nr.:	40405, 40406, 40407, 40408, 40409, 40410, 40411, 40412, 40413, 40414, 40415
Hersteller:	aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH

Produktmerkmale

Dreischichtiges Schaumstoffkissen mit unstrukturierter Sitzfläche. Die Sitzkissenunterseite besteht aus einer 4 Zentimeter hohen Polyurethan-Schaumstoffschicht, die mittlere Schicht ist 3,5 Zentimeter dick mit würfelförmigen Einschnitten, die Sitzfläche ist 2,5 Zentimeter dick, glatt und unstrukturiert. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Gesäß - wenn die Versicherten noch in der Lage sind, zum Beispiel auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Gesäß (dokumentiertes hohes Dekubitusrisiko) - wenn die Versicherten noch in der Lage sind, zum Beispiel auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: -Das Produkt darf nicht bei Patienten mit völlig fehlender Sitzstabilität (z. B. durch eine Amputation) eingesetzt werden. Nichtbeachtung erhöht das beim Verwenden des Produktes stets vorhandene Dekubitusrisiko. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: Medizinischer Laie, siehe Indikation

Wirkprinzip:	Druckentlastung durch Weichlagerung
Artikelnummer:	40405, 40406, 40407, 40408, 40409, 40410, 40411, 40412, 40413, 40414, 40415
Größe Sitzkissen:	Artikelnummer 40405: 50 x 40 x 10 Zentimeter Artikelnummer 40406: 50 x 45 x 10 Zentimeter Artikelnummer 40407: 50 x 50 x 10 Zentimeter Artikelnummer 40408: 55 x 40 x 10 Zentimeter Artikelnummer 40409: 55 x 45 x 10 Zentimeter Artikelnummer 40410: 55 x 50 x 10 Zentimeter Artikelnummer 40411: 40 x 40 x 10 Zentimeter Artikelnummer 40412: 40 x 45 x 10 Zentimeter Artikelnummer 40413: 45 x 45 x 10 Zentimeter Artikelnummer 40414: 35 x 35 x 10 Zentimeter Artikelnummer 40415: 35 x 40 x

Produktmerkmale	
	10 Zentimeter
Kissengewicht:	0,32 bis 0,73 Kilogramm (abhängig von der Größe des Sitzkissens)
Material Kissen:	Polyurethan-Schaumstoff (für alle drei Schichten)
Bezeichnung Bezug:	inkoair® Sitzkissenbezug
Material Bezug:	Oberseite: 63 Prozent Polyurethan, 37 Prozent Polyester Unterseite: 83 Prozent Polyvinylchlorid, 15 Prozent Polyester, 2 Prozent Polyurethan (beschichtet und rutschhemmend)
Min. Patientengewicht:	20 Kilogramm
max. Patientengewicht:	140 Kilogramm
Lieferumfang:	- Sitzkissen gemäß oben genannten Spezifikationen - inkoair Sitzkissenbezug - Gebrauchsanweisung (Version: 01 | 2021-05-19)
Wiedereinsatz:	Gemäß Herstellerangaben in der Gebrauchsanweisung muss das vor dem Wiedereinsatz (z. B. bei einem Patientenwechsel) gemäß Kapitel Reinigung/Desinfektion gereinigt und desinfiziert sowie einer Wartung gemäß Kapitel Wartung unterzogen werden und die festgestellten Defekte/Beschädigungen durch das geeignete Fachpersonal repariert und/oder die zugehörigen Bauteile ausgetauscht werden.
Wartungen:	Durch Hersteller beziehungsweise durch Hersteller autorisierte Personen

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.01.1047
Bezeichnung:	aks-therasit 8
Art.-Nr.:	40400, 40401, 40402, 40403, 40404, 40440, 40441
Hersteller:	aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH

Produktmerkmale

Dreischichtiges Schaumstoffkissen mit unstrukturierter Sitzfläche. Die Sitzkissenunterseite besteht aus einer 3 Zentimeter hohen Polyurethan-Schaumstoffschicht, die mittlere Schicht ist 2,5 Zentimeter dick mit würfelförmigen Einschnitten, die Sitzfläche ist 2,5 Zentimeter dick, glatt und unstrukturiert. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Gesäß - wenn die Versicherten noch in der Lage sind, zum Beispiel auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Gesäß (dokumentiertes hohes Dekubitusrisiko) - wenn die Versicherten noch in der Lage sind, zum Beispiel auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: -Das Produkt darf nicht bei Patienten mit völlig fehlender Sitzstabilität (z. B. durch eine Amputation) eingesetzt werden. Nichtbeachtung erhöht das beim Verwenden des Produktes stets vorhandene Dekubitusrisiko. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: Medizinischer Laie, siehe Indikation

Wirkprinzip:	Druckentlastung durch Weichlagerung
Artikelnummer:	40400, 40401, 40402, 40403, 40404, 40440, 40441
Größe Sitzkissen:	Artikelnummer 40400: 40 x 40 x 8 Zentimeter Artikelnummer 40401: 40 x 45 x 8 Zentimeter Artikelnummer 40402: 45 x 45 x 8 Zentimeter Artikelnummer 40403: 50 x 40 x 8 Zentimeter Artikelnummer 40404: 50 x 45 x 8 Zentimeter Artikelnummer 40440: 35 x 35 x 8 Zentimeter Artikelnummer 40441: 35 x 40 x 8 Zentimeter
Kissengewicht:	0,25 bis 0,46 Kilogramm (abhängig von der Größe des Sitzkissens)
Material Kissen:	Polyurethan-Schaumstoff (für alle drei Schichten)

Produktmerkmale	
Bezeichnung Bezug:	inkoair® Sitzkissenbezug
Material Bezug:	Oberseite: 63 Prozent Polyurethan, 37 Prozent Polyester Unterseite: 83 Prozent Polyvinylchlorid, 15 Prozent Polyester, 2 Prozent Polyurethan (beschichtet und rutschhemmend)
Min. Patientengewicht:	20 Kilogramm
max. Patientengewicht:	80 Kilogramm
Lieferumfang:	- Sitzkissen gemäß oben genannten Spezifikationen - inkoair Sitzkissenbezug - Gebrauchsanweisung (Version: 01 | 2021-05-19)
Wiedereinsatz:	Gemäß Herstellerangaben in der Gebrauchsanweisung muss das vor dem Wiedereinsatz (z. B. bei einem Patientenwechsel) gemäß Kapitel Reinigung/Desinfektion gereinigt und desinfiziert sowie einer Wartung gemäß Kapitel Wartung unterzogen werden und die festgestellten Defekte/Beschädigungen durch das geeignete Fachpersonal repariert und/oder die zugehörigen Bauteile ausgetauscht werden.
Wartungen:	Durch Hersteller beziehungsweise durch Hersteller autorisierte Personen

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.01.3012
Bezeichnung:	aks-variosit 10
Art.-Nr.:	40305, 40306, 40307, 40308, 40309, 40310, 40311, 40312, 40313, 40314, 40315
Hersteller:	aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH

Produktmerkmale

Zweilagiges Schaumstoffkissen mit austauschbaren Elementen, Kaltschaumwürfel, die in ein flexibles Haltegitter eingefügt werden. Die einzelnen Schaumstoffwürfel passen sich jeweils individuell an die Körperform und an das Gewicht an. Der Auflagedruck wird dadurch minimiert. Zur zusätzlichen Druckentlastung können aus den Würfellagen auf der Unterseite einzelne Würfel entnommen werden. Dadurch wird in diesen Stellen eine indirekte Hohllagerung herbeigeführt. Die gefährdete bzw. betroffene Körperstelle wird so entlastet. Die Entnahme der Würfel ist reversibel, d.h. die entnommenen Würfel können jederzeit in das Kissen eingefügt werden. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) bis voll ausgeprägte Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Gesäß - wenn die Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen und - wenn besonders druckexponierte Bereiche (zum Beispiel Knochenvorsprünge bei Kachexie) gesondert druckreduziert positioniert werden müssen - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Gesäß (dokumentiertes hohes Dekubitusrisiko) - wenn die Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen und - wenn besonders druckexponierte Bereiche (zum Beispiel Knochenvorsprünge bei Kachexie) gesondert druckreduziert positioniert werden müssen - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: - Das Produkt darf nicht bei Patienten mit völlig fehlender Sitzstabilität (z. B. durch eine Amputation) eingesetzt werden. Nichtbeachtung erhöht das beim Verwenden des Produktes stets vorhandene Dekubitusrisiko. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: Medizinischer Laie, siehe Indikation

Wirkprinzip:	Druckentlastung durch Weichlagerung und Freilagerung
Artikelnummer:	40305, 40306, 40307, 40308, 40309, 40310, 40311, 40312, 40313, 40314, 40315
Größe der Kissen:	Artikelnummer 40305: 50 x 40 x 10 Zentimeter Artikelnummer

Produktmerkmale	
	40306: 50 x 45 x 10 Zentimeter Artikelnummer 40307: 50 x 50 x 10 Zentimeter Artikelnummer 40308: 55 x 40 x 10 Zentimeter Artikelnummer 40309: 55 x 45 x 10 Zentimeter Artikelnummer 40310: 55 x 50 x 10 Zentimeter Artikelnummer 40311: 40 x 40 x 10 Zentimeter Artikelnummer 40312: 40 x 45 x 10 Zentimeter Artikelnummer 40313: 45 x 45 x 10 Zentimeter Artikelnummer 40314: 35 x 35 x 10 Zentimeter Artikelnummer 40315: 35 x 40 x 10 Zentimeter
Kissengewicht:	0,59 bis 1,32 Kilogramm (abhängig von der Größe des Sitzkissens)
Anzahl der austauschbaren Weichlagerungselemente: XX - XY (abhängig von der Größe des Sitzkissen):	49 bis 110 Stück
Größe austauschbare Weichlagerungselemente:	5 x 5 x 6 Zentimeter
Material Kissen:	Polyurethan-Schaumstoff und Polyvinylchlorid (Gitter)
Bezeichnung Bezug:	inkoair® Sitzkissenbezug
Material Bezug:	Oberseite: 63% Polyurethan, 37% Polyester Unterseite: 83% PVC, 15% PES, 2% PU (beschichtet und rutschhemmend)
Min. Patientengewicht:	70 Kilogramm
max. Patientengewicht:	130 Kilogramm
Lieferumfang:	- Sitzkissen gemäß oben genannter Spezifikationen - inkoair Sitzkissenbezug - Gebrauchsanweisung (Version: z4200204_GA_Decu_variosit_210525_DE)
Wiedereinsatz:	nach entsprechender Aufbereitung möglich
Wartungen:	laut Herstellerangabe regelmäßige Wartungen

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.01.3013
Bezeichnung:	aks-variosit 8
Art.-Nr.:	40300, 40301, 40302, 40303, 40304, 40340, 40341
Hersteller:	aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH

Produktmerkmale

Zweilagiges Schaumstoffkissen mit austauschbaren Elementen, Kaltschaumwürfel, die in ein flexibles Haltegitter eingefügt werden. Die einzelnen Schaumstoffwürfel passen sich jeweils individuell an die Körperform und an das Gewicht an. Der Auflagedruck wird dadurch minimiert. Zur zusätzlichen Druckentlastung können aus den Würfellagen auf der Unterseite einzelne Würfel entnommen werden. Dadurch wird in diesen Stellen eine indirekte Hohllagerung herbeigeführt. Die gefährdete bzw. betroffene Körperstelle wird so entlastet. Die Entnahme der Würfel ist reversibel, d.h. die entnommenen Würfel können jederzeit in das Kissen eingefügt werden. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) bis voll ausgeprägte Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Gesäß - wenn die Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen und - wenn besonders druckexponierte Bereiche (zum Beispiel Knochenvorsprünge bei Kachexie) gesondert druckreduziert positioniert werden müssen - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Gesäß (dokumentiertes hohes Dekubitusrisiko) - wenn die Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen und - wenn besonders druckexponierte Bereiche (zum Beispiel Knochenvorsprünge bei Kachexie) gesondert druckreduziert positioniert werden müssen - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: - Das Produkt darf nicht bei Patienten mit völlig fehlender Sitzstabilität (z. B. durch eine Amputation) eingesetzt werden. Nichtbeachtung erhöht das beim Verwenden des Produktes stets vorhandene Dekubitusrisiko. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: Medizinischer Laie, siehe Indikation

Wirkprinzip:	Druckentlastung durch Weichlagerung und Freilagerung
Artikelnummer:	40300, 40301, 40302, 40303, 40304, 40340, 40341
Größe der Kissen:	Artikelnummer 40300: 40 x 40 x 8 Zentimeter Artikelnummer 40301: 40 x 45 x 8 Zentimeter Artikelnummer 40302: 45 x 45

Produktmerkmale	
	x 8 Zentimeter Artikelnummer 40303: 50 x 40 x 8 Zentimeter Artikelnummer 40304: 50 x 45 x 8 Zentimeter Artikelnummer 40340: 35 x 35 x 8 Zentimeter Artikelnummer 40341: 35 x 40 x 8 Zentimeter
Kissengewicht:	0,46 bis 0,89 Kilogramm (abhängig von der Größe des Sitzkissens)
Anzahl der austauschbaren Weichlagerungselemente: XX - XY (abhängig von der Größe des Sitzkissen):	49 bis 90 Stück
Größe austauschbare Weichlagerungselemente:	5 x 5 x 6 Zentimeter
Material Kissen:	Polyurethan-Schaumstoff und Polyvinylchlorid (Gitter)
Bezeichnung Bezug:	inkoair® Sitzkissenbezug
Material Bezug:	Oberseite: 63% Polyurethan, 37% Polyester Unterseite: 83% PVC, 15% PES, 2% PU (beschichtet und rutschhemmend)
Min. Patientengewicht:	20 Kilogramm
max. Patientengewicht:	80 Kilogramm
Lieferumfang:	- Sitzkissen gemäß oben genannter Spezifikationen - inkoair Sitzkissenbezug - Gebrauchsanweisung (Version: z4200204_GA_Decu_variosit_210525_DE)
Wiedereinsatz:	nach entsprechender Aufbereitung möglich
Wartungen:	laut Herstellerangabe regelmäßige Wartungen

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.01.3015
Bezeichnung:	aks-variosit memo 8
Art.-Nr.:	40500, 40501, 40502, 40503, 40504, 40505, 40506
Hersteller:	aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH

Produktmerkmale

Zweilagiges Schaumstoffkissen mit austauschbaren Elementen, Kaltschaumwürfel, die in ein flexibles Haltegitter eingefügt werden. Aus der Würfellage auf der Unterseite können einzelne Würfel entnommen und wieder eingefügt werden. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) bis voll ausgeprägte Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Gesäß - wenn die Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen und - wenn besonders druckexponierte Bereiche (zum Beispiel Knochenvorsprünge bei Kachexie) gesondert druckreduziert positioniert werden müssen - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Gesäß (dokumentiertes hohes Dekubitusrisiko) - wenn die Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen und - wenn besonders druckexponierte Bereiche (zum Beispiel Knochenvorsprünge bei Kachexie) gesondert druckreduziert positioniert werden müssen - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: - Das Produkt darf nicht bei Patienten mit völlig fehlender Sitzstabilität (z. B. durch eine Amputation) eingesetzt werden. Nichtbeachtung erhöht das beim Verwenden des Produktes stets vorhandene Dekubitusrisiko. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: Medizinischer Laie, siehe Indikation

Wirkprinzip:	Druckentlastung durch Weichlagerung und Freilagerung
Artikelnummer:	40500, 40501, 40502, 40503, 40504, 40505, 40506
Größe der Kissen:	Artikelnummer 40500: 35 x 35 x 8 Zentimeter Artikelnummer 40501: 35 x 40 x 8 Zentimeter Artikelnummer 40502: 40 x 40 x 8 Zentimeter Artikelnummer 40503: 40 x 45 x 8 Zentimeter Artikelnummer 40504: 45 x 45 x 8 Zentimeter

Produktmerkmale	
	Artikelnummer 40505: 50 x 40 x 8 Zentimeter Artikelnummer 40506: 50 x 45 x 8 Zentimeter
Kissengewicht:	0,60 bis 1,10 Kilogramm (abhängig von der Größe des Sitzkissens)
Anzahl der austauschbaren Weichlagerungselemente: XX - XY (abhängig von der Größe des Sitzkissen):	49 bis 90 Stück
Größe austauschbare Weichlagerungselemente:	5 x 5 x 6 Zentimeter
Material Kissen:	Polyurethan-Schaumstoff und Polyvinylchlorid (Gitter)
Bezeichnung Bezug:	inkoair® Sitzkissenbezug
Material Bezug:	Oberseite: 63 Prozent Polyurethan, 37 Prozent Polyester Unterseite: 83 Prozent Polyvinylchlorid, 15 Prozent Polyester, 2 Prozent Polyurethan (beschichtet und rutschhemmend)
Min. Patientengewicht:	20 Kilogramm
max. Patientengewicht:	80 Kilogramm
Lieferumfang:	- Sitzkissen gemäß oben genannter Spezifikationen - inkoair Sitzkissenbezug - Gebrauchsanweisung (Version: 01 | 2021-05-19)
Wiedereinsatz:	Gemäß Herstellerangaben in der Gebrauchsanweisung muss das vor dem Wiedereinsatz (z. B. bei einem Patientenwechsel) gemäß Kapitel Reinigung/Desinfektion gereinigt und desinfiziert sowie einer Wartung gemäß Kapitel Wartung unterzogen werden und die festgestellten Defekte/Beschädigungen durch das geeignete Fachpersonal repariert und/oder die zugehörigen Bauteile ausgetauscht werden.
Wartungen:	Durch Hersteller beziehungsweise durch Hersteller autorisierte Personen

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.01.3016
Bezeichnung:	aks-variosit memo 10
Art.-Nr.:	40507, 40508, 40509, 40510, 40511, 40512, 40513, 40514, 40515, 40516, 40517
Hersteller:	aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH

Produktmerkmale

Zweilagiges Schaumstoffkissen mit austauschbaren Elementen, Kaltschaumwürfel, die in ein flexibles Haltegitter eingefügt werden. Aus der Würfellage auf der Unterseite können einzelne Würfel entnommen und wieder eingefügt werden. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) bis voll ausgeprägte Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Gesäß - wenn die Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen und - wenn besonders druckexponierte Bereiche (zum Beispiel Knochenvorsprünge bei Kachexie) gesondert druckreduziert positioniert werden müssen - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Gesäß (dokumentiertes hohes Dekubitusrisiko) - wenn die Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen und - wenn besonders druckexponierte Bereiche (zum Beispiel Knochenvorsprünge bei Kachexie) gesondert druckreduziert positioniert werden müssen - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: - Das Produkt darf nicht bei Patienten mit völlig fehlender Sitzstabilität (z. B. durch eine Amputation) eingesetzt werden. Nichtbeachtung erhöht das beim Verwenden des Produktes stets vorhandene Dekubitusrisiko. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: Medizinischer Laie, siehe Indikation

Wirkprinzip:	Druckentlastung durch Weichlagerung und Freilagerung
Artikelnummer:	40507, 40508, 40509, 40510, 40511, 40512, 40513, 40514, 40515, 40516, 40517
Größe der Kissen:	Artikelnummer 40507: 35 x 35 x 10 Zentimeter Artikelnummer 40508: 35 x 40 x 10 Zentimeter Artikelnummer 40509: 40 x 40 x 10 Zentimeter Artikelnummer 40510: 40 x 45 x 10 Zentimeter Artikelnummer 40511: 45 x 45 x 10 Zentimeter

Produktmerkmale	
	Artikelnummer 40512: 50 x 40 x 10 Zentimeter Artikelnummer 40513: 50 x 45 x 10 Zentimeter Artikelnummer 40514: 50 x 50 x 10 Zentimeter Artikelnummer 40515: 55 x 40 x 10 Zentimeter Artikelnummer 40516: 55 x 45 x 10 Zentimeter Artikelnummer 40517: 55 x 50 x 10 Zentimeter
Kissengewicht:	0,70 bis 1,60 Kilogramm (abhängig von der Größe des Sitzkissens)
Anzahl der austauschbaren Weichlagerungselemente: XX - XY (abhängig von der Größe des Sitzkissen):	49 bis 110 Stück
Größe austauschbare Weichlagerungselemente:	5 x 5 x 6 Zentimeter
Material Kissen:	Polyurethan-Schaumstoff und Polyvinylchlorid (Gitter)
Bezeichnung Bezug:	inkoair® Sitzkissenbezug
Material Bezug:	Oberseite: 63 Prozent Polyurethan, 37 Prozent Polyester Unterseite: 83 Prozent Polyvinylchlorid, 15 Prozent Polyester, 2 Prozent Polyurethan (beschichtet und rutschhemmend)
Min. Patientengewicht:	20 Kilogramm
max. Patientengewicht:	140 Kilogramm
Lieferumfang:	- Sitzkissen gemäß oben genannter Spezifikationen - inkoair Sitzkissenbezug - Gebrauchsanweisung (Version: 01 | 2021-05-19)
Wiedereinsatz:	Gemäß Herstellerangaben in der Gebrauchsanweisung muss das vor dem Wiedereinsatz (z. B. bei einem Patientenwechsel) gemäß Kapitel Reinigung/Desinfektion gereinigt und desinfiziert sowie einer Wartung gemäß Kapitel Wartung unterzogen werden und die festgestellten Defekte/Beschädigungen durch das geeignete Fachpersonal repariert und/oder die zugehörigen Bauteile ausgetauscht werden.
Wartungen:	Durch Hersteller beziehungsweise durch Hersteller autorisierte Personen

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.02.0009
Bezeichnung:	aks-gelsit
Art.-Nr.:	04150, 04151
Hersteller:	aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH

Produktmerkmale	
Einschichtiges Kissen aus Vollgel inklusive Bezug. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/Druckgeschwür am Gesäß (dokumentiertes geringes Dekubitusrisiko) - wenn die Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses Kontraindikationen: - Die Produkte dürfen nicht bei Patienten mit völlig fehlender Sitzstabilität (z. B. durch eine Amputation) eingesetzt werden. Nichtbeachtung erhöht das beim Verwenden des Produktes stets vorhandene Dekubitusrisiko. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: Medizinischer Laie, siehe Indikation	
Wirkprinzip:	Druckentlastung durch Weichlagerung
Artikelnummer:	04150, 04151
Größe der Kissen:	Artikelnummer 04150: 40 x 40 x 2,5 Zentimeter Artikelnummer 04151: 42 x 45 x 2,5 Zentimeter
Material Kissen:	Polyurethan-Gel, Polyurethan-Folie
Bezeichnung Bezug:	inkoair® Sitzkissenbezug
Material Bezug:	Oberseite: 63 Prozent Polyurethan, 37 Prozent Polyester Unterseite: 83 Prozent Polyvinylchlorid, 15 Prozent Polyester, 2 Prozent Polyurethan (beschichtet und rutschhemmend)
Min. Patientengewicht:	40 Kilogramm
max. Patientengewicht:	100 Kilogramm
Lieferumfang:	- Sitzkissen gemäß oben genannter Spezifikationen - inkoair Sitzkissenbezug - Gebrauchsanweisung (Version: 01 | Stand: 2022-03-03)
Wiedereinsatz:	Gemäß Herstellerangaben in der Gebrauchsanweisung muss das vor dem Wiedereinsatz (z. B. bei einem Patientenwechsel) gemäß Kapitel Reinigung/Desinfektion gereinigt und desinfiziert sowie einer Wartung gemäß Kapitel Wartung unterzogen werden und die festgestellten Defekte/Beschädigungen durch das geeignete Fachpersonal repariert und/oder die zugehörigen Bauteile

Produktmerkmale	
	ausgetauscht werden.
Wartungen:	Durch Hersteller beziehungsweise durch Hersteller autorisierte Personen

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.03.3011
Bezeichnung:	Rolko AIRPAD
Art.-Nr.:	SK-AIR-380/400/430x400x80-S, SK-AIR-450x400/450x80-S, SK-AIR-480x430x80-S
Hersteller:	Rolko Kohlgrüber GmbH

Produktmerkmale

Kombiniertes Schaumstoff-Luftkissen als Sitzhilfe, welches auf die Sitzflächegelegt wird. 1-Kammer-Schaumstoffkissen, das mit Luft befüllt werden kann. Das Sitzkissen ist von einem Bezug umgeben. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Prophylaxe und Therapie des Dekubitus Die Kontraindikationen/Ausschlusskriterien: Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Das Kissen darf nicht von Benutzern mit einem Gewicht von über 150 Kilogramm oder unter 30 Kilogramm verwendet werden. Bei Sitzunfähigkeit darf das Kissen nicht verwendet werden. Es dürfen keine zusätzlichen Kissen oder andere Kissenbezüge in Kombination verwendet werden. Inkontinente Patienten dürfen das Kissen nur mit dem optimalen Inkontinenzbezug verwenden. Sobald Hautrötungen oder andere Schädigungen beim Benutzer auftreten, die nicht innerhalb kurzer Zeit nach Entlastung der geschädigten Hautpartien verschwinden, sollte das Kissen nicht mehr verwendet werden. Konsultieren Sie in dem Fall Ihren Arzt, Therapeuten oder das Sanitätshaus. Zielgruppe: der medizinische Laie (siehe Indikationen) mit einem Gewicht von 30 bis 150 Kilogramm.

Wirkprinzip:	Druckverteilung
Artikelnummer:	SK-AIR-380/400/430x400x80-S, SK-AIR-450x400/450x80-S, SK-AIR-480x430x80-S
Größe Kissen (B x T x H):	38 Zentimeter x 40 Zentimeter , Höhe 8 cm 40 Zentimeter x 40 Zentimeter,Höhe 8 cm 43 Zentimeter x 40 Zentimeter , Höhe 8 cm 45 Zentimeter x 40 Zentimeter,Höhe 8 cm 45 Zentimeter x 45 Zentimeter, Höhe 8 cm 48 Zentimeter x 43 Zentimeter Höhe 8 cm
Gewicht Kissen:	0,68 Kilogramm bis 0,88 Kilogramm
Material Kissen:	1-Kammer-Luftkissen: 75% Polyester, 25% Thermoplastisches Polyurethan Schaumstoff: 100% Polyurethan memory foam
Bezeichnung Bezug:	Standardbezug
Material Bezug:	Polyester
Min. Patientengewicht:	30 Kilogramm
max. Patientengewicht:	150 Kilogramm
Lieferumfang:	1 Sitzkissen 1 Abnehmbarer Standardbezug 1 Gebrauchsanweisung (2024-04-11 | Rev. 13)

Produktmerkmale	
Wiedereinsatz:	gemäß Herstellerangabe nach entsprechender Reinigung möglich
Wartungen:	keine Angaben

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.04.0002
Bezeichnung:	Stimulite Anti-Dekubitus-Sitzkissen Contoured
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Supracor, Inc

Produktmerkmale	
Beschreibung: Das Sitzkissen besteht aus einem mehrlagigen Wabenkörper und ist anatomisch ausgeformt. Gemäß Herstellerangaben ermög-licht die Sitzmulde eine Positionierung der Hüften und ist durch einen weicheren Bereich, welcher die Sitzknochen um-schließt, prophylaktisch wirksam. Dieser weichere Bereich geht sukzessive in festere Waben über, so dass der Druck an den Sitzknochen vermindert wird. Eine Beinführung ist in die anatmomische Form integriert. Das Kissen hat einen per-forierten Wabenkörper zur Luftzirkulation und Vermeidung von Feuchtigkeit. Das gesamte Kissen ist mit einem atmungsakti-ven Bezug umgeben. Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe: Gemäß Herstellerangabe dienen die Sitzkissen der Druckent-lastung zur Vorbeugung gegen Dekubitus bei Personen, die wegen Lähmung aufgrund unterschiedlichster Krankheitsbilder auf die Benutzung eines Rollstuhls angewiesen sind. Ausschlusskriterien / Kontraindikation gemäß Herstelleran-gabe: Gemäß Herstellerangabe sind keine Kontraindikationen be-kannt. Es bestehen keine Anwendungseinschränkungen für die Anwendung im Rollstuhl. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe: keine	
Artikelnummer:	CD1414, CD1416, CD1418, CD1614, CD1616, CD1618, CD1620, CD1816, CD1818, CD1820, CD2016, CD2018, CD2020
Größe Kissen (B x T x H):	36 cm x 36 cm x 8 cm 36 cm x 41 cm x 8 cm 36 cm x 46 cm x 8 cm 41 cm x 36 cm x 8 cm 41 cm x 41 cm x 8 cm 41 cm x 46 cm x 8 cm 41 cm x 51 cm x 8 cm 46 cm x 51 cm x 8 cm 46 cm x 46 cm x 8 cm 46 cm x 51 cm x 8 cm 51 cm x 41 cm x 8 cm 51 cm x 46 cm x 8 cm 51 cm x 51 cm x 8 cm 56 cm x 46 cm x 8 cm 56 cm x 51 cm x 8 cm
Gewicht Kissen:	ca. 1,5 kg
Material Kissen:	Wabenförmige Polyurethanfolie
Bezeichnung Bezug:	Contoured-Bezug
Material Bezug:	Codura Polyamid
Min. Patientengewicht:	keines
max. Patientengewicht:	115 kg
Lieferumfang:	1. Sitzkissen gemäß o.g Spezi- fikation 2. Atmungsaktiver Bezug
Wiederseinsatz:	möglich nach Reinigung und Des- infektion

Produktmerkmale	
Wartungen:	keine
Besonderheiten:	entfällt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.04.0003
Bezeichnung:	Stimulite Anti-Dekubitus-Sitzkissen Classic
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Supracor, Inc

Produktmerkmale

Beschreibung: Das Sitzkissen besteht aus einem perforiertem Wabenkörper, welcher aus wabenförmig angeordnet Polyurethanfolie geformt wird. Durch die Verwendung bei unterschiedlich fester Lagen des Wabenkörpers sinken - so die Herstellerangaben - die Sitzknochen in das Kissen ein und unterstützen den Körper. Das Kissen ist nicht anatomisch ausgeformt und bietet eine glatte Sitzoberfläche. Das gesamte Kissen ist von einem atmungsaktiven Bezug mit seitlichen Öffnungen umgeben. Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe: Gemäß Herstellerangabe dienen die Sitzkissen der Druckentlastung zur Vorbeugung gegen Dekubitus bei Personen, die wegen Lähmung aufgrund unterschiedlichster Krankheitsbilder auf die Benutzung eines Rollstuhls angewiesen sind. Ausschlusskriterien / Kontraindikation gemäß Herstellerangabe: Gemäß Herstellerangabe sind keine Kontraindikationen bekannt. Es bestehen keine Anwendungseinschränkungen für die Anwendung im Rollstuhl. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe: keine

Artikelnummer:	CL1414, CL1416, CL1418, CL1614, CL1616, CL1618, CL1620, CL1816, CL1818, CL1820, CL2016, CL2018, CL2020, CL1822, CL2218, CL2416, CL2418
Größe Kissen (B x T x H):	36 cm x 36 cm x 8 cm 36 cm x 41 cm x 8 cm 36 cm x 46 cm x 8 cm 41 cm x 36 cm x 8 cm 41 cm x 41 cm x 8 cm 41 cm x 46 cm x 8 cm 41 cm x 51 cm x 8 cm 46 cm x 51 cm x 8 cm 46 cm x 46 cm x 8 cm 46 cm x 51 cm x 8 cm 51 cm x 41 cm x 8 cm 51 cm x 46 cm x 8 cm 51 cm x 51 cm x 8 cm 56 cm x 46 cm x 8 cm 56 cm x 51 cm x 8 cm 46 cm x 56 cm x 8 cm 56 cm x 46 cm x 8 cm 61 cm x 41 cm x 8 cm 61 cm x 46 cm x 8 cm
Gewicht Kissen:	ca. 1,5 - 2 kg
Material Kissen:	Wabenförmige Polyurethanfolie
Bezeichnung Bezug:	Contoured-Bezug
Material Bezug:	Codura Polyamid
Min. Patientengewicht:	keines
max. Patientengewicht:	130 kg
Lieferumfang:	1. Sitzkissen gemäß o.g Spezi- fikation 2. Atmungsaktiver Bezug
Wiederseinsatz:	möglich nach Reinigung und Des- infektion
Wartungen:	keine

Produktmerkmale	
Besonderheiten:	entfällt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.04.0004
Bezeichnung:	Stimulite Anti-Dekubitus-Sitzkissen Slimline
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Supracor, Inc

Produktmerkmale

Beschreibung: Das Sitzkissen besteht aus einem mehrlagigen Wabenkörper und ist anatomisch ausgeformt. Gemäß Herstellerangaben ermög-licht die Sitzmulde eine Positionierung der Hüften und ist durch einen weicheren Bereich, welcher die Sitzknochen um-schließt, prophylaktisch wirksam. Dieser weichere Bereich geht sukzessive in festere Waben über, so dass der Druck an den Sitzknochen vermindert wird. Eine Beinführung ist in die anatmomische Form integriert. Das Kissen hat einen per-forierten Wabenkörper zur Luftzirkulation und Vermeidung von Feuchtigkeit. Das gesamte Kissen ist mit einem atmungsakti-ven Bezug umgeben. Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe: Gemäß Herstellerangabe dienen die Sitzkissen der Druckent-lastung zur Vorbeugung gegen Dekubitus bei Personen, die wegen Lähmung aufgrund unterschiedlichster Krankheitsbilder auf die Benutzung eines Rollstuhls angewiesen sind. Ausschlusskriterien / Kontraindikation gemäß Herstelleran-gabe: Gemäß Herstellerangabe sind keine Kontraindikationen be-kannt. Es bestehen keine Anwendungseinschränkungen für die Anwendung im Rollstuhl. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe: keine

Artikelnummer:	SM1414, SM1416, SM1418, SM1614, SM1616, SM1618, SM1620, SM1814, SM1816, SM1820, SM1818, SM2018, SM2020, SM2016
Größe Kissen (B x T x H):	36 cm x 36 cm x 6 cm 36 cm x 41 cm x 6 cm 36 cm x 46 cm x 6 cm 41 cm x 36 cm x 6 cm 41 cm x 41 cm x 6 cm 41 cm x 46 cm x 6 cm 41 cm x 51 cm x 6 cm 46 cm x 51 cm x 6 cm 46 cm x 46 cm x 6 cm 46 cm x 51 cm x 6 cm 51 cm x 41 cm x 6 cm 51 cm x 46 cm x 6 cm 51 cm x 51 cm x 6 cm 56 cm x 46 cm x 6 cm 56 cm x 51 cm x 6 cm
Gewicht Kissen:	ca. 1,4 kg
Material Kissen:	Wabenförmige Polyurethanfolie
Bezeichnung Bezug:	Slimline-Bezug
Material Bezug:	Codura Polyamid
Min. Patientengewicht:	keines
max. Patientengewicht:	80 kg
Lieferumfang:	1. Sitzkissen gemäß o.g Spezi- fikation 2. Atmungsaktiver Bezug
Wiedereinsatz:	möglich nach Reinigung und Des- infektion

Produktmerkmale	
Wartungen:	keine
Besonderheiten:	entfällt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.04.0005
Bezeichnung:	Stimulite Anti-Dekubitus-Sitzkissen Slimline Sling
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Supracor, Inc

Produktmerkmale

Beschreibung: Das Sitzkissen besteht aus einem mehrlagigen Wabenkörper und ist anatomisch ausgeformt. Gemäß Herstellerangaben ermög-licht die Sitzmulde eine Positionierung der Hüften und ist durch einen weicheren Bereich, welcher die Sitzknochen um-schließt, prophylaktisch wirksam. Dieser weichere Bereich geht sukzessive in festere Waben über, so dass der Druck an den Sitzknochen vermindert wird. Eine Beinführung ist in die anatmomische Form integriert. Das Kissen hat einen per-forierten Wabenkörper zur Luftzirkulation und Vermeidung von Feuchtigkeit. Das gesamte Kissen ist mit einem atmungsakti-ven Bezug umgeben. Die Unterseite des Kissens ist abgrundet, so dass das Kissen auf einer Rollstuhlhängematte nicht durchängt. Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe: Gemäß Herstellerangabe dienen die Sitzkissen der Druckent-lastung zur Vorbeugung gegen Dekubitus bei Personen, die wegen Lähmung aufgrund unterschiedlichster Krankheitsbilder auf die Benutzung eines Rollstuhls angewiesen sind. Ausschlusskriterien / Kontraindikation gemäß Herstelleran-gabe: Gemäß Herstellerangabe sind keine Kontraindikationen be-kannt. Es bestehen keine Anwendungseinschränkungen für die Anwendung im Rollstuhl. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe: keine

Artikelnummer:	SM1414S, SM1416S, SM1616S, SM1618S SM1816S, SM1818S, SM1820S, SM2018S
Größe Kissen (B x T x H):	36 cm x 36 cm x 6 cm 36 cm x 41 cm x 6 cm 41 cm x 41 cm x 6 cm 41 cm x 46 cm x 6 cm 46 cm x 41 cm x 6 cm 46 cm x 46 cm x 6 cm 46 cm x 51 cm x 6 cm 51 cm x 46 cm x 6 cm
Gewicht Kissen:	ca. 1,4 kg
Material Kissen:	Wabenförmige Polyurethanfolie
Bezeichnung Bezug:	Slimline-Bezug
Material Bezug:	Codura Polyamid
Min. Patientengewicht:	keines
max. Patientengewicht:	80 kg
Lieferumfang:	1. Sitzkissen gemäß o.g Spezi- fikation 2. Atmungsaktiver Bezug
Wiedereinsatz:	möglich nach Reinigung und Des- infektion
Wartungen:	keine
Besonderheiten:	entfällt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.04.0006
Bezeichnung:	Stimulite Anti-Dekubitus-Sitzkissen Slimline XS (extra sensitive)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Supracor, Inc

Produktmerkmale

Beschreibung: Das Sitzkissen besteht aus einem mehrlagigen Wabenkörper und ist anatomisch ausgeformt. Gemäß Herstellerangaben ermög-licht die Sitzmulde eine Positionierung der Hüften und ist durch einen weicheren Bereich, welcher die Sitzknochen um-schließt, prophylaktisch wirksam. Dieser weichere Bereich geht sukzessive in festere Waben über, so dass der Druck an den Sitzknochen vermindert wird. Eine Beinführung ist in die anatmomische Form integriert. Das Kissen hat einen per-forierten Wabenkörper zur Luftzirkulation und Vermeidung von Feuchtigkeit. Das gesamte Kissen ist mit einem atmungsakti-ven Bezug umgeben. Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe: Gemäß Herstellerangabe dienen die Sitzkissen der Druckent-lastung zur Vorbeugung gegen Dekubitus bei Personen, die wegen Lähmung aufgrund unterschiedlichster Krankheitsbilder auf die Benutzung eines Rollstuhls angewiesen sind. Ausschlusskriterien / Kontraindikation gemäß Herstelleran-gabe: Gemäß Herstellerangabe sind keine Kontraindikationen be-kannt. Es bestehen keine Anwendungseinschränkungen für die Anwendung im Rollstuhl. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe: keine

Artikelnummer:	SMXS1414, SMXS1416, SMXS1418, SMXS1614, SMXS1616, SMXS1618, SMXS1620, SMXS1814, SMXS1816, SMXS1820, SMXS1818, SMXS2018, SMXS2020, SMXS2016
Größe Kissen (B x T x H):	36 cm x 36 cm x 6 cm 36 cm x 41 cm x 6 cm 36 cm x 46 cm x 6 cm 41 cm x 36 cm x 6 cm 41 cm x 41 cm x 6 cm 41 cm x 46 cm x 6 cm 41 cm x 51 cm x 6 cm 46 cm x 51 cm x 6 cm 46 cm x 46 cm x 6 cm 46 cm x 51 cm x 6 cm 51 cm x 41 cm x 6 cm 51 cm x 46 cm x 6 cm 51 cm x 51 cm x 6 cm 56 cm x 46 cm x 6 cm 56 cm x 51 cm x 6 cm
Gewicht Kissen:	ca. 1,4 kg
Material Kissen:	Wabenförmige Polyurethanfolie
Bezeichnung Bezug:	Slimline-Bezug
Material Bezug:	Codura Polyamid
Min. Patientengewicht:	keines
max. Patientengewicht:	68 kg
Lieferumfang:	1. Sitzkissen gemäß o.g Spezi- fikation 2. Atmungsaktiver Bezug
Wiedereinsatz:	möglich nach Reinigung und Des- infektion

Produktmerkmale	
Wartungen:	keine
Besonderheiten:	entfällt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.04.0007
Bezeichnung:	Stimulite Anti-Dekubitus-Sitzkissen Corbee
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Supracor, Inc

Produktmerkmale

Beschreibung: Das Sitzkissen besteht aus einem perforiertem Wabenkörper, welcher aus wabenförmig angeordnet Polyurethanfolie geformt wird. Durch die Verwendung bei unterschiedlich fester Lagen des Wabenkörpers sinken - so die Herstellerangaben - die Sitzknochen in das Kissen ein und unterstützen den Körper. Das Kissen ist nicht anatomisch ausgeformt und bietet eine glatte Sitzoberfläche. Das gesamte Kissen ist von einem atmungsaktiven Bezug mit seitlichen Öffnungen umgeben. Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe: Gemäß Herstellerangabe dienen die Sitzkissen der Druckent-lastung zur Vorbeugung gegen Dekubitus bei Personen, die wegen Lähmung aufgrund unterschiedlichster Krankheitsbilder auf die Benutzung eines Rollstuhls angewiesen sind. Ausschlusskriterien / Kontraindikation gemäß Herstelleran-gabe: Gemäß Herstellerangabe sind keine Kontraindikationen be-kannt. Es bestehen keine Anwendungseinschränkungen für die Anwendung im Rollstuhl. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe: keine

Artikelnummer:	PD1010, PD1212, PD1214, PD1214 PD1216, PD1412 PD1414, PD1614
Größe Kissen (B x T x H):	26 cm x 26 cm x 5 cm 31 cm x 31 cm x 5 cm 31 cm x 36 cm x 5 cm 31 cm x 41 cm x 5 cm 36 cm x 31 cm x 5 cm 36 cm x 36 cm x 5 cm 41 cm x 36 cm x 5 cm
Gewicht Kissen:	ca. 0,5 - 1 kg
Material Kissen:	Wabenförmige Polyurethanfolie
Bezeichnung Bezug:	Contoured-Bezug
Material Bezug:	Codura Polyamid
Min. Patientengewicht:	keines
max. Patientengewicht:	45 kg
Lieferumfang:	1. Sitzkissen gemäß o.g Spezi- fikation 2. Atmungsaktiver Bezug
Wiederseinsatz:	möglich nach Reinigung und Des- infektion
Wartungen:	keine
Besonderheiten:	entfällt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.04.0008
Bezeichnung:	Stimulite Anti-Dekubitus-Sitzkissen Corbee Contoured
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Supracor, Inc

Produktmerkmale

Beschreibung: Das Sitzkissen besteht aus einem mehrlagigen Wabenkörper und ist anatomisch ausgeformt. Gemäß Herstellerangaben ermög-licht die Sitzmulde eine Positionierung der Hüften und ist durch einen weicheren Bereich, welcher die Sitzknochen um-schließt, prophylaktisch wirksam. Dieser weichere Bereich geht sukzessive in festere Waben über, so dass der Druck an den Sitzknochen vermindert wird. Eine Beinführung ist in die anatmomische Form integriert. Das Kissen hat einen per-forierten Wabenkörper zur Luftzirkulation und Vermeidung von Feuchtigkeit. Das gesamte Kissen ist mit einem atmungsakti-ven Bezug umgeben. Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe: Gemäß Herstellerangabe dienen die Sitzkissen der Druckent-lastung zur Vorbeugung gegen Dekubitus bei Personen, die wegen Lähmung aufgrund unterschiedlichster Krankheitsbilder auf die Benutzung eines Rollstuhls angewiesen sind. Ausschlusskriterien / Kontraindikation gemäß Herstelleran-gabe: Gemäß Herstellerangabe sind keine Kontraindikationen be-kannt. Es bestehen keine Anwendungseinschränkungen für die Anwendung im Rollstuhl. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe: keine

Artikelnummer:	PDCD1010, PDCD1212, PDCD1414
Größe Kissen (B x T x H):	26 cm x 26 cm x 5 cm 31 cm x 31 cm x 5 cm 36 cm x 36 cm x 5 cm
Gewicht Kissen:	ca. 0,5 - 1 kg
Material Kissen:	Wabenförmige Polyurethanfolie
Bezeichnung Bezug:	Contoured-Bezug
Material Bezug:	Codura Polyamid
Min. Patientengewicht:	keines
max. Patientengewicht:	45 kg
Lieferumfang:	1. Sitzkissen gemäß o.g Spezi- fikation 2. Atmungsaktiver Bezug
Wiederseinsatz:	möglich nach Reinigung und Des- infektion
Wartungen:	keine
Besonderheiten:	entfällt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.04.0009
Bezeichnung:	Stimulite Anti-Dekubitus-Sitzkissen Classic Sling
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Supracor, Inc

Produktmerkmale

Beschreibung: Das Sitzkissen besteht aus einem perforiertem Wabenkörper, welcher aus wabenförmig angeordnet Polyurethanfolie geformt wird. Durch die Verwendung bei unterschiedlich fester Lagen des Wabenkörpers sinken - so die Herstellerangaben - die Sitzknochen in das Kissen ein und unterstützen den Körper. Das Kissen ist nicht anatomisch ausgeformt und bietet eine glatte Sitzoberfläche. Das gesamte Kissen ist von einem atmungsaktiven Bezug mit seitlichen Öffnungen umgeben.Die Unterseite des Kissens ist abgrundet, so dass das Kissen auf einer Rollstuhlhängematte nicht durchängt. Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe: Gemäß Herstellerangabe dienen die Sitzkissen der Druckent-lastung zur Vorbeugung gegen Dekubitus bei Personen, die wegen Lähmung aufgrund unterschiedlichster Krankheitsbilder auf die Benutzung eines Rollstuhls angewiesen sind. Ausschlusskriterien / Kontraindikation gemäß Herstelleran-gabe: Gemäß Herstellerangabe sind keine Kontraindikationen be-kannt. Es bestehen keine Anwendungseinschränkungen für die Anwendung im Rollstuhl. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe: keine

Artikelnummer:	CL1416S, CL1418S, CL1616S, CL1618S, CL1818S, CL1820S, CL2016S, CL2020S
Größe Kissen (B x T x H):	36 cm x 41 cm x 7 cm 36 cm x 46 cm x 7 cm 41 cm x 41 cm x 7 cm 41 cm x 46 cm x 7 cm 46 cm x 41 cm x 7 cm 46 cm x 46 cm x 7 cm 46 cm x 51 cm x 7 cm 51 cm x 41 cm x 7 cm 51 cm x 51 cm x 7 cm 56 cm x 46 cm x 7 cm
Gewicht Kissen:	ca. 1,5 - 2 kg
Material Kissen:	Wabenförmige Polyurethanfolie
Bezeichnung Bezug:	Contoured-Bezug
Material Bezug:	Codura Polyamid
Min. Patientengewicht:	keines
max. Patientengewicht:	90 kg
Lieferumfang:	1. Sitzkissen gemäß o.g Spezi- fikation 2. Atmungsaktiver Bezug
Wiederseinsatz:	möglich nach Reinigung und Des- infektion
Wartungen:	keine
Besonderheiten:	entfällt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.04.0010
Bezeichnung:	Stimulite Anti-Dekubitus-Sitzkissen Classic XS (extra sensitive)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Supracor, Inc

Produktmerkmale

Beschreibung: Das Sitzkissen besteht aus einem perforiertem Wabenkörper, welcher aus wabenförmig angeordnet Polyurethanfolie geformt wird. Durch die Verwendung bei unterschiedlich fester Lagen des Wabenkörpers sinken - so die Herstellerangaben - die Sitzknochen in das Kissen ein und unterstützen den Körper. Das Kissen ist nicht anatomisch ausgeformt und bietet eine glatte Sitzoberfläche. Das gesamte Kissen ist von einem atmungsaktiven Bezug mit seitlichen Öffnungen umgeben. Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe: Gemäß Herstellerangabe dienen die Sitzkissen der Druckent-lastung zur Vorbeugung gegen Dekubitus bei Personen, die wegen Lähmung aufgrund unterschiedlichster Krankheitsbilder auf die Benutzung eines Rollstuhls angewiesen sind. Ausschlusskriterien / Kontraindikation gemäß Herstelleran-gabe: Gemäß Herstellerangabe sind keine Kontraindikationen be-kannt. Es bestehen keine Anwendungseinschränkungen für die Anwendung im Rollstuhl. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe: keine

Artikelnummer:	CLXS1414, CLXS1416, CLXS1418, CLXS1614, CLXS1616, CLXS1618, CLXS1620, CLXS1816, CLXS1818, CLXS1820, CLXS2016, CLXS2018, CLXS2020,
Größe Kissen (B x T x H):	36 cm x 36 cm x 7 cm 36 cm x 41 cm x 7 cm 36 cm x 46 cm x 7 cm 41 cm x 36 cm x 7 cm 41 cm x 41 cm x 7 cm 41 cm x 46 cm x 7 cm 41 cm x 51 cm x 7 cm 46 cm x 51 cm x 7 cm 46 cm x 46 cm x 7 cm 46 cm x 51 cm x 7 cm 51 cm x 41 cm x 7 cm 51 cm x 46 cm x 7 cm 51 cm x 51 cm x 7 cm
Gewicht Kissen:	ca. 1,5 - 2 kg
Material Kissen:	Wabenförmige Polyurethanfolie
Bezeichnung Bezug:	Contoured-Bezug
Material Bezug:	Codura Polyamid
Min. Patientengewicht:	keines
max. Patientengewicht:	80 kg
Lieferumfang:	1. Sitzkissen gemäß o.g Spezi- fikation 2. Atmungsaktiver Bezug
Wiederseinsatz:	möglich nach Reinigung und Des- infektion
Wartungen:	keine
Besonderheiten:	entfällt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.04.0011
Bezeichnung:	Stimulite Anti-Dekubitus-Sitzkissen Contoured XS (extra sensitive)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Supracor, Inc

Produktmerkmale

Beschreibung: Das Sitzkissen besteht aus einem mehrlagigen Wabenkörper und ist anatomisch ausgeformt. Gemäß Herstellerangaben ermög-licht die Sitzmulde eine Positionierung der Hüften und ist durch einen weicheren Bereich, welcher die Sitzknochen um-schließt, prophylaktisch wirksam. Dieser weichere Bereich geht sukzessive in festere Waben über, so dass der Druck an den Sitzknochen vermindert wird. Eine Beinführung ist in die anatmomische Form integriert. Das Kissen hat einen per-forierten Wabenkörper zur Luftzirkulation und Vermeidung von Feuchtigkeit. Das gesamte Kissen ist mit einem atmungsakti-ven Bezug umgeben. Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe: Gemäß Herstellerangabe dienen die Sitzkissen der Druckent-lastung zur Vorbeugung gegen Dekubitus bei Personen, die wegen Lähmung aufgrund unterschiedlichster Krankheitsbilder auf die Benutzung eines Rollstuhls angewiesen sind. Ausschlusskriterien / Kontraindikation gemäß Herstelleran-gabe: Gemäß Herstellerangabe sind keine Kontraindikationen be-kannt. Es bestehen keine Anwendungseinschränkungen für die Anwendung im Rollstuhl. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe: keine

Artikelnummer:	CDXS1414, CDXS1416, CDXS1418, CDXS1614, CDXS1616, CDXS1618, CDXS1620, CDXS1816, CDXS1818, CDXS1820, CDXS2016, CDXS2018, CDXS2020
Größe Kissen (B x T x H):	36 cm x 36 cm x 8 cm 36 cm x 41 cm x 8 cm 36 cm x 46 cm x 8 cm 41 cm x 36 cm x 8 cm 41 cm x 41 cm x 8 cm 41 cm x 46 cm x 8 cm 41 cm x 51 cm x 8 cm 46 cm x 51 cm x 8 cm 46 cm x 46 cm x 8 cm 46 cm x 51 cm x 8 cm 51 cm x 41 cm x 8 cm 51 cm x 46 cm x 8 cm 51 cm x 51 cm x 8 cm
Gewicht Kissen:	ca. 1,5 kg
Material Kissen:	Wabenförmige Polyurethanfolie
Bezeichnung Bezug:	Contoured-Bezug
Material Bezug:	Codura Polyamid
Min. Patientengewicht:	keines
max. Patientengewicht:	105 kg
Lieferumfang:	1. Sitzkissen gemäß o.g Spezi- fikation 2. Atmungsaktiver Bezug
Wiederseinsatz:	möglich nach Reinigung und Des- infektion
Wartungen:	keine

Produktmerkmale	
Besonderheiten:	entfällt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.04.0012
Bezeichnung:	Stimulite Anti-Dekubitus-Sitzkissen Contoured Sling
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Supracor, Inc

Produktmerkmale	
Beschreibung: Das Sitzkissen besteht aus einem mehrlagigen Wabenkörper und ist anatomisch ausgeformt. Gemäß Herstellerangaben ermög-licht die Sitzmulde eine Positionierung der Hüften und ist durch einen weicheren Bereich, welcher die Sitzknochen um-schließt, prophylaktisch wirksam. Dieser weichere Bereich geht sukzessive in festere Waben über, so dass der Druck an den Sitzknochen vermindert wird. Eine Beinführung ist in die anatmomische Form integriert. Das Kissen hat einen per-forierten Wabenkörper zur Luftzirkulation und Vermeidung von Feuchtigkeit. Das gesamte Kissen ist mit einem atmungsakti-ven Bezug umgeben.Die Unterseite des Kissens ist abgrundet, so dass das Kissen auf einer Rollstuhlhängematte nicht durchängt. Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe: Gemäß Herstellerangabe dienen die Sitzkissen der Druckent-lastung zur Vorbeugung gegen Dekubitus bei Personen, die wegen Lähmung aufgrund unterschiedlichster Krankheitsbilder auf die Benutzung eines Rollstuhls angewiesen sind. Ausschlusskriterien / Kontraindikation gemäß Herstelleran-gabe: Gemäß Herstellerangabe sind keine Kontraindikationen be-kannt. Es bestehen keine Anwendungseinschränkungen für die Anwendung im Rollstuhl. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe: keine	
Artikelnummer:	CD1414S, CD1416S, CD1418S, CDS1614, CDS1616, CDS1618, CDS1620, CDS1816, CDS1818, CDS1820, CDS2016, CDS2018, CDS2020
Größe Kissen (B x T x H):	36 cm x 36 cm x 8 cm 36 cm x 41 cm x 8 cm 36 cm x 46 cm x 8 cm 41 cm x 36 cm x 8 cm 41 cm x 41 cm x 8 cm 41 cm x 46 cm x 8 cm 41 cm x 51 cm x 8 cm 46 cm x 51 cm x 8 cm 46 cm x 46 cm x 8 cm 46 cm x 51 cm x 8 cm 51 cm x 41 cm x 8 cm 51 cm x 46 cm x 8 cm 51 cm x 51 cm x 8 cm 56 cm x 46 cm x 8 cm 56 cm x 51 cm x 8 cm
Gewicht Kissen:	ca. 1,5 kg
Material Kissen:	Wabenförmige Polyurethanfolie
Bezeichnung Bezug:	Contoured-Bezug
Material Bezug:	Codura Polyamid
Min. Patientengewicht:	keines
max. Patientengewicht:	115 kg
Lieferumfang:	1. Sitzkissen gemäß o.g Spezi- fikation 2. Atmungsaktiver Bezug

Produktmerkmale	
Wiederseinsatz:	möglich nach Reinigung und Des- infektion
Wartungen:	keine
Besonderheiten:	entfällt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.04.0013
Bezeichnung:	Stimulite Anti-Dekubitus-Sitzkissen Sport
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Supracor, Inc

Produktmerkmale

Beschreibung: Das Sitzkissen besteht aus einem perforiertem Wabenkörper, welcher aus wabenförmig angeordnet Polyurethanfolie geformt wird. Durch die Verwendung bei unterschiedlich fester Lagen des Wabenkörpers sinken - so die Herstellerangaben - die Sitzknochen in das Kissen ein und unterstützen den Körper. Das Kissen ist nicht anatomisch ausgeformt und bietet eine glatte Sitzoberfläche. Das gesamte Kissen ist von einem atmungsaktiven Bezug mit seitlichen Öffnungen umgeben. Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe: Gemäß Herstellerangabe dienen die Sitzkissen der Druckent-lastung zur Vorbeugung gegen Dekubitus bei Personen, die wegen Lähmung aufgrund unterschiedlichster Krankheitsbilder auf die Benutzung eines Rollstuhls angewiesen sind. Ausschlusskriterien / Kontraindikation gemäß Herstelleran-gabe: Gemäß Herstellerangabe sind keine Kontraindikationen be-kannt. Es bestehen keine Anwendungseinschränkungen für die Anwendung im Rollstuhl. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe: keine

Artikelnummer:	SP1414, SP1416, SP1612, SP1614, SP1616, SP1618, SP1620, SP1816, SP1818, SP1820, SP2016, SP2018, SP2020, SP1216
Größe Kissen (B x T x H):	36 cm x 36 cm x 5 cm 36 cm x 41 cm x 5 cm 36 cm x 46 cm x 5 cm 41 cm x 36 cm x 5 cm 41 cm x 41 cm x 5 cm 41 cm x 46 cm x 5 cm 41 cm x 51 cm x 5 cm 46 cm x 51 cm x 5 cm 46 cm x 46 cm x 5 cm 46 cm x 51 cm x 5 cm 51 cm x 41 cm x 5 cm 51 cm x 46 cm x 5 cm 51 cm x 51 cm x 5 cm 31 cm x 41 cm x 5 cm
Gewicht Kissen:	ca. 1 kg
Material Kissen:	Wabenförmige Polyurethanfolie
Bezeichnung Bezug:	Contoured-Bezug
Material Bezug:	Codura Polyamid
Min. Patientengewicht:	keines
max. Patientengewicht:	80 kg
Lieferumfang:	1. Sitzkissen gemäß o.g Spezi- fikation 2. Atmungsaktiver Bezug
Wiederseinsatz:	möglich nach Reinigung und Des- infektion
Wartungen:	keine
Besonderheiten:	entfällt

Produktgruppe	14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte
Positionsnummer:	14.24.01.0175
Bezeichnung:	Inhalator Medel Air Plus Type GCE828; Art.-Nr. 607.91
Art.-Nr.:	607.91
Hersteller:	BEURER GmbH

Produktmerkmale	
Gerätetyp:	Kompressor-Vernebler
Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gewicht:	1,4 kg
Leistungsaufnahme:	k.A.
Abmessungen(LxBxH):	166 mm x 141 mm x 148 mm
Abmessungen:	
Schalldruckpegel:	k.A.
Teilchenspektrum:	MMAD 3,07 µm RF 75 %
(ISO 27427):	k.A.
Betriebsdruck:	k.A.
(DIN EN 13544-1):	RF 75 %
Aerosolabgaberate:	0,07 ml/min
Aerosolabgabe:	0,11 ml
Füllmenge Vernebler:	2 ml - 8 ml
Erwartete Lebensdauer:	k.A
Verneblerleistung:	k,A
Material:	Materialien: Vernebler, Mundstück, Nasenstück Polypropylen (PP), Silikon Masken PVC, Aluminium, Schlauch PVC
Lieferumfang:	- Kompressor-Grundgerät - Luftschlauch - Verneblerset - Mundstück - Nasenstück - Nasendusche - Kindermaske - Erwachsenenmaske - Ersatzluftfilter - Aufbewahrungstasche - Gebrauchsanweisung
Nutzungsdauer:	Kompressor (Geräteeinheit) 1000 Betriebsstunden Vernebler, Masken, Mund- und Nasenstück ca. 1 Jahr Luftfilter 200 Betriebsstunden
Materialien:	-

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.04.7032
Bezeichnung:	KONTICUR Urinal Kondom standard
Art.-Nr.:	KUS24, KUS28, KUS31, KUS35
Hersteller:	Ningbo Greatcare Medical Instruments Co., Ltd

Produktmerkmale

Kondomurinal aus Silikon (latexfrei), mit Schlauchansatz, selbstklebend, in 4 Größen von 24 mm bis 35 mm Durchmesser und ca. 50/140 mm Länge.

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.04.7033
Bezeichnung:	KONTICUR Urinal Kondom kurz
Art.-Nr.:	KUK24, KUK28, KUK31, KUK35
Hersteller:	Ningbo Greatcare Medical Instruments Co., Ltd

Produktmerkmale

Kondomurinal aus Silikon (latexfrei), mit Schlauchansatz, selbstklebend, in 4 Größen von 24 mm bis 35 mm Durchmesser und ca. 40/110 mm Länge.

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.04.7034
Bezeichnung:	KONTICUR Urinal Kondom Lang
Art.-Nr.:	KUL24, KUL28, KUL31, KUL35
Hersteller:	Ningbo Greatcare Medical Instruments Co., Ltd

Produktmerkmale

Kondomurinal aus Silikon (latexfrei), mit Schlauchansatz, selbstklebend, in 4 Größen von 24 mm bis 35 mm Durchmesser und ca. 60/140 mm Länge.

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.05.1144
Bezeichnung:	KONTICUR Beinbeutel, 500 ml
Art.-Nr.:	KBB500-60
Hersteller:	Ningbo Greatcare Medical Instruments Co., Ltd

Produktmerkmale

Urin-Beinbeutel mit 1-Kammersystem, aus PVC, mit Rücklaufsperre, Ablasshanhn, 500 ml Volumen, Verbindungsschlauch 60 cm lang.

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.05.1145
Bezeichnung:	KONTICUR Beinbeutel
Art.-Nr.:	KBB750-60
Hersteller:	Ningbo Greatcare Medical Instruments Co., Ltd

Produktmerkmale

Urin-Beinbeutel aus PVC, mit Rückflusssperre und einem Ablassventil, 750 ml Volumen, 3-Kammerbeutel, 60 cm Schlauchlänge, unsteril.

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.05.3110
Bezeichnung:	KONTICUR Beinbeutel, 750 ml
Art.-Nr.:	KBB750-10s
Hersteller:	Ningbo Greatcare Medical Instruments Co., Ltd

Produktmerkmale

Urin-Beinbeutel mit 3-Kammersystem, aus PVC, mit Rücklaufsperre, Ablasshanhn, 750 ml Volumen, Verbindungsschlauch 10 cm lang, steril.

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.05.3111
Bezeichnung:	KONTICUR Beinbeutel, 750 ml
Art.-Nr.:	KBB750-50s
Hersteller:	Ningbo Greatcare Medical Instruments Co., Ltd

Produktmerkmale

Urin-Beinbeutel mit 3-Kammersystem, aus PVC, mit Rücklaufsperre, Ablasshanhn, 750 ml Volumen, Verbindungsschlauch 50 cm lang, steril.

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.05.3112
Bezeichnung:	KONTICUR Beinbeutel
Art.-Nr.:	KBB500-50s
Hersteller:	Ningbo Greatcare Medical Instruments Co., Ltd

Produktmerkmale

Urin-Beinbeutel aus PVC, mit Rückflusssperre und einem Ablassventil, 500 ml, ca. 50 cm Schlauchlänge, steril.

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.05.3113
Bezeichnung:	KONTICUR Beinbeutel
Art.-Nr.:	KBB500-10s
Hersteller:	Ningbo Greatcare Medical Instruments Co., Ltd

Produktmerkmale

Urin-Beinbeutel aus PVC, mit Rückflusssperre und einem Ablassventil, 500 ml, ca. 10 cm Schlauchlänge, steril.

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.06.0031
Bezeichnung:	KONTICUR Bettbeutel 2000 ml unsteril, ohne Ablauf
Art.-Nr.:	KB2001oA
Hersteller:	Ningbo Greatcare Medical Instruments Co., Ltd

Produktmerkmale
Urinbettbeutel aus PVC, 2000 ml Volumen, Rückflusssperre, Schlauchlänge 90 cm.

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.06.1059
Bezeichnung:	KONTICUR Bettbeutel 2000 ml unsteril, mit Ablauf
Art.-Nr.:	KB2001mA
Hersteller:	Ningbo Greatcare Medical Instruments Co., Ltd

Produktmerkmale
Urinbettbeutel aus PVC, 2000 ml Volumen, mit Ablassventil, Rückflusssperre, Schlauchlänge 130 cm.

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.06.3047
Bezeichnung:	KONTICUR Bettbeutel 2000 ml steril, mit Ablauf
Art.-Nr.:	KB2001s
Hersteller:	Ningbo Greatcare Medical Instruments Co., Ltd

Produktmerkmale

Urinbettbeutel aus PVC, 2000 ml Volumen, mit Ablassventil, Rückflusssperre, Schlauchlänge 110 cm, steril.

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.07.0070
Bezeichnung:	KONTICUR Bettbeutel, U8 2000 ml
Art.-Nr.:	KU8
Hersteller:	Ningbo Greatcare Medical Instruments Co., Ltd

Produktmerkmale

Urinauffangbeutel für geschlossenes System aus PVC, 2000 ml Volumen, mit Rücklaufsperre, Ablaufventil, Tropfkammer, Schlauchlänge ca. 120 cm, Urinentnahmestelle, sowie Aufhängevorrichtung am Bett, steril verpackt.

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.07.1015
Bezeichnung:	KONTICUR Bett- und Beinbeutel, L50
Art.-Nr.:	KBB1000-30s
Hersteller:	Ningbo Greatcare Medical Instruments Co., Ltd

Produktmerkmale

Kombi Bein- und Bettbeutel für geschlossenes System aus PVC, 1000 ml Volumen, mit Rücklaufsperre, Ablaufventil, Tropfkammer, Schlauchlänge ca. 30 cm, Urinentnahmestelle, steril.

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.07.1016
Bezeichnung:	KONTICUR Bett- und Beinbeutel, L50
Art.-Nr.:	KBB1000-60s
Hersteller:	Ningbo Greatcare Medical Instruments Co., Ltd

Produktmerkmale

Kombi Bein- und Bettbeutel für geschlossenes System aus PVC, 1000 ml Volumen, mit Rücklaufsperre, Ablaufventil, Tropfkammer, Schlauchlänge ca. 60 cm, Urinentnahmestelle, steril.

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.07.1017
Bezeichnung:	KONTICUR Bett- und Beinbeutel, L50
Art.-Nr.:	KBB1000-90s
Hersteller:	Ningbo Greatcare Medical Instruments Co., Ltd

Produktmerkmale

Kombi Bein- und Bettbeutel für geschlossenes System aus PVC, 1000 ml Volumen, mit Rücklaufsperre, Ablaufventil, Tropfkammer, Schlauchlänge ca. 90 cm, Urinentnahmestelle, steril.

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.30.5045
Bezeichnung:	Seni Lady Slim Extra
Art.-Nr.:	SE-095-EX15-DE1
Hersteller:	Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. (TZMO S.A.)

Produktmerkmale	
Vorlage für Urininkontinenz	
Größenangabe sowie Angaben der Abmessungen (Länge x Breite) in Zentimeter:	ca. 29,5 cm x 13/10/14 cm
Materialangaben:	-
Zweckbestimmung des Produktes:	Auffangen von Urin
Indikation des Produktes:	Harninkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 308,91 g - Aufsauggeschwindigkeit: 9,42 ml/s - Flüssigkeitsabgabe: 0,06 g

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.30.5047
Bezeichnung:	Seni MAN Normal
Art.-Nr.:	SE-095-MN15-G03
Hersteller:	Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. (TZMO S.A.)

Produktmerkmale	
Vorlage für Urininkontinenz	
Größenangabe sowie Angaben der Abmessungen (Länge x Breite) in Zentimeter:	ca. 28 cm x 22/16/8 cm
Materialangaben:	-
Zweckbestimmung des Produktes:	Aufnahme von Urin
Indikation des Produktes:	Aufnahme von Urin bei Harninkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 248,72 g - Aufsauggeschwindigkeit: 8,20 ml/s - Flüssigkeitsabgabe: 0,05 g

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.30.5048
Bezeichnung:	Seni MAN Extra
Art.-Nr.:	SE-095-EX15-G03
Hersteller:	Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. (TZMO S.A.)

Produktmerkmale	
Vorlage für Harninkontinenz	
Größenangabe sowie Angaben der Abmessungen (Länge x Breite) in Zentimeter:	ca. 28 cm x 22/13/8 cm
Materialangaben:	-
Zweckbestimmung des Produktes:	Aufsaugen von Urin
Indikation des Produktes:	Aufsaugen von Urin bei Harninkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 295,97 g - Aufsauggeschwindigkeit: 8,35 ml/s - Flüssigkeitsabgabe: 0,04 g

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.30.5122
Bezeichnung:	NURSA Pad Level 3; Art.-Nr.: 201200
Art.-Nr.:	201200
Hersteller:	PAUL HARTMANN AG

Produktmerkmale	
Vorlage zur Urininkontinenz Kontraindikationen: Keine Angabe. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Männer und Frauen Flüssigkeitsaufnahme: 161,81 g Aufsauggeschwindigkeit: 8,08 ml/s Flüssigkeitsabgabe: 0,043 g	
Größenangabe sowie Angaben der Abmessungen (Länge x Breite) in Zentimeter:	26,5 x 11,2
Materialangaben:	Polypropylen-Vlies, Zellstoff, SAP, Polyethylen, Vlies-Folien-Laminat, Silikonpapier
Zweckbestimmung des Produktes:	Nicht sterile, anatomisch geformte Einlagen für die Handhabung bei sehr leichter bis mittlerer Blasenschwäche als auch Stuhlinkontinenz.
Indikation des Produktes:	Zur Aufnahme von Urin bei Harninkontinenz.
Artikelnummer: 201200 Lieferumfang: 1 Packung enthält 30 Stück	

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.50.04.0178
Bezeichnung:	F3 Corpus
Art.-Nr.:	107704-99-0, 109001-99-0, 108993-99-0
Hersteller:	Permobil GmbH

Produktmerkmale

Elektrorollstuhl mit motorisch betriebener Sitzeinheit Corpus 3G, pulverbeschichteten Rahmen, vorne angeordneten, über Getriebemotore angetriebenen, gefederten Antriebsrädern, freilaufenden, gefederten Schwenkrädern hinten, Sitz mit textiler Polsterung, hochschwenkbaren Armlehnen, hochschwenkbaren Beinstützen und Kniewinkelverstellung. Der Rollstuhl wird mit Batterien und Ladegerät ausgeliefert. LED-Beleuchtung.

Sitzbreite:	42 cm - 57 cm
Sitztiefe:	37 cm - 57 cm
Sitzwinkel:	-30° - 50°
Sitzhöhe:	490 mm
Rückenhöhe:	470–670 mm
Rückenwinkel:	85° – 180°
Gesamtbreite:	650-790 mm
Leergewicht:	172 kg (inkl. Akkus)
zul. Nutzergewicht:	150kg
Bereifung hinten:	210 x 65 mm
Steuerung:	JOYSTICK R-NET HS
Bereifung mittig:	
Bereifung vorne:	3,00 x 8“
Geschwindigkeit:	max. 6 km/h
Batterien:	BATTERIESATZ 65A/h (2 ST)
Bremsen:	Magnetbremsen, Reibungsbremsen
Anwendungsklasse:	B
Beleuchtung:	Ja. gemäß STVZO
Fahrsitz:	ja
Kraftknoten:	ja

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.99.12.0003
Bezeichnung:	Yomper +
Art.-Nr.:	YP2606, YP2610, YP114RF, YPA0116-XS / L / XL / XXL und | YPA0115-25/50
Hersteller:	S.A.R.L. ACEKARE

Produktmerkmale

Bei dem Yomper + handelt es sich um ein Rollstuhl-Antriebssystem welches unterhalb der Sitzfläche von manuellen Rollstühlen mittig befestigt wird und das selbstständige manuelle Rollstuhlfahren unterstützen soll. Die Antriebseinheit wird via Bluetooth über die Steuereinheit die am Oberschenkel des Rollstuhlfahrers mittels Gut befestigt wird, gesteuert. Das Antriebssystem wird durch 2-faches Drücken der Schaltfläche aktiviert. Durch Betätigen der Vorwärtspfeiltaste nimmt der Antrieb Fahrt auf; durch Betätigen der Rückwärtspfeiltaste wird das Tempo verlangsamt, wobei jeweils 5 Geschwindigkeitsstufen zur Verfügung stehen. Durch 1-faches Drücken der Schaltfläche wird das System deaktiviert. Das Lenken und Abbremsen des Rollstuhls erfolgt über dessen Greifreifen. Insbesondere beim Abbremsen entwickelt sich aufgrund der Reibung zwischen Hand und Greifreifen (vor allem bei jenen aus Kunststoff) Wärme. Der Hersteller empfiehlt daher, beim Betrieb des Yomper + geeignete Handschuhe zu tragen, um eine Blasenbildung an den Händen zu vermeiden. Der Yomper + kann an handelsüblichen Starr- und Faltrahmenrollstühlen montiert werden. Das Gesamtgewicht liegt bei 6,0 kg für die Antriebseinheit und die Maximalreichweite bei derzeit ca. 18 bis 27 km. Die mit der Yomper + Antriebseinheit zu erreichende Geschwindigkeit ist für das angemeldete Model auf 6 km/h begrenzt. Wird dieser Wert (beispielsweise bei Fahrten an Gefällen) überschritten, schaltet die Antriebseinheit in den Leerlauf. So muss die Geschwindigkeit dann mit den Greifreifen reduziert werden. Die Antriebseinheit schaltet sich automatisch wieder zu, sobald der Rollstuhl auf eine Geschwindigkeit unterhalb der zuvor gefahrenen/eingestellten Geschwindigkeit fällt. Aktive Rollstuhlfahrer können die Antriebseinheit des Yomper + beim Sitzen im Rollstuhl selbst anbringen. Alternativ kann die Antriebseinheit zuerst am Rollstuhl angebracht werden, während der Fahrer später zusteigt. Ebenso kann das Anbringen durch eine Hilfsperson erfolgen. Zweckbestimmung gemäß Herstellerangaben: Yomper wurde ausschließlich zur Unterstützung von manuellen Rollstühlen entwickelt, um Menschen mit eingeschränkter Mobilität die Möglichkeit zu geben, sich mit geringerem Kraftaufwand fortzubewegen. Das System ist für ein Nutzergewicht von 14 kg bis 150 kg ausgelegt. Seine Verwendung ist ausschließlich Personen vorbehalten, die körperlich und geistig in der Lage sind, einen manuellen Rollstuhl zu bedienen (Fahren, Manövrieren und Bremsen), allein oder in Begleitung einer weiteren Person, die die Bedienung der elektrischen Unterstützung übernimmt. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Erhebliche oder wesentliche Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens/bei strukturellen und/oder funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u. a. Amputation, Verletzungsfolgen, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen) - Bei deutlich eingeschränkter Kraft- und Greiffunktion der Arme/der Hände - Bei ausreichender Orientierungs- und Koordinationsfunktion - Wenn die Versorgung mit einem manuellen Rollstuhl ausreicht und die Versicherte / der Versicherte nicht

Produktmerkmale

über genügend Eigenkräfte verfügt - Zur Sicherung der selbständigen Mobilität im Innen- und Außenbereich (Erreichen des Nahbereichs und Erledigung von Alltagsgeschäfte) für Versicherte, die nicht über genügend Eigenkräfte verfügen Bei Nutzung im Außenbereich/Straßenverkehr muss sichergestellt sein, dass die sachgerechte Bedienung eines elektromotorischen Antriebes möglich ist und keine Bedenken bzgl. der Fahreignung vorliegen (ausreichende Funktionen von u. a. Sehsinn, Hörsinn, Bewusstsein, Orientierung, Aufmerksamkeit, Koordination von Arm- und Handbewegung). Vor der Versorgung ist zu prüfen, welche Art des elektrischen Antriebes von Rollstühlen die adäquate Versorgung bezogen auf die täglichen Aktivitäten und im Hinblick auf die Prognose der Erkrankung darstellt. Kontraindikationen: Eine unsachgemäße Verwendung von Yomper oder des Rollstuhls, an dem er angebracht ist, kann je nach Untergrund, Klima und Verkehrsbedingungen eine potenzielle Gefahr darstellen und Schäden am Rollstuhl, Yomper oder dem Benutzer verursachen. Yomper sollte gemäß den folgenden Empfehlungen gehandhabt und verwendet werden: • Der Benutzer ist körperlich und geistig in der Lage, einen Rollstuhl und den Yomper unter allen Bedingungen und Situationen zu benutzen. • Der Benutzer hat die gesamte Gebrauchsanweisung verstanden und gelesen. • Es wurden keine technischen Veränderungen an der Ausrüstung vorgenommen. Der Benutzer sollte sich die Zeit nehmen, die Funktionen von Yomper zu erlernen, indem er ihn in einem sicheren, gefahrlosen Bereich benutzt. Der Benutzer sollte sich mit den Fahreigenschaften, dem Bremsen, der Beschleunigung und der maximalen Geschwindigkeit des Geräts vertraut machen, bevor er sich ins Freie wagt, wo riskante Situationen entstehen können. Dem Benutzer wird dringend empfohlen, Yomper erst dann im Freien zu benutzen, wenn er sich im Innenbereich wohl fühlt. Wenn eine Störung auftritt, stellen Sie die Verwendung des Yomper ein und wenden Sie sich an ihren Lieferanten/Händler. Jede Verwendung, die nicht den Anweisungen in der Gebrauchsanweisung, den Empfehlungen Ihres Lieferanten/Händlers oder den von Ihrem Lieferanten des Yomper oder des Rollstuhls festgelegten technischen Grenzen entspricht, wird als missbräuchliche Verwendung des Yomper betrachtet. ACEKARE ist nicht verantwortlich für Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Yomper oder durch Nichtbeachtung der Anweisungen in der Bedienungsanleitung entstehen können. Wenn Sie Probleme haben, die Warnhinweise und Anweisungen in diesem Handbuch zu verstehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Distributor oder Ihren lokalen Lieferanten/Händler. Zielgruppe: Das System ist für ein Nutzergewicht von 14 kg bis 150 kg ausgelegt. Seine Verwendung ist ausschließlich Personen vorbehalten, die körperlich und geistig in der Lage sind, einen manuellen Rollstuhl zu bedienen (Fahren, Manövrieren und Bremsen), allein oder in Begleitung einer weiteren Person, die die Bedienung der elektrischen Unterstützung übernimmt.

Antriebseinheit:	n.a.
Abmessungen(HxBxT):	375 mm x 150 mm x 349 mm
Gewicht:	4,8 kg Antriebseinheit 0,7 kg Befestigung 1,2 kg Batterie
Bedieneinheit:	250 g
Halterung Quer-/Achsrohr:	700 g
Nutzergewicht:	max. 150 kg
Steigfähigkeit:	-%
Motor-Nennleistung:	250 W

Produktmerkmale	
Motor-Spannung:	24 V
Betriebsspannung:	24 V
Geschwindigkeit:	6 km/h
Reichweite:	ca. 18 - 27 km je nach Untergrund, Anwendergewicht und gewähltem Akku
Ladezeit:	ca. 6 Stunden
Akku-Pack (Antriebseinheit):	n.a.
Akku-Zellen:	24 V; 10 Ah, Lithium-Ionen-Akku, auslaufsicher, wartungsfrei
Akkuleistung:	- Wh
Lieferumfang:	1 x Yomper + Antriebseinheit mit integriertem Akkupack und Batterieschlüssel 1 x Achsrohrklemmen 1 x Ladegerät 1 x Steuereinheit 1 x Antirutschpad bei Beinmontage 1 x Antirutschpad bei Rohrmontage 1 x USB-Kabel als Lade- und Anschlusskabel 1 x Beingurt 1 x Halterungsset für das Rollstuhlquerrohr zur Nutzung an Faltrahmenrollstühlen 1 x Werkzeug 1 x Halterungsset für das Rollstuhlquerrohr zur Nutzung an Starrrahmenrollstühlen 1 x Abstandshalter für Starrrahmen 1 x Transportkoffer 1 x Gebrauchsanweisung

-

Produktgruppe	22 Mobilitätshilfen
Positionsnummer:	22.50.02.0001
Bezeichnung:	ORTHOSCOOT® NH1
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	ORTHOSCOOT® GmbH

Produktmerkmale

Dreirädriger orthopädischer Roller, der als Hilfsmittel zum Behinderungsausgleich für Personen mit Funktionseinschränkungen an Fuß, Sprunggelenk und/oder distalem Unterschenkel dient. Der Unterschenkel der erkrankten Extremität wird auf der gepolsterten Knieauflage des Produktes abgelegt. Während die Hände den Lenker umgreifen, wird der ORTHOSCOOT® NH1 durch eine Abstoßbewegung des gesunden Beines in eine rollende Bewegung überführt, während das Körpergewicht auf dem Kniepolster lastet. Zur Größenanpassung sind Lenker und Kniepolster höhenverstellbar.Der NH1 ermöglicht dem Benutzer eine sichere Fortbewegung sowohl im häuslichen Bereich als auch im Nahbereich der Wohnung, wenn ihm diese mit anderen Hilfsmitteln allein, wie z. B. Gehstock oder Unterarmgehstützen, nicht oder nur stark eingeschränkt möglich ist. Der NH1 wurde für den Innen- und Außenbereich konzipiert. Er sollte nur auf ebenen Flächen benutzt werden. Das maximale Ladegewicht (Fahrergewicht + Zuladung) von 150 kg darf nicht überschritten werden.Er dient nicht als Transportmittel von schweren Lasten. Die maximale Zuladung des Stauraumes beträgt 4 kg. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Sicherung der Mobilität im Innen- und Außenbereich bei erheblicher oder wesentlicher Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens bei Funktionseinschränkungen an Fuß oder Sprunggelenk oder distalem Unterschenkel. Kontraindikationen: • Gleichgewichtsstörungen, welche das Führen eines Dreirades nicht zulassen • Beeinträchtigung beider unterer Extremitäten, so dass das zweite Bein zum Antrieb nicht genutzt werden kann • Akute Thrombose des betroffenen Beines • Anliegender Fixateur externe am Unterschenkel oder Sprunggelenk • Floride Wundinfekte des betroffenen Beines • Belastungseinschränkung des Kniegelenks am betroffenen Bein (z.B. bei K-TEP) • Schwere Polyneuropathie mit Beeinträchtigung der Sensibilität am Unterschenkel und Kniegelenk der betroffenen Extremität • Venöser Stauungs-Ulcus Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: Medizinischer Laie, Personen mit Funktionseinschränkungen an Fuß, Sprunggelenk und/oder distalem Unterschenke (siehe Indikationen)Der NH1 ist für Personen mit einer Körpergröße von 1,40 bis 2,00 m ausgelegt. Gewicht: 14,1 Kilogramm Empfohlene Körpergröße: 140 bis 200 Zentimeter Benutzergewicht: maximal 150 Kilogramm (inklusive Zuladung) Länge: 920 Millimeter Radstand: 655 Millimeter Gesamtbreite: 580 Millimeter Bodenfreiheit: 35 Millimeter Wendekreis: 2950 Millimeter Zuladung Staufach: maximal 4 Kilogramm Lenkerhöhe über Boden: 890 bis 975 Millimeter Sattelhöhe über Boden: 410 bis 515 Millimeter Auflagefläche Kniepolster: 360 Millimeter x 125 Millimeter Reifendimensionen: Durchmesser 10 Zoll, Breite 25 Millimeter Material: Rahmen Aluminium, Reifen und Kniepolster PU, Tasche Polyester, Felgen und Außentasche Nylon Lieferumfang: - Orthoscoot® NH1 - Bedienungsanleitung, Version 1222-A Stand Dezember 2022 - Verpackungs- und Transportkarton - Serviceprotokoll

Produktgruppe	28 Stehhilfen
Positionsnummer:	28.29.01.3001
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.08.1005
Bezeichnung:	irrimed
Art.-Nr.:	4000
Hersteller:	Schaefers Medizintechnik GmbH

Produktmerkmale

Elektrisch betriebener Irrigator mit Pumpenantrieb über 7,2 V-Akku, incl. Ladegerät mit Schnellladefunktion, Spülbehälter, zum Anschluss an Spülschläuche, Spüldruck ist stufenlos regelbar, mit Zubehör wie Netzadapter, Beutelklammer für Schlauchbeutel, Universalgürtel, Konus und Verbindungsschläuche.

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.08.2022
Bezeichnung:	Combifix-Schlauchbeutel
Art.-Nr.:	976954/4, 976956/0
Hersteller:	Schaefers Medizintechnik GmbH

Produktmerkmale

Ausstreifbeutel zum Irrigationsgerät Irrimatic, mit den Lochgrößen 19 - 32 mm und 32 - 64 mm.

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.10.0036
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.0016
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.1003
Bezeichnung:	Orthopädischer Therapieschuh, Ortho Rehab Absolut re. und Ortho Rehab Absolut li.
Art.-Nr.:	45620, 45621
Hersteller:	Künzli SwissSchuh AG

Produktmerkmale

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.4023
Bezeichnung:	WCS-Langzeitverbandschuh
Art.-Nr.:	WCS 1 bis WCS 7B
Hersteller:	DARCO (Europe) GmbH

Produktmerkmale

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.4025
Bezeichnung:	SlimeLine ST Langzeitverbandschuh
Art.-Nr.:	SLO0B-ST - SLO4B-ST
Hersteller:	DARCO (Europe) GmbH

Produktmerkmale

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.4146
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.5038
Bezeichnung:	OrthoWedge ST Vorfußentlastungsschuh
Art.-Nr.:	OW0B-ST - OW4B-ST
Hersteller:	DARCO (Europe) GmbH

Produktmerkmale	
-	
Art.-Nrn. Schuhe:	-
Art.-Nrn. Toe Cap:	-

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.5041
Bezeichnung:	OrthoWedge Pro Vorfußentlastungsschuh
Art.-Nr.:	OW0B-STL bis OW4B-STL
Hersteller:	DARCO (Europe) GmbH

Produktmerkmale	
-	
Art.-Nrn. Schuhe:	-
Art.-Nrn. Toe Cap:	-

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.5056
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.5066
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.5072
Bezeichnung:	Relief Dual®/ Relief Dual Plus®
Art.-Nr.:	RD-M1 bis RD-M4, RD-W1 bis RD-W3, RD-BM1 bis RD-BM4, RD-BW1 bis RD-BW3, RDP-M1 bis RDP-M4, RDP-W1 bis RDP-W3
Hersteller:	DARCO (Europe) GmbH

Produktmerkmale	
-	
Art.-Nrn. Schuhe:	-
Art.-Nrn. Toe Cap:	-

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.5073
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.7022
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.7023
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.7024
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.7025
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.7026
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.7027
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.7028
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.7029
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.7030
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.7041
Bezeichnung:	Runaway Orthesenschuh Toni - Gr. 20-40
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	ORFOMED UG (haftungsbeschränkt)

Produktmerkmale	
-	
Größen:	-
Größen:	-

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.7042
Bezeichnung:	Runaway Orthesenschuh Hermine Gr. 20-40, Harry - Gr. 20-40
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	ORFOMED UG (haftungsbeschränkt)

Produktmerkmale	
-	
Größen:	-
Größen:	-

-

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.7043
Bezeichnung:	Runaway Orthesenschuh Elly - Gr. 20-40, Levi - Gr. 20-40; Kati - Gr. 20-40
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	ORFOMED UG (haftungsbeschränkt)

Produktmerkmale	
-	
Größen:	-
Größen:	-

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.7044
Bezeichnung:	Runaway Orthesenschuh Diana - Gr. 20-40; Adrian - Gr. 20-40; Buzz - Gr. 20-40
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	ORFOMED UG (haftungsbeschränkt)

Produktmerkmale	
-	
Größen:	-
Größen:	-

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.8001
Bezeichnung:	TwinShoe®
Art.-Nr.:	TS0B/06092719790055, TS1B/ 0609271979154, TS2B/0609271979253, TS3B/0609271979352, TS4B/0609271979451
Hersteller:	DARCO (Europe) GmbH

Produktmerkmale

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.9001
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.08.0009
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.08.0015
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.08.0016
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt